SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem" - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp".

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku."

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2019

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego.**
   Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
   ul. 1-go Maja 9
   41 – 100 Siemianowice Śląskie
   strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl
   e-mail: zp@zozsiemianowice.pl,
   tel./fax /32/ 228 – 18 – 86 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00
2. **Tryb udzielenia zamówienia.**
   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. **Opis przedmiotu zamówienia.**
   3.1. Opis przedmiotu zamówienia „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku" podzielonego na 117 pakietów.

Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania zgodnie z:

- Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 210),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych. (Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1416),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru CE (Dz.U. 2010r. nr 186 poz. 1252),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 211)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- **33.14.00.00 – 3 –** Materiały medyczne
- **33.17.00.00 – 2 –** Aparatura do anestezji i resuscytacji
- **33.16.00.00 – 9 –** Techniki operacyjne
- **33.14.13.23 – 0** – Igły do biopsji
- **33.14.16.42 – 2** – Akcesoria do drenażu
- **33.14.13.10 - 0** - Strzykawki
- **33.14.13.20 – 0** - Igły medyczne
- **33.14.11.23 – 8** – Pojemniki na skalpele

3.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Za ofertę częściową uważa się przedstawienie oferty w zakresie jednego, kilku lub wszystkich pakietów stanowiących przedmiot zamówienia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. **Termin wykonania zamówienia.**
   12 miesiące od dnia podpisania umowy.
5. **Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.**
   5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 (pkt 5.4. SIWZ);
   b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
   5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
   5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
   a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
   b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   c) zdolności technicznej lub zawodowej
   – określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
   5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.

5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

zrealizował co najmniej **(3) trzy** dostawy o wartości min. zł brutto każda określone poniżej dla poszczególnych pakietów:

Dla Pakietów nr 6,14,20,24,36,37,49,52,59,71,75,95,97,102 - każda o wartości nie niższej niż 500,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 11,17,18,41,43,56,57,58,63,66,67,69,74,78,80,85,92,94,99,100,103,110 - każda o wartości nie niższej niż 1 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 8,10,22,26,29-31,33-35,39,40,42,44,45,53,61,68,73,77,79,81-84,,86,90,101,104,108 - każda o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 2,16,19,23,25,28,50,51,55,62,65,70,72,76,91,96,98,105-107,113 - każda o wartości nie niższej niż 5 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 7,27,38,48,54,60,93,109,111 - każda o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 1,3,12,15,32,46,47,88,112,114 - każda o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 4,5,9,13,21,64,87 - każda o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 89 każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto,

których przedmiotem były wyroby medyczne jednorazowego użytku (asortymentowo porównywalne z przedmiotem zamówienia). Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt. a) są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
2) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.1).
3) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 1), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
   a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

5.3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
   1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-7 SIWZ.

5.3.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-7 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
   1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
   2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
      b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
      c) skarbowe,
      d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
   3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

6.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
1. **oświadczenie w formie Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia** (dalej JEDZ) - zgodne z wzorem stanowiącym *załącznik nr 9 do SIWZ* – oświadczenie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt 8.I. i 12 SIWZ,
2. odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.),

Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.3.1. stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
   1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
   5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
   6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
   7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji** dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.**

6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:
   1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
   2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

6.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.12. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

6.14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-6 SIWZ.

6.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-6 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

6.16. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie.

7. **Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**
   7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
      a) Przedstawienia świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP, UE
      b) deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
      c) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
      d) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego prowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia o wyrobach Medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie).
      e) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania
   7.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty karty katalogowe lub prospekty oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego. *Zaleca się, aby dany dokument był opisany jakiego pakietu dotyczy.*

8. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów oraz OFERTY przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
   Krzysztof Kot tel.32/228 1886 email: zp@zozsiemianowice.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.**
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

CZĘŚĆ II - ZŁOŻENIE OFERTY W POSTEPOWANIU

1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem ***Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych **.doc, .docx, .pdf** i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę

przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
   Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia **(dalej zwanego „JEDZ")** Informacje zawarte w **„JEDZ"** stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
   Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie **JEDZ** i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów
   Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego **JEDZ**, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

   a) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formą dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
   b) Wykonawca do wypełnienia JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów wymienionych w 2.II. SIWZ *(Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD" pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.))*, - (Zamawiający poda nazwę pliku w formacie .xml – do otwarcia utworzonego JEDZ do postępowania).
   c) Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani są wypełnić formularz JEDZ zgodnie z złącznikiem nr 9 lub 10 do SIWZ,
   d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),
   e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
   f) Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity- europejski-dokument-zamówienia.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

CZĘŚĆ III – Przekazywanie oświadczeń i dokumentów – zapytania i wyjaśnienia - NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT

1. **W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).**
2. **Zamawiający może również komunikować się z Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zozsiemianowice.pl.**

Zaleca się, aby wszystkie wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia tresci złożonej oferty odbywało się wyłącznie przy uzyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i skrzynki e-mail zamawiającego.

3. **Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**
4. **Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.2. –część III, adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
5. **Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:**
   Krzysztof Kot, e-mail: zp@zozsiemianowice.pl,
6. **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.**

9. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8. II SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5. **Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 6 i 7 SIWZ.**
6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r." w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli pobranie dokumentu łączy się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów koszty te pokrywa Wykonawca.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.10. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Pakiet nr 1	412,78 zł	Pakiet nr 31	59,62 zł	Pakiet nr 61	73,80 zł	Pakiet nr 91	87,48 zł
Pakiet nr 2	89,42 zł	Pakiet nr 32	401,76 zł	Pakiet nr 62	127,92 zł	Pakiet nr 92	27,00 zł
Pakiet nr 3	450,27 zł	Pakiet nr 33	47,52 zł	Pakiet nr 63	21,17 zł	Pakiet nr 93	194,40 zł
Pakiet nr 4	1 623,54 zł	Pakiet nr 34	47,52 zł	Pakiet nr 64	949,75 zł	Pakiet nr 94	25,92 zł
Pakiet nr 5	1 532,74 zł	Pakiet nr 35	73,44 zł	Pakiet nr 65	113,40 zł	Pakiet nr 95	7,56 zł
Pakiet nr 6	16,69 zł	Pakiet nr 36	6,91 zł	Pakiet nr 66	32,18 zł	Pakiet nr 96	103,68 zł
Pakiet nr 7	200,25 zł	Pakiet nr 37	5,29 zł	Pakiet nr 67	25,70 zł	Pakiet nr 97	1,30 zł
Pakiet nr 8	55,73 zł	Pakiet nr 38	215,14 zł	Pakiet nr 68	60,33 zł	Pakiet nr 98	86,40 zł
Pakiet nr 9	831,17 zł	Pakiet nr 39	74,84 zł	Pakiet nr 69	22,68 zł	Pakiet nr 99	38,88 zł

Pakiet nr 10	40,82 zł	Pakiet nr 40	62,10 zł	Pakiet nr 70	144,37 zł	Pakiet nr 100	34,56 zł
Pakiet nr 11	20,41 zł	Pakiet nr 41	28,08 zł	Pakiet nr 71	8,47 zł	Pakiet nr 101	51,84 zł
Pakiet nr 12	538,70 zł	Pakiet nr 42	68,04 zł	Pakiet nr 72	121,26 zł	Pakiet nr 102	16,20 zł
Pakiet nr 13	831,60 zł	Pakiet nr 43	31,52 zł	Pakiet nr 73	76,20 zł	Pakiet nr 103	51,66 zł
Pakiet nr 14	9,72 zł	Pakiet nr 44	54,65 zł	Pakiet nr 74	32,27 zł	Pakiet nr 104	36,14 zł
Pakiet nr 15	450,36 zł	Pakiet nr 45	43,63 zł	Pakiet nr 75	15,08 zł	Pakiet nr 105	112,32 zł
Pakiet nr 16	128,30 zł	Pakiet nr 46	451,44 zł	Pakiet nr 76	103,72 zł	Pakiet nr 106	116,64 zł
Pakiet nr 17	28,51 zł	Pakiet nr 47	432,02 zł	Pakiet nr 77	51,84 zł	Pakiet nr 107	92,88 zł
Pakiet nr 18	21,06 zł	Pakiet nr 48	194,40 zł	Pakiet nr 78	39,52 zł	Pakiet nr 108	55,99 zł
Pakiet nr 19	161,57 zł	Pakiet nr 49	12,31 zł	Pakiet nr 79	49,40 zł	Pakiet nr 109	226,80 zł
Pakiet nr 20	15,55 zł	Pakiet nr 50	119,23 zł	Pakiet nr 80	35,87 zł	Pakiet nr 110	34,56 zł
Pakiet nr 21	1 208,09 zł	Pakiet nr 51	112,32 zł	Pakiet nr 81	70,63 zł	Pakiet nr 111	280,80 zł
Pakiet nr 22	50,80 zł	Pakiet nr 52	15,55 zł	Pakiet nr 92	60,48 zł	Pakiet nr 112	734,40 zł
Pakiet nr 23	116,64 zł	Pakiet nr 53	47,71 zł	Pakiet nr 83	64,80 zł	Pakiet nr 113	172,80 zł
Pakiet nr 24	18,47 zł	Pakiet nr 54	324,00 zł	Pakiet nr 84	77,48 zł	Pakiet nr 114	397,57 zł
Pakiet nr 25	129,60 zł	Pakiet nr 55	119,88 zł	Pakiet nr 85	20,52 zł		
Pakiet nr 26	47,17 zł	Pakiet nr 56	37,04 zł	Pakiet nr 86	64,80 zł		
Pakiet nr 27	298,94 zł	Pakiet nr 57	36,03 zł	Pakiet nr 87	1 527,12 zł		
Pakiet nr 28	172,80 zł	Pakiet nr 58	24,62 zł	Pakiet nr 88	641,52 zł		
Pakiet nr 29	57,89 zł	Pakiet nr 59	4,41 zł	Pakiet nr 89	2 678,37 zł		
Pakiet nr 30	48,60 zł	Pakiet nr 60	310,54 zł	Pakiet nr 90	58,32 zł		

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

10.4.1. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10.4.2. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **61 2030 0045 1110 0000 0283 4220. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.**

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca winien wnieść w oryginale w formie elektronicznej. Za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. przez wystawcę gwarancji / poręczenia.

10.8. **Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy**

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku"**, oznaczenie sprawy: **SZM/DN/DZ/340/15/2019**

10.12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

10.13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11. Termin związania ofertą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ ofertę wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta powinna składać się z:

1) Formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego ***załącznik nr 2 do SIWZ,***
2) Formularza asortymentowo - cenowego zgodnie z ***załącznikiem nr 5 do SIWZ,***
3) **oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia** - zgodne z wzorem stanowiącym ***załącznik nr 8 lub 9 do SIWZ,***
4) Dowód wniesienia wadium

12.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

12.6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

12.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie

nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

12.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

12.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**

12.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) **miejsce składania ofert: http:// miniportal.uzp.gov.pl/, termin składania ofert: do dnia 19.06.2019 r., do godz. 9:30**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) **miejsce otwarcia ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek Główny, poziom -1, pokój A 116.,**

b) **termin otwarcia ofert: w dniu 19.06.2019 r., o godz. 11:00**

c) **otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.**

13.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

13.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz asortymentowo - cenowy stanowiący **Załącznik nr 5 do SIWZ.**

14.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

14.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

14.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie – **Załącznik nr 6 do SIWZ.**

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

15.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

15.3.1. kryterium „Cena":

a) znaczenie kryterium -60 pkt;

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena" ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

15.3.2. kryterium „Termin płatności":

a) znaczenie kryterium - 20 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium **„Termin płatności"** według wzoru matematycznego:
gdzie:
Wt = najdłuższy termin płatności x 20 pkt = ilość pkt. ocenianej oferty

Wykonawca oferuje termin płatności mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni. Najdłuższy proponowany termin płatności otrzyma maksymalną ilość punktów.
Każdy kolejny krótszy termin płatności otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium termin płatności wynosi 10.

15.3.3. kryterium „Termin dostawy"

b) znaczenie kryterium - 20 pkt;
c) opis sposobu oceny ofert według kryterium **„Termin dostawy"** według wzoru matematycznego:
Wt = najkrótszy termin dostawy x 20 pkt = ilość pkt. ocenianej oferty

Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 3 do 7 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.
Każdy kolejny dłuższy termin dostawy otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najkrótszego. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium termin płatności wynosi 20.

Za **najkorzystniejszą** zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt., 1 jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
16.3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.
16.4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego **stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.**
18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
b) czasowego lub trwałego obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
g) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
h) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
i) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
j) zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,
k) zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej;
l) stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług

18.3. Zamawiający dopuszcza też możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

18.4. W przypadku realizacji umowy przez Konsorcjum zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia maksymalnie tylu faktur z tytułu wykonania usługi ilu jest konsorcjantów, niezależnie od sposobu organizacji przez Wykonawcę w trakcie realizacji usługi. Zaleca się aby faktury były wystawiane przez lidera konsorcjum.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. **W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 lub 7

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

23. Adres strony internetowej Zamawiającego.
www.zozsiemianowice.pl

24. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

25. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy **stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.**

26. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (**UE) 2016/679**, Zamawiający informuje, iż:

26.1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedziba w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 – go Maja 9, tel. 32 228 30 30, fax 32 228 14 98, e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

26.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

26.3. „Polityka ochrony danych osobowych" obowiązująca w Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie, w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

26.4. W sprawach dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się ze Szpitalem poprzez adres e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl, dzwoniąc na telefon 32 228 30 30 lub pisząc na adres Szpitala

26.5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

26.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
26.7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów, którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie krócej niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.
26.8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
26.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.
26.10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

27. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

1) **Załącznik nr 1 do SIWZ** - opis przedmiotu zamówienia,
2) **Załącznik nr 2 do SIWZ** - formularz oferty,
3) **Załącznik nr 3 do SIWZ** - wzór umowy,
4) **Załącznik nr 4 do SIWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
5) **Załącznik nr 5 do SIWZ** – formularze asortymentowo – cenowe (excel),
6) **Załącznik nr 6 do SIWZ** - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
7) **Załącznik nr 7 do SIWZ** - wykaz wykonanych dostaw,
8) **Załącznik nr 8 do SIWZ** – oświadczenie JEDZ – plik w formacie PDF
9) **Załącznik nr 9 do SIWZ** – oświadczenie JEDZ – plik w formacie *xml

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdza

PREZES ZARZĄDU

.....

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Strzykawki j.u. od 2 ml – 20 ml

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Strzykawka j.u. od 2 ml – 20 ml - Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. **Opakowanie = 100szt.**			
1	strzykawka 2 ml. / 2 ml/3 ml	szt.	45 000
2	strzykawka 5 ml. / 5 ml/6 ml	szt.	55 000
3	strzykawka 10 ml. / 10 ml/12 ml	szt.	55 000
4	strzykawka 20 ml. / 20/24 ml	szt.	42 000

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pakiet nr 2 – Strzykawki inne

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
strzykawki (inne)			
1	strzykawka do tuberkuliny z igłą	szt.	2 000
2	strzykawka do insuliny z igłą	szt.	2 000
3	strzykawka żaneta 50 ml	szt.	2 000
4	strzykawka żaneta 100 ml	szt.	1 000
5	strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml – pompy firmy ASCOR	szt.	2 000
6	strzykawka bursztynowa 50ml - pompy firmy ASCOR	szt.	800

Pakiet nr 3 - Igła jednorazowego użytku

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej pokryta powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły wykonana z polipropylenu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia., w rozm. od 0,45 – 1,6			
1	0.45	szt.	8 000
2	0.5	szt.	12 000
3	0.6	szt.	6 000
4	0.7	szt.	6 000
5	0.8	szt.	60 000
6	0.9	szt.	36 000
7	1.2	szt.	60 000
8	1.6	szt.	3 000
9	Bezpieczny system do iniekcji w postaci strzykawki trzyczęściowej o poj. 3 ml - skalowanej co 0,1 m; 5 i 10 ml - skalowanej co 0,2 ml j.u. (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), bezpiecznej, z końcówką luer-lock, wykonanej z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. Kompatybilne z igłami z poz. 1.	op.	200
10	Igły do pena 0,33 x 12,7 op. a100 szt.	op.	20
11	Igły do pena 0,25 x 6 / 0,25 x 5mm	op.	5
12	Igły do pena 0,30 x 8 /	op.	5
13	Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po	Op.	20

	użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron: od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza), kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów - kompatybilność potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty, pakowane po 100 szt. w opakowaniu, sterylizowane radiacyjnie.		
14	Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długość 25, 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), sterylizowane tlekniem etylenu, sterylne, op. a 100 szt.	Op.	10
15	Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2mm) długość 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 14, sterylizowane tlenkiem etylenu , sterylne, op. a 100 szt.	Op.	10

Pakiet nr 4 - Różne wyroby jednorazowego użytku

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Różne wyroby jednorazowego użytku			
1	kanka doodbytnicza 10 x 400	szt.	40
2	elektrody EKG żelowane dla dorosłych do EKG, piankowe, 43x51 mm. (+/-10%)	szt.	20 000
3	zestaw do lewatywy – niesterylny	szt.	2 800
4	zbiornik do dobowej zbiórki moczu – 2 litrowy	szt.	4 000
5	fartuch z folii	szt.	5 200
6	żel USG 0,5 l.	szt.	600
7	Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z końcówką z rączką, zagięta z otworami odbarczającymi, z uchwytem ergonomicznym, bez lub z kontrolą odsysania, długość końcówki ssącej 155mm (z rączką 220mm/ 245mm), średnica wew. 4.6 / 4,45, zew. 6.5 (mm); dren o długości 2,1 m i średnicy wew. 5.6, zew. 8.0, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie folia-papier.	szt.	1 500
8	zestawy do pomiaru O C Ż	szt.	500
9	żel EKG – 0,5 l.	szt.	60
10	opaska identyfikacyjna dla noworodków	szt.	2 000
11	opaska identyfikacyjna dla dorosłych	szt.	8 000
12	staza automatyczna z możliwością dezynfekcji	szt.	50
13	Pojnik dla chorych	szt.	200
14	Zacisk do pępowiny	szt.	1 200
15	Pojemnik na igły 1 litrowy	szt.	200
16	Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu „wachlarz"	szt.	500
17	dreny Pezera 28-34	szt.	400
18	butelka Redone 200ml. Sterylna	szt.	1 500
19	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora	**szt.**	**50**
20	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie,	**szt.**	**50**

	naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora		
21	Dreny Kehra 8 - 18 dł. 700 mm (+/- 10%) / 800mm	szt.	300
22	Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego, w kolorze czerwonym, trzpień nie wystający poza krawędź koreczka.	**szt.**	**4 000**
23	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi	szt.	700
24	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L	szt.	1 200
25	Zestaw do cystostomii zawierający cewnik typu pigtail, wykonany z 100% silikonu z balonem, worek na mocz 2 l, rozrywalny trokar, skalpel. Dostępny w rozmiarach 10 oraz 13Fr.	szt.	10
26	Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. Kranik z mechanizmem umożliwiającym zmianę pozycji kranika po podłączeniu do systemu bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. sterylizowany radiacyjnie.	szt.	1 200
27	Rampa trójkranikowa (Listwa pięciodrożna) bez przedłużacza wykonana z polisulfonu, kraniki różnobarwne dla łatwego oznaczenia linii, z optycznym wskaźnikiem położenia ,z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów, bez PCV, lateksu, przystosowana do współpracy z pompą infuzyjną.	szt.	150
28	Zatyczki do cewników	szt.	600
29	Zestaw do transfuzji wymiennej	szt.	5
30	Woreczki na mocz dla noworodków / chłopcy i dziewczynki	szt.	200
31	Okulary do fototerapii duże	szt.	300
32	Okulary do fototerapii średnie	szt.	300
33	Bocianki jednorazowe	szt.	200
34	Wieszaki do worków na mocz	szt.	500
35	Łączniki do ssaka	szt.	200
36	Termometr lekarski – elektroniczny	szt.	200
37	Zestaw ortopedyczny z końcówką do odsysania z filtrem przeciwzapychaniu się wraz z filtrem zapasowym w zestawie, z trzema końcówkami wymiennymi w zestawie (2 zagięte,1 prosta); długość końcówek :150 mm,230mm,280mm; średnica wew. 5,7 mm, zewn. 8,1 mm oraz z drenem o długości min. 270cm	szt.	100
38.	Osłonki na głowice USG – ginekologiczne op.= 100szt	Op.	20

Pakiet nr 5 – Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Przyrząd do przetaczania krwi Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi (igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm; wolna od PVC, długość komory	szt.	2 000

	minimum 80mm w części przezroczystej, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie komora kroplowa 20 kropli=1ml+0,1 ml ;powierzchnia filtracji min.15 cm2 ; dł. drenu 150 cm ; rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu.		
2	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków z możliwością utrzymania przez 24h, Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym Posiada zastawkę (pływak) elastyczny automatycznie blokująca przepływ, zabezpieczająca przed przedostawaniem się powietrza do drenu i wstecznym przepływem krwi po zakończeniu infuzji. Posiada dren o długości 180cm oraz dodatkowy port do podawania leków. Wyposażony w zacisk rolkowy o dużej precyzji. Posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami 15µm. Wyposażony w Air Pass umożliwiający wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. Nie zawiera lateksu i ftalonów. Pirogenny.	szt.	30 000
3	Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m	szt.	2 000

Pakiet nr 6 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną do pompy Ascor typ AP 31	szt.	150

Pakiet nr 7 – Kaniule - venflony

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Kaniula – venflon od 0,9 – 2,1 - cewnik wykonany z poliuretan (PUR), koreczek samodomykajacy, 2 paski - 6 paski RTG			
1	kaniula 0,8/0.9	szt.	3 000
2	kaniula 1.0/1.1	szt.	7 200
3	kaniula 1.2/1.3	szt.	7 200
4	kaniula 1.4/1.5	szt.	500
5	kaniula 1.7/1.8	szt.	500
6	Kaniula 2.0/2.1/2.2	szt.	300

Pakiet nr 8 – Zestawy infuzyjne

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra ze skalą pomiarową w zakresie 5- 250/300 ml/h, długość zestawu 150 -230 cm , objętość wypełnienia 16 ml, kolec ze zintegrowanym odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką , komora kroplowa elastyczna 20 kropli/ml z filtrem, wolna od PCV, zacisk przesuwany, łącznik rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą odpowietrzenie i zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu, klema na drenie do zamknięcia infuzji, dodatkowy port do iniekcji, sterylny- EO, bez DEHP, bez lateksu, bez elementów z aluminium, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności.	**Szt.**	**600**

Pakiet nr 9 – Kaniule i strzykawki do przepłukań

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania, zastawka antyzwrotna, bez pasków RTG, widoczna w USG, o przepływie 13ml/min, pakowana w sztywne opakowanie	szt.	1200

	blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, w rozmiarach: - śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G; - śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G.		
2	Zestaw przedłużający z dwoma przeźroczystymi bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, z kranikiem trójdrożnym. Porty bezigłowe z płaską powierzchnią do dezynfekcji. Zawory zapewniające przepływ min. 145 ml/min, posiadające przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 ml. Długość systemu ok. 20 cm, objętość wypełnienia poniżej 1,9 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo.	Szt.	100
3	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji.Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.	Szt.	100
4	Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 145 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 100 aktywacji. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego max 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne max 6,7 bara=97psi, neutralne ciśnienie rozłączenia. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy..	Szt.	6000
5	Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.	**Szt.**	**600**
6	Strzykawka o pojemności 5 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności	**Szt.**	**600**

	rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.		
7	Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.	**Szt.**	**300**
8	Strzykawka doustna z purpurowym tłokiem (zgodność z oznakowaniem produktów do podaży żywienia), logo producenta/marki strzykawki na cylindrze, skala wyrażona w mililitrach, łyżeczkach i kroplach w strzykawkach o poj. 1 ml, w strzykawkach 3, 5, 10 i 20 ml skala wyrażona w mililitrach i łyżeczkach, sterylna, pakowana pojedynczo, z zatyczką, dostępne w poj,1, 3, 5, 10 i 20ml do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.	**Szt.**	**500**
9	Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.	**Szt.**	**3000**

Pakiet nr 10 – Igła do aspiracji szpiku kostnego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Igła do aspiracji szpiku kostnego 18/30	szt.	100

Pakiet nr 11 - Igły do biopsji mostka

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Igły do biopsji mostka - 15Gx30mm i 18Gx30mm.	szt.	50

Pakiet nr 12 – Igły pod pajęczynowe

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Igła pod pajęczynowa z dopasowanymi prowadnicami do rozmiaru igły, sterylna, pakowane w opakowanie Tyvec.			
1	Igła 22 G na 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego	Szt.	100
2	Igła 25 G na 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego	Szt.	1 000
3	Igła 26G 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego	szt.	500
4	Igły 26G i 27G, o długości 120 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego	Szt.	20
5	Prowadnica 20 G na 35 mm do igieł 22G do 26G	Szt.	500
Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, pakowane w opakowanie Tyvec.			
1	Nr 25 G P-P - Igła Pencil point 25G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego	szt.	500
2	Nr 27 G P-P - Igła Pencil point 27G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem	szt.	500

	zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego		
3	Nr 26 G P-P - igła o specjalnym szlifie atraumatycznym, dwustrefowym typu atraucan 26G x 88mm , z prowadnicą	szt.	100

Pakiet nr 13 – Zestawy do wkłuć dwu światłowodowy i trzy światłowodowy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do cewnikowania żył główwnych met. Seldingera, dwuświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/16 /G. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinolowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka.	szt.	100
2	Zestaw do cewnikowania żył głównych met. Seldingera trójświatłowy,do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinolowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka.	szt.	250

Pakiet nr 14 – Cewnik do tlenu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Cewnik do tlenu umożliwiający podłączenie do Ambu z prostą końcówką - cewniki o długości 2,1m i 4,26m	Szt.	500

Pakiet nr 15 - Cewniki

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Cewniki		
1	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi i otworem centralnym, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany umożliwiający prawidłowe umocowanie, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, na opakowaniu jednostkowym nadruk z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu. CH 12,14,16,18,20, – dł. 600 mm	Szt.	20 000
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j.w. w rozmiarze: CH 8	Szt.	30
3	Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu.	Szt.	5 000
4	Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18	Szt.	1 200
5	Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany umożliwiający prawidłowe umocowanie, w rozmiarach: CH 10 – 18	Szt.	120

6	Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 5-10 ml (dla rozm. 12-22CH), 30 ml (dla rozm. 12-26CH), kodowanie barwnie na porcie Luer Slip ze sztywną plastikową zastawką antyzwrotną, na zakończeniu kanału do uszczelnienia cewnika informacje podane przez producenta: rozmiar cewnika w CH, średnica cewnika w mm i pojemność balonu. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny czas utrzymania 7 dni.	Szt.	3000
7	Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm, zakończenie proste – typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do napełniania balonu, w zestawie (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10% roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną, możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta.	Szt.	10
8	Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm,zakończenie proste – typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do napełniania balonu, w zestawie (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10% roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną, możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta. Worek do zbiórki moczu długoterminowy (do 3 tygodni), 2L, z komorą kroplową, zastawką antyzwrotną, filtrem hydrofobowym, bezigłowym portem do pobierania próbek i zintegrowanym wieszakiem. Dren 110cm, biała tylna ściana, dokładna skala pomiarowa oraz zakładka na kranik poprzeczny.	Szt.	5

Pakiet nr 16 – Zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igły Tuohy 16G, 18G ze stałymi skrzydełkami lub opcjonalnie rozłączane skrzydełka i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówka, strzykawka LOR, mały filtr płaski, łącznik do cewnika, wolny od latexu	szt.	60
2	Zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka"; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 do 122mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.	szt.	60

Pakiet nr 17 - Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej	szt.	100

Pakiet nr 18 - Zestaw do wkłucia metodą Swan - Ganza

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do wkłucia metodą Swan - Ganza	szt.	5

Pakiet nr 19 - Portex Blue Line i Zestaw do drenażu jamy opłucnowej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie

			śr/rok
1	Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9	szt.	10
2	Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowana przestrzenia martwą. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewania płynem. - komora kolekcyjna o pojemności 1000ml z podziałka co 10ml oraz wydzieloną podziałką do precyzyjnego pomiaru małych objętości - komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka - płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H2O - wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania - sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze - wydzielona komora z siedmiostopniowa skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego - automatyczne obarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej - podwójny zawór obarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim - kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc - bezigłowy port do pobierania próbek - pracujący w pozycji pionowej i poziomej - wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz chwytak do transportu	szt.	60
3	Worek kolekcyjny kompatybilny do poz. 2, ,o pojemności 1000ml, wyposażony w korek zamykający.	szt.	60

Pakiet nr 20 - Zestaw laryngologiczny

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
1	Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku, pakowany w opakowania folia-papier. Skład zestawu: wziernik do nosa, wziernik uszny max 4mm koloru czarnego, szpatułka laryngologiczna. Długość szpatułki od 15-15,5cm / 17,5cm, kolor biały.	szt.	600

Pakiet nr 21 - Rurki Intubacyjne

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
	Rurki Intubacyjne		
1	Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.	szt.	2500
	Inne		
1	Rurki Guedela nr 2	szt.	200
2	Rurki Guedela nr 3	szt.	200
3	Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny,	szt.	320

	przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.		
4	Zestaw do pobierania wydzieliny – zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego.	szt.	700
5	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.	szt	3800
6	Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, z przeźr oczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 3,5 do 10 co pół.	Szt	45
7	Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).	szt.	30
8	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.	**Szt.**	**180**
9	Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.	Szt.	300
10	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora.	Szt.	180

11	Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia" oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek (+/- 2mm) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/14mm), dla roz 3 (133mm/117mm/14mm), dla roz 4 (163mm/147mm/14mm).	szt	700
12	Linia do gazometrii męsko-męska.	Szt.	200

Pakiet nr 22 - Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi		
1	Nr 7	szt.	5
2	Nr 7,5	szt.	5
3	Nr 8	szt.	18
4	Nr 8,5	szt.	5
5	Nr 9	szt.	13
6	Nr 10	szt.	3

Pakiet nr 23 - Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu		
	Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.		
1	Nr 7,5	szt.	50
2	Nr 8,0	szt.	60
3	Nr 8,5	szt.	60
4	Nr 9,0	szt.	30

Pakiet nr 24 - Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym		
	Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na		

korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa.			
1	Nr 7,0	Szt.	10
2	Nr 7,5	szt.	50
3	Nr 8,0	szt.	50
4	Nr 8,5	szt.	50
5	Nr 9,0	szt.	30

Pakiet nr 25 - Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch			
Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kranikow), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.			
1	9Ch	szt.	15
2	12Ch	szt.	15

Pakiet nr 26 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza			
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu.			
1	Nr 7,0	szt.	4
2	Nr 8,0	szt.	4
3	Nr 9,0	szt.	4
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankietem, z mankietem typu Aire- Cuf zbrojona			
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. , długości i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, ((o parametrach średnica wew.(mm) / średnica wew.(mm), długość (mm0.))			
1	Nr 6,0 ((6,0 8,7, 110))	szt.	2
2	Nr 7,0 ((7,0 10,0, 120))	szt.	2
3	Nr 8,0 ((8,0 11,0, 130))	szt.	2
4	Nr 9,0 ((9,0 12,3, 140))	szt.	2
Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu – z ruchomym szyldem. Wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, do długotrwałej wentylacji, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu w wersji z ruchomym szyldem, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania			
1	Nr 6,5 długość maks. 77mm	szt.	5
2	Nr 7,0 długość maks. 85mm	szt.	5
3	Nt 7,5 długość maks. 93mm	szt.	5
4	Nr 8,0 długość maks. 98mm	szt.	5
Rurka tracheostomijna z regulowanym szyldem – z mankietem silikonowane PVC. Wykonana z termoplastycznego PVC,			

ruchomy szyld, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalonów, jałowa, jednorazowego użytku.			
1	Nr 6,5	szt.	5
2	Nr 7,0	szt.	5
3	Nt 7,5	szt.	5
4	Nr 8,0	szt.	5

Pakiet nr 27 – Prowadnice intubacyjne i Zestawy do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm	szt.	6
2	Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch	szt.	5
3	Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch	szt.	5
4	Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch	szt.	5
5	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	2
6	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	30

Pakiet nr 28- Zestaw do wkłucia centralnego z pięcioświatłowym cewnikiem

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestaw do wkłucia centralnego z pięcioświatłowym cewnikiem		
	Skład zestawu: Zestaw co cewnikowania żył centralnych met. Seldingera. Cewnik pięcioświatłowy śred. zew. 12F, dł. 15cm, średnice wewnętrzne ; 16/18/18/18/12G. przepływy D55/M 32/M 32/ M32 / M30/ P 225 ml/min. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinołowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka.	Szt.	50

Pakiet nr 29 – Dreny Redona

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne			
1	Dreny Redona 8	szt.	100
2	Dreny Redona 10	szt.	400
3	Dreny Redona 12	szt.	300

4	Dreny Redona 14	szt.	600
5	Dreny Redona 16	szt.	100
6	Dreny Redona 18	szt.	100

Pakiet nr 30 - Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6mm	szt.	5

Pakiet nr 31 - Dreny z trokarami

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Dreny z trokarem		
1	Dren z trokarem ostry – Roz 16 –do 32	Szt.	60
2	Dren z trokarem tępy– Roz 12 - do 32	Szt.	60

Pakiet nr 32 - Zestaw Flocare Jejuniostomii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestaw Flocare Jejuniostomia		
1	Zestaw Flocare Jejuniostomii umożliwiający chirurgiczne założenie zgłębnika służącego do żywienia bezpośrednio do jelita składającego się z 2 igieł prowadzących z kaniulami rozdzielanymi CH 10, strzykawka 2 x 3 ml w rozmiarze Ch 80/80 cm	szt.	120

Pakiet nr 33 - Worek resuscytacyjny

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Worek resuscytacyjny wraz z rezerwuarem z możliwością sterylizacji w temperaturze 134^{0}C (komplet)	Kpl.	20

Pakiet nr 34 - Maska twarzowa do tlenu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych	szt.	100

Pakiet nr 35 - Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda.	szt.	20

Pakiet nr 36 - Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku o zmiennym ciśnieniu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych – Maska z mankietem uszczelniającym z możliwością pompowania (zmiana ciśnienia w mankiecie)	szt.	10

Pakiet nr 37 - Mankiet do krwawego pomiaru RR

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy	szt.	5

Pakiet nr 38 - Opaski uciskowe i staza gumowa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm / 120x13,5cm	szt.	5
2	Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm	szt.	2
3	Staza gumowa 5m x 6cm	szt.	10

Pakiet nr 39 - Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami – okulary ochronne na blok operacyjny Wygodne, przylegające okulary ochronne, wykonane w technologii UltraClear zapobiega odblaskom, zaparowaniu soczewek oraz energii statycznej, Oprawka dopasowana jest do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegają szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane, samozamykające się otwory, zgodne z normą OSHA, można stosować na okulary korekcyjne. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania, bez pozostawiania odcisków palców.			
1	Oprawa okularowa	szt.	100
2	Wymienne osłonki (soczewki)	szt.	1000

Pakiet nr 40 - Ostrza do skalpela

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Ostrza do skalpela			
1	10	op.	70
2	11	op.	40
3	15	op.	40
4	22	op.	80
5	24	op.	20

Pakiet nr 41 - Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30	szt.	20

Pakiet nr 42 - Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15	szt.	150

Pakiet nr 43 - Folia operacyjna

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm)	szt.	500
2	Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm)	szt.	120
3	Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm)	szt.	100

Pakiet nr 44 – Igły do akupunktury

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt.	Op.	40
2	Igły do akupunktury 0,20x40 – pozłacana, opak.= 100 szt.	Op.	10

Pakiet nr 45 - Ostrza do piły

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap - Acculan) dł. ramienia	szt.	10

	90mm, szerokość 25mm, grubość 1,27mm		

Pakiet nr 46 - Ostrza do piły STRYKER

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Ostrza do piły STRYKER		
1	**Ostrze endoprotezoplastycze** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 18x0.89x75	Szt.	60
2	**Ostrze endoprotezoplastycze** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 25x1.27x90	Szt.	60
3	**Ostrze krótkie** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.76x24.5	Szt.	5
4	**Ostrze krótkie** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.58x22.5	Szt.	5
5	**Ostrze endoprotezoplastycze** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 13x0.89x90	Szt.	60

Pakiet nr 47 - Akcesoria do diatermii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do diatermii – (Diatermia – EMED – ES 350/400 i Bowa - AC250)		
1	Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym	szt.	30
2	Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm	szt.	20
3	Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05 -	szt.	5
4	Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm	szt.	20
5	Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05	szt.	5
6	Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm	szt.	10
7	Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05	szt.	3
8	**Penseta bipolarna prosta**		
A	110 – 145 mm (0,5mm)	szt.	2
B	155 – 170 mm (2mm)	szt.	10
C	180 – 200 mm (2mm)	szt.	7
D	220 - 230 mm (2mm)	szt.	1

Pakiet nr 48 - Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135	szt.	200

Pakiet nr 49 - Ustniki do endoskopii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok

1	Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką	szt.	300

Pakiet nr 50 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm		
1	Dł. 5 – 5,5cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400 mm	szt.	3
2	Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400mm	szt.	3
3	Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm	szt.	3
4	Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 - 1950 mm	szt.	3

Pakiet nr 51 - Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull" i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y", pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy.		
1	Ø 20	szt.	4
2	Ø 24	szt.	16

Pakiet nr 52 - Szczotki chirurgiczne do mycia rąk

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja)	szt.	100

Pakiet nr 53 – Papiery do EKG i videoprintera

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Papier EKG – z nadrukiem i papier do videoprinterów		
1	Papier EKG 112 x 25	rol.	360
2	Papier EKG do defibrylatora ZOOL - 90x90x200	Skł.	15
3	Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel - Green	rol.	150
4	Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD	rol.	10

Pakiet nr 54 - Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare	szt.	500

Pakiet nr 55 - Wyroby jednorazowe z flizeliny

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby jednorazowe z flizeliny		
1	Fartuchy jednorazowe flizelinowe	szt.	4 000
2	Beret flizelinowy	szt.	2 000
3	Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe	szt	3 000

Pakiet nr 56 - Pościel flizelinowa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pościel jednorazowego użytku		

1	Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) Wymiary – powłoka - 200 x 150cm, powłoczka - 90 x 75cm, prześcieradło - 210 x 150cm (+/- 10%)	szt.	500

Pakiet nr 57 - Folia termoizolacyjna - koc

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Folia termoizolacyjna - koc	szt.	1 200

Pakiet nr 58 - Zestaw przeznaczony do zbierania wymiocin

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin.	szt.	1200

Pakiet nr 59 - Jednorazowe suche myjki do mycia

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach rękawicy	Szt.	500

Pakiet nr 60 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby do pielęgnacji niemowląt		
1	Płyn do mycia Noworodków 300 ml	szt.	180
2	Oliwka dla noworodków	Szt.	10
3	Patyczki higieniczne do uszu	Szt.	4 000
4	Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg	szt.	6 000
5	Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL	szt.	7200
6	Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków	szt.	17 000

Pakiet nr 61 - Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką	szt.	500

Pakiet nr 62 - Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10 szt.) inne opakowanie - odpowiednie przeliczenie)	Szt.	10000

Pakiet nr 63 - Wyroby z tworzywa sztucznego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby z tworzywa sztucznego		
1	Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji	Szt.	50
2	Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji	Szt.	50
3	Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 28cm - 30cm – do sterylizacji	Szt.	200

Pakiet nr 64 – Rękawice chirurgiczne

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok

1	Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	par	15 000
2	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	par	12 000
3	Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.	Par	2000
4	Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	Par	500
5	Rękawice foliowe (M i L) op.= 100 szt.	Op.	200

Pakiet nr 65 – Próżnociąg położniczy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu" (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne	Szt.	30

	krawędzie lub „grzybka" Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru przez Zamawiającego.		

Pakiet nr 66 - Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia metoda pomiaru - Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mm Hg, puls: 30÷200 bpm , dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mm Hg, mankiet - obwód ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% , transport i przechowywanie - temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% , w zestawie - ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia	Szt.	50

Pakiet nr 67 - Elektroda neutralna - jednorazowa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektroda neutralna 90cm2 jednorazowa , dzielona używana przy zabiegach elektrochirurgicznych (polipektomi a) (opakowanie = 100 szt.)	Op..	5

Pakiet nr 68 - Elektrody neutralna do aparatu do elektrokoagulacji z kablem

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektrody neutralne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350 . Długość 3 – 5m, wtyk typu „płaski - dwubolcowy"	szt.	7

Pakiet nr 69 - Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350.

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350 – opakowanie = 50szt.	Op.	4

Pakiet nr 70 - Kable EKG do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Kable EKG do kardiomonitorów		
1	Kabel pacjenta - 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora STAR 800,COMEN	szt.	6
2	Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia , zatrzask, do kardiomonitora Philips - komplet	szt.	8
3	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Goldway UT 4000F	szt.	4
4	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora GAMMA XL(Draeger)	szt.	8
5	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Emtel FX 2000	szt.	4

Pakiet nr 71 - Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów wraz z wężykami, rozmiar średni 20-35cm, wężyk 1 sztuka do każdego monitora, 5 szt. z jednym wężykiem, 5 szt. z dwoma wężykami		
1	Kardiomonitor EMTEL(FX 2000, FX 2000F)	szt.	4
2	Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger)	szt.	4

Pakiet nr 72 - Czujnik SPO2 do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujnik SPO2 do kardiomonitorów		
1	Kardiomonitor Walmed (STAR 800,COMEN) kompletny, wtyczka do monitora	szt.	8
2	Kardiomonitor Philips (kabel kompletny 1,5m)	szt.	6
3	Kardiomonitor EMTEL(FX 2000	szt.	2
4	Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger)	szt.	6
5	Kardiomonitor Walmed (Goldway UT 4000) – kompletny,	szt.	4
6	Kardiomonitor Walmed (M8) – kompletny	szt.	4

Pakiet nr 73 - Czujnik O2 do respiratora

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujnik O2 do respiratora		
1	Respirator NBP840(Medtronic)		4
2	Respirator Vello Viassys (Dutchmed)		4

Pakiet nr 74 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń firmy DREAGER

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń		
1	Aparatu do znieczulenia Fabiusz, CE i PRIMUS(Dreager)	Szt.	6

Pakiet nr 75 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń firmy Medtronic

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń		
1	Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire	Szt.	2

Pakiet nr 76 - Akumulatory do piły i wiertarki firmy AESCULAP

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do piły i wiertarki		
1	do piły i wiertarki Aesculap(GA626 9,6 V O,8Ah)	szt.	2

Pakiet nr 77 - Akumulatory piły i wiertarki firmy STRYKER

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory piły i wiertarki firmy STRYKER		
1	do piły i wiertarki STRYKER	szt.	2

Pakiet nr 78 - Pułapki wodne do kapnografu - Draeger

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia		
1	FABIUS CE	szt.	20
2	PRIMUS	szt.	20
3	CS	szt.	20

Pakiet nr 79 - Pułapki wodne do respiratora DRAEGER

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pułapki wodne do respiratora DRAEGER		
1	Typu – Water Lock2	szt.	25

Pakiet nr 80 - Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna)

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna) - opak 40 szt.	Szt.	40

Pakiet nr 81 - Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel		
1	Kabel pacjenta do aparatu EKG kompletny – 12 odprowadzeń	szt.	10
2	Komplet elektrod przyssawkowych - 8 sztuk	Komp.	10
3	Komplet elektrod kończynowych dla dorosłych - 4 sztuki	Komp.	10

Pakiet nr 82 – Wkłucia tętnicze metoda Seldingera

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR/8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR o długościach 8, 10cm, igła wprowadzająca 19G/54cm, prowadnik 0,71mm.		
1	Cewnik o dl. 8cm	Szt.	40
2	Cewnik o dl. 10cm	Szt.	40

Pakiet nr 83 - Cewnik Foley silikonowy z końcówką Tiemanna

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Możliwość utrzymania do 29 dni. Wykonany z medycznej odmiany 100% silikon. Atraumatyczna końcówka. Wyposażony w boczny otwór o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką. Całkowicie transparentny. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podójne. Długość = 420mm, Balon 5 – 10ml.		
1	CH14	Szt.	20
2	CH16	Szt.	20
3	CH18	Szt.	20

Pakiet nr 84 – Maski filtrujące z zaworem wydechowym

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Maski filtrujące z zaworem wydechowym		
1	Półmaska filtrująca jednorazowego użytku z zaworem wydechowym, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej 98 % oraz odporność na rozpryski 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi.	Szt.	240
2	Maska ochronna-respirator, spełniająca wymogi EN149:2001 , dla ochrony personelu medycznego , z zakrytym zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym, trójwarstwowy filtr elektrytowy wykonany z polipropylenu , trójpanelowa składana konstrukcja półmaski zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy , posiadająca dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizopropylenu , zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski , zawór wydechowy wykonany z poliizopropylenu ,	Szt.	40

	klasa ochrony maski - FFP3, min. Zdolność filtracyjna min. 99%, filtracja cząstek 0,3-0,5 mikrometra, Wyrób medyczny zgodny z EN 14683:2005 , typ IIR , do ochrony dróg oddechowych przy kontakcie z chorym pacjentem (zwłaszcza na gruźlicę,zapalenie płuc, błonicę..) winien stanowić ochronę zarówno użytkownika jak i jego otoczenia		

Pakiet nr 85 - Sterylne ręczniki do osuszania rąk

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Kompresy włókninowe , sterylne , sterylizowane tlenkiem etylenu ,z włókniny bawełnianej o gramaturze min. 40g/m2, 16 warstwowe, rozmiar całkowity po rozłożeniu 50cm x 50cm , pakowane pojedynczo w opakowanie papier/folia z widocznym kierunkiem otwierania .	Szt.	1000

Pakiet nr 86 – Nakłuwacze jednorazowe

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Nakłuwacz jednorazowy używany do uzyskania próbki krwi do badania poziomu glukozy /cholesterolu . Konstrukcja zabezpieczona przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu. Nie zawierające lateksu i ftalonów. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie = 100 szt. Rozmiar głębokość wkłucia – 23G / 18mm i 21G / 2,4mm	Op.	150

Pakiet nr 87 - Instrument i Noże do Diatermii MAXIUM /KLM MARTIN

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLM Martin		
1	**Kleszczyki do zamykania naczyń** z równoczesnym cięciem, wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu, prowadnica śr. 5mm, dł. 37cm, (min. 50 sterylizacji), do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLM Martin	Szt.	1
2	Jednorazowe, wymienne **ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń** o śr. 5 mm i dł. 37cm, op.= 6szt.	Op.	24

Pakiet nr 88 - Jednorazowe staplery okrężne i jednorazowe staplery liniowe z nożem

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 24-25 / 26 / 28-29 **Jednorazowy stapler okrężny** wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 24-25 / 26 / 28-29, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, co umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.	szt.	50
	Stapler liniowy z nożem w korpusie j.uż. o efektywnej długości zespolenia: 55 i 75 mm. Wstępnie załadowany do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkankigrubej 2 mm, posiadające dwa podwójne rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia. Wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiarów: 55 i 75 - 3,85 mm dla tkanki cienkiej i 4,5 mm dla tkanki grubej. Możliwość użycia 8 ładunków w obrębie jednego pacjenta (zabiegu).		
2	Stapler liniowy rozm.55mm	szt.	25
3	Stapler liniowy rozm.75mm	szt.	5

4	Ładunek jedn. do poz. 2 - rozm. 55mm	szt.	25
5	Ładunek jedn. do poz. 3 - rozm. 75mm	szt.	5

Pakiet nr 89 – Zestawy do procedur laparoskopowych

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestawy do procedur laparoskopowych		
1	Stapler endoskopowy Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm i 250mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia.	szt.	24
2	Wkłady do staplera Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5mm, 1.7mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	szt.	144
3	Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji;	szt.	72
4	Trokar optyczny o średnicy 15 mm z wbudowaną redukcją 5-15mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji;	szt.	24

Pakiet nr 90 - Klipsownica laparoskopowa z klipasami w rozmiarze ML

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, w rozmiarze ML, obrotowa o średnicy Ø10 mm i długości roboczej 330 mm z portem luer-lock do mycia.Dystalna (wewnętrzna) część rękojeści ruchoma, **proksymalna** (zewnętrzna) **nie ruchoma.** Część robocza - dystalna (bransze) z wewnętrzną mikrostrukturą zapewniającą stabilne trzymanie klipsa w klipsownicy. Kompatybilna z klipsami tytanowymi w rozmiarze ML typu Vclip.	Szt.	1
2	Klips tytanowy kompatybilny z klipsownicą w poz. 1 w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 4 i 6 szt. Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia operacyjnego. W każdym opakowaniu – co najmniej dwie samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym, zawierające nazwę producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii.	Op.	15

Pakiet nr 91 - Dreny do arthropompy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Dreny do arthropompy	szt.	30

Pakiet nr 92 - Zestaw do pompy infuzyjnej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat	szt.	50

Pakiet nr 93 - Zestaw do krwawego pomiaru RR

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans	szt.	300

Pakiet nr 94 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną	szt.	100

Pakiet nr 95 - Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków	Op.	10

Pakiet nr 96- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Przyrząd do podaży (do żywienia dojelitowego) uniwersalny do butelek i worków typu PACK do pompy Varioline AMIKA	szt.	400

Pakiet nr 97 – Nasadki przeźroczyste na endoskop

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Nasadki przeźroczyste na endoskop o kształcie stożkowym i zwykłym	szt.	
a	do panendoskopu	szt.	5
b	do kolonoskopu	szt.	10

Pakiet nr 98 - Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej – „nóż wodny"		
a	Typu - „Flushknife" – 2mm, dł. 2300mm	szt.	2
b	Typu - „Flushknife" – BT 2mm, dł. 2300mm	szt.	2

Pakiet nr 99 - Mankiet do ciśnienia do kardiomonitora

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Mankiet do ciśnienia do kardiomonitorów PHILIPS oraz WALMED		
a	Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 25-35cm	Szt.	20
b	Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 33-43cm	Szt.	10
c	Wielorazowe dla dorosłych, dwa wężyki	Szt.	10

Pakiet nr 100 - Elektroda do elektroterapii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym	szt.	100

	gniazdem na wtyk 2 i 4 mm przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy		

Pakiet nr 101 - Kable pacjenta do stymatów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Kable pacjenta do stymatów		
A	ST 210	szt.	4
B	ST 110	szt.	4
C	ST 200	szt.	4

Pakiet nr 102 - Akumulatory do pompy infuzyjnej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do pompy infuzyjnej		
1	do pomp strzykawkowych Ascot (Sep 11 , AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh)	szt.	10

Pakiet nr 103 - Akumulatory do UPS

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do UPS		
1	Akumulator typ Europower – 12V 7 – 7,2Ah	szt.	20

Pakiet nr 104 - Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu		
1	Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W	szt.	20
2	Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną (halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W)	szt.	10
3	Żarówka do mikroskopu – (6V , 20W)	szt.	10

Pakiet nr 105 - Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)	szt.	4

Pakiet nr 106 - Sensor przepływu do respiratora NBP 840

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Sensor przepływu do respiratora NBP 840	szt.	4

Pakiet nr 107 - Pułapki wodne do kapnografu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pułapki wodne do kapnografu		
1	FX 2000 EMTEL	szt.	20

Pakiet nr 108 - Pułapki wodne do kapnografu - aparat do znieczulania

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia		
1	DAMECA	szt.	20

Pakiet nr 109 - Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie

			śr/rok
	Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840		
1	Filtr jednorazowy do systemu drenażu RE/X800 i D/X 800 respiratorów serii 800	szt.	150

Pakiet nr 110 - Uszczelki silikonowe do troakarów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø 5 wielorazowe	szt.	40
2	Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø10 wielorazowe	szt.	40

Pakiet nr 111 – Intraductory i elektrody do czasowej stymulacji serca

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych)	szt.	20
2	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą	szt.	15
3	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą	szt.	15
4	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą	szt.	15

Pakiet nr 112 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3		
1	Elektroda 3,5mm, boczna , sztywna, (kolano/bark)	szt.	10
2	Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark)	szt.	10
3	Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano)	szt.	10
4	Elektroda z odsysaniem (kolano/bark)	szt.	10
5	Rękojeść VARPR3	szt.	10

Pakiet nr 113 - Końcówki do Shavera

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Końcówki do Shavera		
1	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
2	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
3	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
4	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt różyczka o średnicy 5,5mm	Szt.	5

Pakiet nr 114 - Wielorazowe narzędzia laparoskopowe

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.	szt.	2
2	Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w	szt.	2

	uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.		
3	Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.	szt.	2
4	Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.	szt.	2
5	Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Endocut, lekko zakrzywione długie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią	szt.	2
6	Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Mini Endocut, lekko zakrzywione, krótkie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią	szt.	2
7	Wielorazowy grasper typu Fenestrated, okienkowy z żebrowaniem; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,	szt.	2
8	Wielorazowy grasper typu Lapclinch, większe ząbkowanie w części dystalnej i gładki obszar w części proksymalnej; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,	szt.	2
9	Wielorazowy grasper typu Long Fenestrated, długie szczęki z mikrozą bkowaniem zapewniające atraumatyczny uchwyt; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,	szt.	2
10	Wielorazowy grasper typu Hunter o tradycyjnym wzorze; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,	szt.	2
11	Wielorazowy dissector typu Traditional Maryland o delikatnym wygięciu i stożkowatym kształcie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,	szt.	2
12	Tacka sterylizacyjna przeznaczona na 9 końcówek	szt.	2

Załącznik Nr 2 do SIWZ

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

Dostawa drobnego sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail : ..... Osoba do kontaktu: .....

Nazwa banku .....

Nr rachunku bankowego .....

Osoba upoważniona do podpisania umowy.....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1*

(wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)

Cena ogólna netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT (.....%) tj. .....zł*/ .....% tj. ..... zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie: .....)

Pakiet Nr 2*

(wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)

Cena ogólna netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT (.....%) tj. .....zł*/ .....% tj. ..... zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie: .....)

*** NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.**

Oświadczamy, że:

1. Zobowiązujemy się dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.
2. Gwarantujemy:
   a. terminowość dostaw: deklarujemy ..... (od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu).
   b. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ,
   c. realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
4. Deklaruję termin płatności: ..... dni licząc od dnia otrzymania faktury.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. Jestem małym/średnim przedsiębiorstwem ** - TAK/ NIE

7. Wadium o wartości ..... zł. wnieśliśmy w dniu ..... 2019 r. w formie .....
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;
10. Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
12. **Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:**
    .....
    .....
    .....
13. **Podwykonawstwo**
    Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
    ....., siedziba ....., KRS.....,
    w zakresie .....
14. **Zastrzeżenie Wykonawcy**
    Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
    .....
    .....
15. **Inne informacje Wykonawcy:**
    .....
    .....

** - skreślić odpowiednie

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/..... / 2019 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ..... 2019 r. pomiędzy:
Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9
NIP: 6431764082; REGON: 000308270
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec
zwanym w umowie **ZAMAWIAJĄCYM**

a firmą:
.....
z siedzibą w (kod miejscowości: .....)..... przy ul. .....
NIP: ..... , **REGON:** .....
zarejestrowaną w .....
w ..... pod Nr ..... o kapitale zakładowym w wysokości .....zł.
w imieniu której działa :

.....
zwaną w umowie **DOSTAWCĄ**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DN/DZ/340/15/2019 z dnia ..... 2019 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw **sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.**
Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w **PAKIECIE NR .....** oraz bez odrębnego wynagrodzenia realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ..... 2019 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Dostawca gwarantuje:
   a) terminowość dostaw: .... dni robocze licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,
   b) zgodność serii i dat ważności z fakturą,
   c) termin ważności: minimum 14 miesięcy,
   d) realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu,
   e) posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów puszczających te produkty do obrotu i stosowania,
   f) transporty i rozładunek towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – do pomieszczeń magazynu.

§ 2

1. Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia ..... do dnia .....
2. Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.
3. Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:
   a) Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,
   b) Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu, potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:
   - w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie: .....zł)
   - *w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie: .....zł)
   - *w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie:.....zł)
2. Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.
3. Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
5. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie .....(mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Dostawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
   b) za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
   c) niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.
   d) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Kary umowne wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
   1) zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,
   2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Wykonawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.
4. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
b) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
g) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
h) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
i) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
j) zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,
k) zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.
l) stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;
m) zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

1. Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.
2. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.
4. Dostawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2015,poz. 2164 – z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:

1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ warunki projektu umowy:

.....

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
.....

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku"
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2019

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1.przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca .....
ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :
.....
.....
I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:
- .....
- .....

Miejscowość, Data .....

.....
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

Miejscowość, Data .....

*** Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. **Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku".
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2019

Nazwa i adres składającego informację: .....

.....

Składając ofertę:

1. Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.
2. Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. .....(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła ..... (4* złotych.

Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić

1) W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.
2) W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1
3) Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4) Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

....., dnia ..... 2019 r.
(miejscowość)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

Lp.	Nazwa zadania	Przedmiot dostawy	Wartość usługi/ dostawy	Czas realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	UWAGI
				Początek	Zakończenie		

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom przedstawionym w SIWZ.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

....., dnia ..... 2019 r.
(miejscowość)