Ogłoszenie nr 600668-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja 9 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, , e-mail zp@zozsiemianowice.pl, , faks 32 228 14 98.

Adres strony internetowej (URL): http://www.zozsiemianowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

http://www.zozsiemianowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://www.zozsiemianowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście

Adres:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.; ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl., Biuro Zarządu - sekretariat (pok. A002)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji

Numer referencyjny: SZM/DN/DZ/341/23/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji Pakiet nr 1 Włóknina zielona Pakiet nr 2 Papier sterylizacyjny zielony miękki Pakiet nr 3 Papier sterylizacyjny miękki mix Pakiet nr 4 Torebki posterylizacyjne Pakiet nr 5 Rękawy papierowo-foliowe I

Pakiet nr 6 Rękawy papierowo-foliowe II Pakiet nr 7 Testy biologiczne, chemiczne Pakiet nr 8 Środki do myjni dezynfektora Pakiet nr 9 Testy Pakiet nr 10 Czyściki do narzędzi, szczoteczki, osłonki i pojemniki Pakiet nr 11 Testy dezynfekcji termicznej Pakiet nr 12 Modułowe kosze sterylizacyjne i Tace do narzędzi Pakiet nr 13 Wanienki dezynfekcyjne Pakiet nr 14 Pojemniki do transportu materiału skażonego Pakiet nr 15 Rękawice ochronne Pakiet nr 16 Stojaki modułowe, ramki foliowe Pakiet nr 17 Metkownica trzyrzędowa i wkłady

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33772000-2
33198000-4
33124131-2
33190000-8
39290000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:

Wartość bez VAT: 341682,64

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 12 *lub* **dniach:**

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeŜeli wykaŜe, Ŝe: zrealizował co najmniej (2) dwie dostawy materiałów do sterylizacji o wartości minimalnej kaŜda, określone poniżej dla poszczególnych pakietów: Dla Pakietu nr 15 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 500,00 PLN brutto, Dla Pakietu nr 7 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 120 000,00 PLN brutto, Dla Pakietów nr 1, 5, 6,10 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN brutto, Dla Pakietów nr 2, 3,8, 11 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto, Dla Pakietów nr 4, 9,14 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 5 000,00 PLN brutto, Dla Pakietu nr 13,16, 17 - każda dostawa o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda: a) Oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowany przedmiot zamówienia aktualnych dopuszczeń do obrotu i uŜywania dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 211 późn. zm.), b) Materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zastrzega prawo Ŝądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów ponad pakiety wskazane w pkt. 15 SIWZ. Próbki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. c) próbki zgodnie z pkt. 15 SIWZ PowyŜsze dokumenty i próbki składa tyko podmiot wybrany w procedurze odwróconej jako wygrywający przetarg.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą: • zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy, • obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę, • zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie. • zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), • działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, • zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, • omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, • mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, • zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, • zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu z zachowaniem ceny jednostkowej, • sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub

wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej, • zmiany określone w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym *(jeżeli dotyczy):*

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-01, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 **Nazwa:** Włóknina zielona

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Włóknina zielona 120 cm/120 cm Celuloza wiązana powierzchniowo wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana – włókno celulozowe uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym. Charakterystyka wytrzymałościowa: 1. zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 % 2. zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 % 3. wysoka wytrzymałość: na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m , na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m, na przepuklenia nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro 4. nie zwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min 5. kolor zielony: gramatura 66g/m²±5% (PN/EN 862-2), :wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym wymagana charakterystyka wytrzymałościowa producenta , a nie dystrybutora w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN/EN 868-2 Karton â 100 szt. 2 Włóknina niebieska 120 cm/120 cm Celuloza wiązana powierzchniowo wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana – włókno celulozowe uszczelnione i wzmocnione włóknem syntetycznym. Charakterystyka 120wytrzymałościowa: 1. zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 % 2. zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 % 3. wysoka wytrzymałość: na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m , na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m,na przepuklenia nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro 4. niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min 5. kolor niebieski gramatura 60g/m²±5% (PN/EN 862-2),wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym , wymagana charakterystyka wytrzymałościowa producenta, a nie dystrybutora w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN/EN 868:2009 Karton â 100 szt. 3 Włóknina niebieska 100/100 cm Celuloza wiązana powierzchniowo wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana – włókno celulozowe uszczelnione i wzmocnione włóknem syntetycznym. Charakterystyka wytrzymałościowa: 1. zawartość chlorków nie mniej niż 0,015 % 2. zawartość siarczanów nie mniej niż 0,015 % 3. wysoka wytrzymałość: na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m , na rozciąganie liniwe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m, na przepuklenia nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro 4. niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min 5. kolor niebieski gramatura 60g/m²±5% (PN/EN 862-2),

wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym wymagana charakterystyka wytrzymałościowa producenta , a nie dystrybutora w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN/EN 868:2009 Karton â 250 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33772000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 29670,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 **Nazwa:** Papier sterylizacyjny zielony miękki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Papier sterylizacyjny zgodny z normą PN/EN 868-2, gramatura papieru minimum 60 g/m²(PN/EN 868-2) , 100 % pulpa celulozowa, bielona bez użycia chloru, przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora celem oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN/EN 868-2, napisy i etykiety w języku polskim z

możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokument z datą ważności opakowania sterylizacyjnego 1 Papier sterylizacyjny zielony miękki - zgodny z normą, wg powyższego opisu - wymiary120 cm/120 cm Karton â 250szt. 2 Papier sterylizacyjny zielony miękki - zgodny z normą, wg powyższego opisu - wymiary100 cm/100 cm Karton â 250 szt. 3 Papier sterylizacyjny zielony miękki - zgodny z normą, wg powyższego opisu - wymiary 90 cm/90 cm Karton â 250 szt. 4 Papier sterylizacyjny zielony miękki - zgodny z normą, wg powyższego opisu - wymiary 60 cm/60 cm Karton â 500 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33772000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 8334,38

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** Papier sterylizacyjny miękki mix

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Papier

sterylizacyjny nietoksyczny, antystatyczny, nie pylący, przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu,, wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat; zgodny z normą PN/EN 868-2, i ISO 11607-19 (o parametrach gramatura 60 ±2 g/m2, grubość min. 0,16 zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05% mm, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/mpotwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne laboratorium. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora celem oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN/EN 868-2 i napisy i etykiety w języku polskim z możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokument z datą ważności opakowania sterylizacyjnego. 1 Papier sterylizacyjny miękki mix zielony /biały - zgodny z normą, wg powyższego opisu - w jednym opakowaniu zielony i biały - wymiary 120 cm/120 cm 2 Papier sterylizacyjny miękki mix zielony /biały - zgodny z normą, wg powyższego opisu - w jednym opakowaniu zielony i biały - wymiary 100 cm/100 cm 3 Papier sterylizacyjny miękki mix zielony /biały - zgodny z normą, wg powyższego opisu - w jednym opakowaniu zielony i biały - wymiary 90 cm/90 cm 4 Papier sterylizacyjny miękki mix zielony /biały - zgodny z normą, wg powyższego opisu - w jednym opakowaniu zielony i biały - wymiary 60 cm/60 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33772000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 15367,32

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 **Nazwa:** Torebki posterylizacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Torebki posterylizacyjne Posterylizacyjne opakowania foliowe: Samoprzylepne, o wymiarach 150 mm/250 mm op. â 500 szt. 2 Torebki posterylizacyjne Posterylizacyjne opakowania foliowe: Samoprzylepne, o wymiarach 200 mm/300 mm op. â 500 szt. 3 Torebki posterylizacyjne Posterylizacyjne opakowania foliowe: - Samoprzylepne, o wymiarach 300 mm/500 mm op. â 250 szt. 4 Torebki posterylizacyjne Posterylizacyjne opakowania foliowe: - Samoprzylepne, o wymiarach 400 mm/550 mm op. â 250 szt. 5 Torebki posterylizacyjne Posterylizacyjne opakowania foliowe: - Samoprzylepne, o wymiarach 600 mm/760 mm op. â 100 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33198000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 6770,76

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 **Nazwa:** Rękawy papierowo-foliowe I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Rękawy papierowo-foliowe ze zgrzewarką wypożyczoną na czas trwania umowy • zgodne z normą ISO 11607-1; ISO 11607-2 i EN 868- 3,5;wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, • ze wskaźnikiem sterylizacji do pary wodnej-PARA i tlenku etylenu -EO (minimum) z oznaczeniem metody • sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. • piktogram otwartej torebki umieszczony poza obszarem pakowania • Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. • o konstrukcji folii i wykonania zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi folia -przezroczysty laminat • 7- warstwowy), • papier zgodny z normą PN/EN868-3 o gramaturze minimum 60 g/m² • jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, • zgrzew fabrycznie wielokrotny zgodny z normą EN 865-5, • wymagane wydane przez producenta folii, a nie dystrybutora oświadczenie o zgodności z normami i charakterystyka folii , • napisy i etykiety w języku polskim poza obszarem pakowania, • z możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokument • dostarczony z zamawianym materiałem określający datę ważności opakowania sterylizacyjnego • termin ważności 5 lat. 1 Rękawy papierowo-foliowe 5cm/200 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 5 cm/200m, op. 200m 2 Rękawy papierowo-foliowe 7,5cm/200 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 7,5 cm/200m, op. 200m 3 Rękawy papierowo-foliowe 10cm/200 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 10 cm/200m, op. 200m 4 Rękawy papierowo-foliowe z fałdą 10cm/4/100 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 10 cm/4/100m, op. 100m 5 Rękawy papierowo-foliowe 12 cm/200m Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 12 cm/200m, op. 200m 6 Rękawy papierowo-foliowe 15 cm/200m Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 15 cm/200m, op. 200m 7 Rękawy papierowo-foliowe 20-21 cm/200m Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 20-21 cm/200m op. 200m 8 Rękawy papierowo-foliowe 25cm/200 Rękawy papierowo-foliowe - -szerokość 25 cm/200m, op. 200m 9 Rękawy papierowo-foliowe 30-32cm/200

Rękawy papierowo-foliowe - szerokość 30-32 cm/200m, op. 200m 10 Rękawy papierowo-foliowe 35cm/200m Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 35 cm/200m, op. 200m 11 Rękawy papierowo-foliowe 38cm/200 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 38 cm/200m, op. 200m 12 Rękawy papierowo-foliowe z fałdą 38cm/100 Rękawy papierowo-foliowe - szerokość 38 cm/100m, op. 100m 13 Rękawy papierowo-foliowe 40 cm/200m Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 40 cm/200m, op. 200m 14 Rękawy papierowo-foliowe 42cm/9/66 Rękawy papierowo-foliowe -szerokość 42 cm/9/66m, op. 66m

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33198000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 22018,32

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 **Nazwa:** Torebki papierowo-foliowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Torebki papierowo-foliowe ze zgrzewarką wypożyczoną na czas trwania umowy • zgodne z normą ISO 11607-1; i 11607-2 EN

PN 868-3,4,5, • Bezpyłowe łatwe oddzielanie się papieru od folii • ze wskaźnikami do sterylizacji parą wodną -PARAi tlenkiem etylenu -EO (minimum) umieszczony pomiędzy warstwami folii lub na papierze poza obszarem pakowania; z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. • Na torebce podany rozmiar torebki, numer Lot i jednoznacznie wskazany kierunek otwierania, • Informacje techniczne umieszczone poza obszarem pakowania • Wycięcie na kciuk po stronie otwierania. • Papier o gramaturze minimum 60 g/m2¸ zgodny z normą PN/EN 868-3 • Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca identyfikację zawartości, parametry zgodne z normą 868-5 • Szerokość zgrzewu minimum 1 cm, zgrzew wielokrotny – wielorowkowy • napisy i etykiety w języku polskim z możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokumentdostarczony z zamawianym materiałem określający datę ważności opakowania sterylizacyjnego • termin ważności 5 lat. 1 Torebki papierowo-foliowe 5cm x 25cm – Wielkość 5cm x25cm op. ā 100 szt. 2 Torebki papierowo-foliowe 7,5cm x 15cm – Wielkość 7,5cmx15cm op. ā 100 szt. 3 Torebki papierowo-foliowe 7,5cm x 30cm – Wielkość 7,5cmx30cm op. á 100 szt. 4 Torebki papierowo-foliowe 10cm x 25cm – Wielkość 10cmx25cm op. á 100 szt. 5 Torebki papierowo-foliowe 12cm x 25cm – Wielkość 12cmx25cm op. á 100 szt. 6 Torebki papierowo-foliowe 15cm x 20cm – Wielkość 15cmx20cm op. ā 100 szt. 7 Torebki papierowo-foliowe 21cm x 35cm – Wielkość 21cmx35cm op. ā 100 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33198000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 22486,10

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00

Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 **Nazwa:** Testy biologiczne, chemiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Testy biologiczne do pary szybkiego odczytu, z inkubatorem do odczytywania testów , wypożyczonym Zamawiającemu na czas trwania przetargu Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do sterylizacji parą wodną a) wynik po 2 - 4 godzinach , b) zawierający spory G.stearothermophilus, c) spełniający normę EN 867-3,ISO 11138 d) nie zawierający ołowiu, e) wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121ºC i 134ºC f) zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu, g) samoprzylepna etykieta pozwalająca na umieszczenie w dokumentacji oddziału , h) opakowani e à 50 szt. lub wielokrotność liczby 50 op. ā 50 szt. 2 Testy biologiczne do pary kompatybilne z przyrządem PCD z możliwością zainkubowania w posiadanym przez zamawiającego inkubatorze Attest Steam Incubator 56º model 118 Ampułkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parą wodną i) wynik po 24 godzinach , j) zawierający spory G. stearothermophilus, k) spełniający normę EN 867-3,ISO 11138 l) nie zawierający ołowiu, wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121ºC i 134ºC zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu, samoprzylepna etykieta pozwalająca na umieszczenie w dokumentacji oddziału op. ā 100 szt. 3 Przyrząd testowy PCD do testów biologicznych/chemicznych, zgodny z normą EN 867-5, symuluje warunki złożonych narzędzi rurowych, możliwość użycia w kontroli procesu sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, możliwość stosowania do kontroli procesów testami biologicznymi/chemicznymi i Bowie-Dicka szt. 4 Przyrząd testowy PCD do testów biologicznych zgodny z normą EN 867-5, symuluje warunki złożonych narzędzi rurowych, możliwość użycia w kontroli procesu sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu szt. 5 Testy biologiczne do tlenku etylenu szybkiego odczytu, z inkubatorem do odczytywania testów , wypożyczonym Zamawiającemu na czas trwania przetargu Ampułkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do sterylizacji EO wynik po 2 - 4 godzinach , zawierający spory B. atrophaeus, spełniający normę EN 867-3,ISO 11138 nie zawierający ołowiu, zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu, samoprzylepna etykieta pozwalająca na umieszczenie w dokumentacji oddziału ,

opakowani e à 50 szt. lub wielokrotność liczby 50 op. ā 50 szt. 6 Testy biologiczne do sterylizacji EO kompatybilne z przyrządem PCD z możliwością zainkubowania w posiadanym przez zamawiającego inkubatorze Attest EO Incubator 37º model 119 Ampułkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji EO - wynik po 48 godzinach , - zawierający spory B. atrophaeus, - spełniający normę EN 867-3, ISO 11138 - nie zawierający ołowiu, - zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniu - samoprzylepna etykieta pozwalająca na umieszczenie w dokumentacji oddziału op. ā 100 szt. 7 Testy biologiczne do kontroli dezynfekcji termicznej - do rutynowej walidacji i kontroli skuteczności proceśów mycia i dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w temperaturzez 70-95ºC - wskaźnik zawierający populację Enterococcus faecium 107 - wskaźnik z zabrudzeniami testowymi (norma PN EN ISO 15883), - inkubacja w temperaturzez 35ºC - czas inkubacji 4 dni op. ā 10 szt 8 Uchwyt do mocowania wskaźników biologicznych w myjni-dezynfektorze - kompatybilny z testami biologicznymi z poz. 8 op.ā 5 szt. 9 Urządzenie do badania wody z elektrodą 3w1, baterie,roztwór buforowy pH4 (50 ml), roztwór buforowy pH7 (50 ml) ,roztwór kalibracyjny 1413 µS (50 ml) ,roztwór kalibracyjny 12880 µS (50 ml) ,Roztwór do przechowywania (5 ml) ,Walizka, instrukcją obsługi. - Analiza wartości pomiarowych 5w1: pH, przewodność, rozpuszczone cząstki (TDS), zasolenie, temperatura - Automatyczna kompensacja temperatury - Automatyczne wyłączanie - Wymienna elektroda 3 w 1 - Pamięć 150 wartości pomiarowych - Pamięć wartości minimalnych/maksymalnych - Funkcja Data Hold - Wskaźnik wymiany baterii - Automatyczne wyłączanie - Podwójny wskaźnik (wartość pomiaru + temperatura) - Prosta kalibracja za pomocą klawiatury - Wodoodporny zgodnie z IP57. - wymienna elektroda wielofunkcyjna 3w1 - zakres 0.00 - 14.00 pH 1 pc. - dokładność +/- 0.1 pH szt. 10 Urządzenie do pomiaru luminometrycznego poziomu zanieczyszczeń ATP - urządzenie elektroniczne - do szybkiego oceny poziomu zanieczyszczeń ATP na powierzchniach ,wyrobu medycznego, wody, przeznaczone do monitorowanie higieny za pomocą pomiaru bioluminescencji, powstającej w trakcie enzymatycznego rozkładu ATP oraz AMP szt. 11 Zestaw testów (wymazówek) do urządzenia z pozycji 10 - zestaw testowy do urządzenia z pozycji 10 - kompatybilny z urządzeniem z pozycji 10 - ocena zanieczyszczeń powierzchni, - ocena zanieczyszczeń wody, op. 12 Przyrząd testowy procesu PCD do kontroli procesu mycia narzędzi małoinwazyjnych w myjni-dezynfektorzez - Kapsuła wykonana z poliwęglanu lub stali kwasodpornej, - z silikonową rurką zakończoną łączem Luer-Lock, - do stosowania z testem kontroli skuteczności mycia z pozycji 10 szt. 13 Test kontroli skuteczności mycia narzędzi małoinwayjnych - testy skuteczności mycia kompatybilne z przyrządem testowym PCD z pozycji 9 op.ā 50 szt. 14 Test chemiczny do kontroli sterylizacji EO Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu , - nietoksyczne wskaźniki zintegrowane, - spełniający wymogi typu 5, wg ISO 11140-1, - jednoznaczna zmiana koloru - stosowane w sterylizatorach ze 100% EO op. ā 100 szt. 15 System do rutynowej kontroli wsadu

sterylizowanego tlenkiem etylenu - przyrząd testowy procesu Helix-PCD ze stali kwasoopornej, zgodny z EN 1422 - krotność użycia -1000 cykli sterylizacyjnych , - zestaw startowy testów â 200 szt. - testy zintegrowane zgodne z normą EN ISO 11140-1 do rutynowej kontroli wsadu op. 16 Pakiet uzupełniający do systemu rutynowej kontroli wsadu sterylizowanego tlenkiem etylenu - 250 szt. testów paskowych, - 1 zestaw uszczelnień, - testy zintegrowane zgodne z normą EN ISO 11140-1 do rutynowej kontroli wsadu op. 17 System kontroli wsadu do narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych 1 przyrząd testowy - Compact-PCD (kołowy, kolor: pomarańczowy), - zgodny z EN 867-5, - zestaw startowy testów paskowych â 100 szt. - wskaźnik zintegrowany zgodny z normą EN ISO 11140-1 op. 18 Zintegrowane testy paskowe do rutynowej kontroli sterylizacji parą wodną - kompatybilne z przyrządem PCD w pozycji 17 - testy typu 5 - wskaźnik zintegrowany zgodny z normą EN ISO 11140-1 do rutynowej kontroli wsadu, - opakowanie testów zawiera 250 szt. testów i 1 zestaw uszczelnień op. 19 Testy do rutynowej kontroli procesu sterylizacji parą wodną kompatybilne z przyrządem PCD w pozycji 17 - wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji w temperaturze 134º C/18minut - wskaźnik zintegrowany zgodny z normą EN ISO 11140-1 do rutynowej kontroli wsadu (BMS), - opakowanie testów zawiera 250 szt. testów i 1 zestaw uszczelnień op. 20 Test kontroli mycia ultradźwiękowego - do kontroli działania ulltradźwięków, - jednoznaczna zmiana koloru testu (np. z zielonego na żółty), - jednorazowego użytku. op. ã 30 szt. 21 Maty silikonowe do pozycjonowania narzędzi - system pozycjonowania narzędzi w tacach , - zapobiegające przesuwanie się narzędzi, - typu "jeż", - z możliwością odcinania odcinków maty, - perforowane i umożliwiające mycie, osuszanie i dobrą penetrację pary wodnej, - rozmiar zakres od 500mm-210mm szt. 22 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną Integrator chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną : - spełniający wymogi typu 5 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1, - całkowicie nietoksyczna substancja wskaźnikowa, nie zawierający ołowiu i innych metali ciężkich, - laminowany, - nie wymagający interpretacji zmiany koloru substancji wskaźnikowej, - wędrująca substancja wskaźnikowa, - z dwoma okienkami op. â 1000 szt. 23 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną Integrator chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną : - spełniający wymogi typu 5 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1, - całkowicie nietoksyczna substancja wskaźnikowa, nie zawierający ołowiu i innych metali ciężkich, - laminowany, - nie wymagający interpretacji zmiany koloru substancji wskaźnikowej, - wędrująca substancja wskaźnikowa, - z dwoma niezależnymi okienkami op. â 1000 szt. 24 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną Emulator chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną : - spełniający wymogi typu 6 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1, - całkowicie nietoksyczna substancja wskaźnikowa, nie zawierający ołowiu i innych metali ciężkich, - laminowany, - nie wymagający interpretacji zmiany koloru substancji wskaźnikowej, - wędrująca substancja wskaźnikowa, - z trzema polami : nieakceptowalny wynik, wynik dla zakresu temperatury i czasu 121ºC

/20min, wynik dla zakresu temperatury i czasu 134ºC /7min op. â 100 szt. 25 Jednorazowy pakiet Bowie-Dick Jednorazowy, nietoksyczny pakiet typu Bowie-Dick; a) spełniający wymogi normy EN867-1, 867-4 oraz normy międzynarodowe ISO 11140-1, b) kontrolujący penetrację i jakość pary wodnej, c) pakiet umieszczony w opakowaniu symulującym ładunek porowaty, d) zmiana koloru z jasnożółtego na czarny op. ā 20 -25 szt. 26 Jednorazowy pakiet Bowie-Dick e) kontrolujący penetrację i jakość pary wodnej, f) z przesuwającą się substancją wskaźnikową, g) wynik w okienku, op. a 100 szt. 27 Taśma wskaźnikowa do pary wodnej Taśma wskaźnikowa ze wskaźnikiem parowym: szerokość 1,9 cmx50mb rolka 28 Taśma wskaźnikowa do EO Taśma wskaźnikowa ze wskaźnikiem do tlenku etylenu szerokość 1,9 cmx50 mb rolka 29 Test zgrzewu Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych op. ā 250 szt. 30 Arkusz szczelności zgrzewu - arkusz do kontroli szczelności zgrzewu, - do opakowań papierowo-foliowych, - z etykietą dokumentowania procesu zgrzewania op. ā 250 szt. 31 Plomby do kontenera Aesculap - jednorazowego użytku, - kompatybilne z kontenerami Aesculap, op. ā 1000 szt. 32 Preparat do lubrykacji narzędzi chirurgicznych - w olejarce, jednorazowego użytku, - na bazie oleju parafinowego, bez zawartości silikonu, - olej bezzapachowy, nie pozostawiajacy koloru i śladu, przepuszczalny dla pary, - do stosowania w sterylizacji parowej ,- - o pjemności 12 ml lub 1000 dozowań, - olejarka w formie penu, pasującaanatomicznie do dłoni - dozowanie oleju płynnego w kroplach, - długość podajnika metalowego 7 mm i średnicy 0,8 mm, szt. 33 Filtry do kontenera - jednorazowego użytku, - o średnicy 19 cm, - z otworem na środku, - ze wskaźnikiem procesu steam - do kontenerów Aesculap JK 095 lub zbliżony rozmiarowo op. ā 100 szt. 34 Filtry do kontenera - jednorazowego użytku, - prostokątne, - bez otworu na filtrze, - ze wskaźnikiem procesu steam, - nr kat. JF 066 lub zbliżony rozmiarowo op. ā 100 szt. 35 Filtry do kontenera - jednorazowego użytku, - prostokątne, - bez otworu na filtrze, - do kontenerów Aesculap nr JF166 lub rozmiarowo zgodne (o wymiarach od 11-12cmx23,5-24cm) - ze wskaźnikiem procesu steam op. ā 100 szt. 36 Filtry do kontenera - wielokrotnego użytku, - prostokątne, - bez otworu na filtrze, - do kontenerów Aesculap nr JK089 lub zbliżone rozmiarowo op. ā 10 szt. 37 Filtry do kontenera Aesculap - teflonowe , - nr JP050 lub kompatybilne , - okrągłe, - w ramce op. ā 1 szt. 38 Osłona foliowe z klipsami (przyłbica) - z możliwością przypięcia klipsami do okularów korekcyjnych, - przezroczyste, - klips - 2 szt.; 1 - para, - przyłbica foliowa komplet 39 Osłona foliowa z ramką, z klipsami - przezroczyste, - ultralekkie, - ramka, - przyłbica foliowa komplet 40 Papier do drukarki do sterylizatora gazowego Papier do drukarki Printer 1216A do posiadanego przez zamawiającego sterylizatora Steri-Vac 5XL op. ā 2 rolki 41 Naboje gazowe ze 100% tlenkiem etylenu Oryginalne naboje gazowe na 100% tlenek etylenu dopuszczone przez producenta sterylizatora (posiadany przez zamawiającego sterylizator to: Steri-Vac 5XL) op. ā 12 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33198000-4, 33124131-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 151202,15

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 **Nazwa:** Środki do myjni -dezynfektora

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Alkaliczny preparat myjący Środek myjący alkaliczny do maszynowego mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, aluminium i aluminium anodowanego Dozowanie 3-8ml/l 2 Preparat neutralizujący Preparat neutralizacyjny po maszynowym myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy Dozowanie: 1-3ml/l 3 Preparat płuczący Preparat płuczący do myjni -dezynfektora, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych, kontenerów ph: neutralne/ lub ph roztworu kompatybilne z pozycjami 1 , 2, 4 Preparat do mycia i konserwacji Preparat do mycia i konserwacji stali szlachetnej (sterylizatora, myjni). Skład: olej mineralny, parafina, gotowy do użycia, ph neutralne 5 Preparat do czyszczenia Preparat do czyszczenia przedmiotów ze

stali szlachetnej Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas cytrynowy, alkohol, gotowy do użycia , ph:2-3 6 Preparat do mycia, dezynfekcji i odwapniania SUW Preparat do mycia, dezynfekcji i odwapniania wody w Stacji Uzdatniania Wody na bazie kwasu nadoctowego i/lub nadtlenku wodoru - działanie: B ,TBC, V łącznie z HBV, HCV, HIV, F, S - czas działania 10 minut, - stężenie 1-3% 7 Testy do preparatu do dezynfekcji wody Testy do badania pozostałości środka do mycia i dezynfekcji i odwapniania SUW po dezynfekcji Wszystkie preparaty kompatybilne ze sobą , pochodzące od jednego producenta - koncentraty

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 14617,44

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 **Nazwa:** Testy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Wszystkie testy -

Substancja wskaźnikowa całkowicie nietoksyczna , nie zawierająca ołowiu i innych metali ciężkich 1 Test wsadu do kontroli sterylizacji parą wodną Test wsadu – wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną o wartościach 134ºC/7 min i 121ºC/20 min, samoprzylepny, odpowiadający testom typu 6 wg ISO 11140-1 do stosowania z przyrządem PCD 2 Test wsadu do kontroli sterylizacji parą wodną Test wsadu – wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną o wartościach 134ºC/18 min , samoprzylepny, odpowiadający testom typu 6 wg ISO 11140-1 do stosowania z przyrządem PCD 3 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną, laminowany Wieloparametrowy test do kontroli sterylizacji parą wodną według norm międzynarodowych typu 4 ISO 11140- 1 i według normy PN/EN 867-1 klasa D; 4 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną Test emulacyjny wg normy PN/EN 867-1 klasa D , wg norm międzynarodowych typu 6 ISO 11140- 1 przeznaczony do sprawdzenia czy zadane parametry cyklu zostały spełnione TST 134 / 7 i 121/20 5 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą wodną Test emulacyjny wg normy PN/EN 867-1 klasa D , wg norm międzynarodowych typu 6 ISO 11140- 1 przeznaczony do sprawdzenia czy zadane parametry cyklu zostały spełnione TST 134 / 18 min 6 Test zintegrowany EO-5 bezołowiowy Nietoksyczny, bezołowiowy wskaźnik skuteczności procesu -wskaźnik zintegrowany do kontroli sterylizacji EO-testy typu 5 wg ISO 11140-1 7 Dozowniki do taśm wskaźnikowych Dozowniki – odwijarki do taśm wskaźnikowych z neutralnym nożykiem do odrywania odcinka taśmy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4434,99

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00

Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 **Nazwa:** Czyściki do narzędzi, szczoteczki, osłonki i pojemniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, 3mm, nie pylące, o długości 10 m jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 10 m 2. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, , nie pylące, o średnicy 3mm jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 10 m 3. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, o średnicy 3mm nie pylące, jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 100 szt. 4. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, nie pylące, o średnicy 9 mm jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 50 szt. 5. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, , nie pylące, o średnicy 12mm jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 50 szt. 6. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, nie pylące, o średnicy 15 mm jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 20 szt. 7. Czyściki do narzędzi Czyściki jednokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych, nie pylące, o średnicy 15 mm o długości 5 m jako wsad wymienny do posiadanego stojaka op. ā 5m 8. Osłonki na narzędzia PPT007 C Osłonki zabezpieczające z tworzywa sztucznego na narzędzia ostro zakończone nadające się do sterylizacji w temperaturze 134ºC op. ā 200 szt 9. Osłonki na narzędzia PPT008 C Osłonki zabezpieczające z tworzywa sztucznego na narzędzia ostro zakończone nadające się do sterylizacji w temperaturze 134ºC op. ā 200 szt. 10. Dyspenser do rękawiczek Dyspenser do rękawiczek z możliwością: - zawieszenia na ścianie , - ze stali nierdzewnej, - na 3 lub 4 rozmiary rękawiczek od X, L, M, S szt. 11. Pojemnik z polipropylenu Pojemnik z polipropylenu , z możliwością dezynfekcji w myjni-dezynfektorze w temperaturze do 60°C, z uchwytem w pokrywie, o wymiarach 295x230x138 mm, cieczoszczelne, z sitkiem szt. 12. Pojemnik z polipropylenu Pojemnik z polipropylenu , z możliwością dezynfekcji w temperaturze 60°C, z uchwytem w pokrywie, o wymiarach 295x230x203 mm, cieczoszczelne, z sitkiem szt. 13. Pojemnik z polipropylenu Pojemnik z

polipropylenu , z możliwością dezynfekcji w temperaturze 60°C, z uchwytem w pokrywie, o wymiarach 456x300x225 mm, cieczoszczelne, z sitkiem szt. 14. Szczoteczki do mycia narzędzi - szczoteczka z tworzywa sztucznego, - średnica szczoteczki 1,00mm, - nadające się do dezynfekcji z możliwością mycia w myjni -dezynfektorze, - wielokrotnego użytku, - wytrzymałe na temperaturę do 134ºC op. ā 2 szt. 15. Szczoteczki do mycia narzędzi szczoteczka z tworzywa sztucznego, długość włosia 12-30 mm nadające się do dezynfekcji z możliwością mycia w myjni - dezynfektorze, wielokrotnego użytku, op. ā 10 szt. 16. Szczoteczki do mycia narzędzi - szczoteczka z tworzywa sztucznego, - z twardym włosiem z tworzywa sztucznego - nadające się do dezynfekcji z możliwością mycia w myjni -dezynfektorze, - wielokrotnego użytku, - wytrzymałe na temperaturę 134ºC op. ā 10 szt. 17. Szczoteczka do czyszczenia akcesoriów do elektrochirurgii - Szczoteczka do czyszczenia , - z rączką, - włosie ze stali nierdzewnej szt. 18. Szczoteczki do czyszczenia - szczoteczki do czyszczenia, - średnica szczoteczki 10 mm - wielorazowego użytku - do sterylizacji w temperaturze 134°C op.a 5szt. 19. Szczoteczki do czyszczenia - szczoteczki do czyszczenia - średnica szczoteczki 40 mm - wielorazowego uzytku - do sterylizacji w temperaturze 134°C op.a 5szt. 20. Papierowe osłony na narożniki tac Papierowe osłony na narożniki tac sterylizacyjnych o wymiarach ;100 x 100 x 50 mm, 270g/m2 op.a 600 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 27988,80

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 **Nazwa:** Testy dezynfekcji termicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Wszystkie testy - Substancja wskaźnikowa całkowicie nietoksyczna , nie zawierająca ołowiu i innych metali ciężkich 1 Testy dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze Testy dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze służące do wykazania czy dezynfekowany sprzęt poddany został działaniu mediów o temperaturze 93ºC przez 10 minut, zgodne z normą EN 867-1 klasa D i wg normy międzynarodowej ISO 11140-1 klasa 6 op. ā 100 szt. 2 Testy dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze Testy dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze służące do wykazania czy dezynfekowany sprzęt poddany został działaniu mediów o temperaturze 90ºC przez 5 minut, zgodne z normą EN 867-1 klasa D i wg normy międzynarodowej ISO 11140-1 klasa 6 op. ā 100 szt. 3 Testy skuteczności procesu mycia w myjni-dezynfektorze z klamrą/przyrządem stanowiącą utrudnienie procesu Testy skuteczności procesu mycia maszynowego op. ā 100 szt. 4 Testy do badania czystości powierzchni - kontrola zanieczyszczeń białkowych, - szybki odczyt wyniku, bez konieczności inkubowania testu, op. a 25 szt. 5 Zestaw do wykrywania pozostałości białek Zestaw testowy do wykrywania pozostałości białek na narzędziach po procesie mycia w myjni-dezynfektorze zgodny z EN/PN 15883-1:2002 Komplet 6 Preparat do usuwania cementu, kleju Preparat na bazie olejku pomarańczowego do usuwania cementu , kleju z powierzchni narzędzi op. ā 0,5l

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 18309,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 **Nazwa:** Modułowe kosze sterylizacyjne, tace narzędziowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Modułowe kosze sterylizacyjne kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego koszami Modułowy kosz sterylizacyjny, wykonany z elektropolerowanej stali nierdzewnej o wymiarach 585x395x195, nr kat. 4693041-01, który można układać jeden w drugi, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego koszami o wymiarach 585x395x195 i 585x395x100 2 Modułowe kosze sterylizacyjne kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego koszami Modułowy kosz sterylizacyjny, wykonany z elektropolerowanej stali nierdzewnej o wymiarach 585x395x100 nr kat. 4697211-001, który można układać jeden w drugi, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego koszami o wymiarach 585x395x195 i 585x395x100 3 Tace dezynfekcyjne Tace dezynfekcyjne SPRI ze stali nierdzewnej do Myjni Decomat 4656 będącej na posiadaniu Zamawiającego o wymiarach 250 x 340 x 70 mm 4 Tace dezynfekcyjne Tace dezynfekcyjne SPRI ze stali nierdzewnej do Myjni Decomat 4656 będącej na posiadaniu Zamawiającego o wymiarach 250 x170x 70 mm 5 Tace dezynfekcyjne Tace dezynfekcyjne SPRI ze stali nierdzewnej do Myjni Decomat 4656 będącej na posiadaniu Zamawiającego o wymiarach 450x 340x 70mm 6 Tace sterylizacyjne Tace DIN z perforowaną ścianą boczną - z elektropolerowanje stali nierdzewnej - o wymiarach 450x250x50 mm 7 Tace sterylizacyjne Tace DIN z perforowaną ścianą boczną - z elektropolerowanje stali nierdzewnej - o wymiarach 450x250x70 mm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1, 33190000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 5929,59

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 **Nazwa:** Wanienki dezynfekcyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Wanienka dezynfekcyjna z pokrywą o pojemności 4,5 l Wanienka dezynfekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego ,z pokrywą, z sitem, z prasą, zamykana szczelnie zatrzaskami, z możliwością przenoszenia, z możliwością dezynfekcji w myjni- dezynfektorze lub sterylizacji w temperaturze 134ºC. Wymiary: 305mmx153mmx100mm. Tolerancja w pojemności: +0,5 l komplet 3 Wanienka dezynfekcyjna z pokrywą O pojemności 7,5 l Wanienka dezynfekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego , z pokrywą, z sitem, z prasą, zamykane szczelnie zatrzaskami, z możlwiością przenoszenia, z możliwością dezynfekcji w myjni-dezynfektorze lub sterylizacji w temperaturze 134ºC. Wymiary: 350mm x 180mm x 125mm Tolerancja w pojemności: +0,5 l komplet

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1578,86

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 **Nazwa:** Pojemniki do transportu materiału skażonego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Czerwone pojemniki do transportu materiału skażonego, bez ostrych krawędzi, z jednolitą powierzchnią, spełniające międzynarodowe standardy higieny i ochrony środowiska, z możliwością dezynfekcji w myjni-dezynfektorze lub/i z możliwością sterylizacji parowej, z pokrywą, z uszczelką w pokrywie odporną na temperaturę dezynfekcji lub/i sterylizacji, zakres tolerancji wymiarów + 50-200 mm, z kluczem do otwierania 1 Pojemniki do transportu materiału skażonego O wymiarach minimum287x162x153 mm 2 Pojemniki do transportu materiału skażonego O wymiarach minimum 287x232x200 mm 3 Pojemniki do transportu materiału skażonego O wymiarach minimum 600x400x329 mm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4539,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 **Nazwa:** Rękawice ochronne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Rękawice do ochrony rąk przy wyciąganiu koszy ze sterylizatora i myjni-dezynfektora rozmiar 9 Piktogram na co najmniej jednej rękawicy z pary, chroni do temperatury 200ºC, długość rękawicy 33 cm, z możliwością prania, kategoria 3 - wysokie ryzyko, spełniające normę BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (2241) odporność mechaniczna, EN-407 (X,2,X,X,X,X) na wysoką temperaturę, para 1 Rękawice do ochrony rąk przy wyciąganiu koszy ze sterylizatora i myjni-dezynfektora rozmiar 10 Piktogram na co najmniej jednej rękawicy z pary, chroni do temperatury 200ºC, długość rękawicy 33 cm, z możliwością prania, kategoria 3 - wysokie ryzyko, spełniające normę BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (2241) odporność mechaniczna, EN-407

(X,2,X,X,X,X) na wysoką temperaturę, para

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 403,92

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 **Nazwa:** Stojaki modułowe, ramki foliowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Stojaki modułowe na listy tacowe Stojaki modułowe z tworzywa sztucznego na 10 ramek foliowych formatu A4 z możliwością rozbudowy z przeznaczeniem na listy tacowe 2 Ramki foliowe formatu A4 do uzupełnienia modułu stojaka Uzupełnienie w formacie A4 do stojaka modułowego z tworzywa sztucznego z możliwością rozbudowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1468,80

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 **Nazwa:** Metkownica trzyrzędowa i wkłady

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Metkownica trzyrzędowa a) z przeznaczeniem na metki trzyrzędowe bez wskaźnika procesu, b) alfanumeryczna, c) do znakowania w trzech szeregach: z możliwością znakowania daty sterylizacji, daty ważności, numerów identyfikujących: cykl, urządzenie, operatora, z możliwością zakupu metek indywidualnie przez Zamawiającego 2 Wkłady samotuszujące do metkownicy d) kompatybilne z metkownica trzyrzędową

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1562,64

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin płatności	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: