

Ogłoszenie nr 510248600-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego - Łóżko porodowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 610723-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540230944-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.

Adres strony internetowej (url): www.zozsiemianowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego - Łóżko porodowe.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SZM/DN/DZ/341/31/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – łóżka porodowego o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w technologii antybakteryjnej - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019. Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. Długość łóżka: 2100 mm +/- 5% Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): 1000 mm +/- 5% Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (+/-60 mm). Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców Elektryczna regulacja kąta uniesienia

segmentu siedzenia: 300 (+ 100). Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 0-150 +/-50 Łóżko wyposażone w system sterowania regulacji wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia siedziska zawierający co najmniej jedno pilot Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: -regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - regulacja kąta nachylenia segmentu nożnego Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia. Oparcie pleców z mechanizmem odciażającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania. Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. Rama łóżka zaopatrzona w barierki boczne, możliwe do demontażu. Rama łóżka zaopatrzona w krążki odbojowe lub podstawę spełniającą funkcje odbojowe. Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem technologii antybakteryjnej powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Segment oparcia pleców zapewniający przezierność dla promieni RTG Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg +/- 5 kg Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) - oparcia pod stopy (komplet)- uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcz boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża - wieszak kroplówki - uchwyt do podtrzymywania się pacjentki - podgłówek tapicerowany z regulacją wysokości Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru, tworzywa i materiału pokrowca oraz niepalność materiału pokrowca (dołączyć do oferty) Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Konkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15A

Kod pocztowy: 86-200

Miejscowość: Chełmno

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39999.96

Oferta z najniższą ceną/kosztom 39999.96

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 39999.96

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.