SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 02.12.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/35/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego – centrala monitorująca i monitory kardiologiczne dla Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o."

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 dot. I.1.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z kolorowy monitor min. 15 cali (min. 1280x1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający tak opisał wymóg. Wielkość monitora jest punktowana.

Pytanie nr 2 dot. I.2.
Czy Zamawiający dopuści centralę z zasilaniem sieciowym oraz akumulatorowymi z zasilacza awaryjnego UPS pozwalającego 2 godziny pracy?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 3 dot. I.7.
Czy Zamawiający dopuści centralę z archiwizacją wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z 240 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z 240 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów 1 minuta w całym okresie 240 godz.?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. II.6.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z trendami z 120 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością 1 minuta w całym okresie 120 h, z możliwością przeglądu 4 godzin z rozdzielczością 5 s?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. II.11.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora do 48 godzin fal dynamicznych, z możliwością zapamiętywania 240 godzin w centrali?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 6 dot. II.14.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory w wbudowanym złączem USB do przenoszenia danych z 48 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive, karta SD i inne) i następnie do PC użytkownika, przy jednoczesnej możliwości zapamiętywania 240 godzin danych w centrali oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) oraz wykorzystywane do aktualizacji oprogramowanie?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 7 dot. II.16.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o masie z wbudowanym ekranem, wymaganymi wbudowanymi, modułami w tym z modułem transportowym i akumulatorem poniżej 10 kg?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu. Zmienia zakres wagowy kardiomonitorów od 7,5kg do 11kg.

Pytanie nr 8 - Centrala monitorująca - I. 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z zasilaniem sieciowym oraz z zewnętrznego UPSa pozwalającego na min. 2 godziny pracy?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 9 - Centrala monitorująca - I. 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z komunikacją w języku polskim poprzez klawiaturę i myszkę komputerową?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 10 - Kardiomonitory - II. 5, 16.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o wadze nie większej niż 11 kg, z wagą dostosowaną do systemu mocowania?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu. Zmienia zakres wagowy kardiomonitorów od 7,5kg do 11kg.

Pytanie nr 11 - Kardiomonitory - II. 6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund? Ponadto pragniemy zauważyć, że przegląd wielogodzinnych trendów na ekranie kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej. Oferowane przez nas stanowisko centralnego monitorowania posiada pamięć wszystkich trendów z ostatnich minimum 500 godzin.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 - Kardiomonitory - II. 9.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zapisem 200 zdarzeń alarmowych? Ponadto pragniemy zauważyć, że przegląd kilkuset zdarzeń alarmowych na ekranie kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej. Oferowane przez nas stanowisko centralnego monitorowania posiada pamięć minimum 1000 zdarzeń alarmowych.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza jednocześnie zmienia zapis w tym punkcie od 200 do 240 zdarzeń alarmowych.

Pytanie nr 13 - Kardiomonitory - II. 11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zapisem jednej krzywej dynamicznej z ostatnich 48 godzin, dwóch krzywych z 24 godzin lub trzech krzywych z 16 godzin? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd wielogodzinnych krzywych na ekranie kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej. Oferowane przez nas stanowisko centralnego monitorowania posiada pamięć wszystkich krzywych dynamicznych z ostatnich minimum 500 godzin.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 14 - Kardiomonitory - II. 14.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z wbudowanym złączem USB do przenoszenia wszystkich danych zapisanych w pamięci monitora (wartości cyfrowych i krzywych dynamicznych) na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowym złączem USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych oraz aktualizacji oprogramowania?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 15 - Kardiomonitory - II. 15.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości podłączenia czytnika kodów paskowych?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16 - Kardiomonitory - II. 17.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, o jaki podział ekranu chodzi?
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z zapisami SIWZ – Podział ekranu na min. 4/6 – minimum 4.

Pytanie nr 17 - Kardiomonitory - II. 19.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości współpracy z hemodynamiką zewnętrzną?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 23.

Pytanie nr 18 - Kardiomonitory - II. 20.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiomonitora transportowego kompatybilnego z dostarczonymi kardiomonitorami – tzw. modułu transportowego z możliwością wpięcia do każdego z dostarczonych kardiomonitorów, czy też niezależnego urządzenia – kardiomonitora wykorzystywanego podczas transportu pacjenta?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Jeżeli Oferent będzie oferował monitor o budowie kompaktowej należy zaoferować monitor o parametrach wskazanych w SIWZ – (NIBP, SPO2, EKG). Jeżeli Oferent będzie oferował monitory modułowe wtedy należy zaoferować moduł transportowy z możliwością wpięcia do każdego monitora.

Pytanie nr 19 - Kardiomonitory - II. 23.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, o jaki komputer lub laptop oraz drukarkę chodzi, tj. do jakich celów Zamawiający zamierza wykorzystywać w/w sprzęt? Taka wiedza pozwoli nam na przygotowanie odpowiedniej oferty, zgodnej z potrzebami Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Należy zaoferować standardowy komputer lub laptop z przekątną minimum 17 cali. Zamawiający wykreśla drukarkę. Zapis przyjmuje brzmienie – Peryferia - standardowy komputer lub laptop z minimum 17 calowym ekranem, w którym zainstalowano oprogramowanie do przeglądania i archiwizacji danych przeniesionych z kardiomonitorów.

Pytanie nr 20 - Ad. pkt. I.10 tabelki z parametrami do centrali monitorującej
Czy Zamawiający dopuści komunikację interaktywną w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor – po sieci przewodowej zamiast WIFI ?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - Ad. pkt. I.11 tabelki z parametrami do centrali monitorującej
Czy Zamawiający dopuści siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 do połączenia przewodowego lub WIFI?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - Ad. pkt. II.4 tabelki z parametrami do 4 monitorów
Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu 15 cali i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - Ad. pkt. II.18 tabelki z parametrami do 4 monitorów
Czy Zamawiający dopuści następujący opis w tym punkcie:
PICCO lub monitorowanie hemodynamiczne zgodnie ze skalą TISS – 28 pkt: 3e lub 3h lub 3i lub 3 j (LiDCO). Pomiar realizowany za pomocą wbudowanego modułu lub urządzenia zewnętrznego – 1 moduł lub urządzenie na 4 kardiomonitory?
ODPOWIEDŹ.
Jeżeli Oferent będzie oferował dostawę kardiomonitorów modułowych należy zaoferować moduł do minimum jednego kardiomonitora.
Jeżeli Oferent będzie oferował kardiomonitory kompaktowe należy zaoferować wbudowany moduł w jednym kardiomonitorze lub urządzenie zewnętrzne do pomiarów hemodynamicznych PICCO lub LIDCO z możliwością połączenia z kardiomonitorem w celu obserwacji fali inwazyjnego ciśnienia na ekranie kardiomonitora.

Pytanie nr 24 - Ad. pkt. II.20 tabelki z parametrami do 4 monitorów
Czy Zamawiający dopuści następujący opis w tym punkcie:
Dodatkowy monitor transportowy – 1 sztuka (NIBP, SPO2, EKG) o wadze nie przekraczającej 2 kg, z zasilaniem bateryjnym na min. 5 h pracy i z możliwością podłączenia do sieci 230 VAC przez zewnętrzny zasilacz, wyposażony we wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5 cali i w uchwyt na ramę łóżka i pracujący niezależnie od systemu 4 kardiomonitorów i centrali?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Jeżeli Oferent będzie oferował monitor o budowie kompaktowej o parametrach opisanych w pytaniu. Jeżeli Oferent będzie oferował monitory modułowe wtedy należy zaoferować moduł transportowy z możliwością wpięcia do każdego monitora.

Pytanie nr 25 - Ad. pkt. II.23 tabelki z parametrami do 4 monitorów
Czy Zamawiający będzie rzeczywiście wymagał urządzeń opisanych w tym punkcie, ponieważ drukarka jest już wymagana zgodnie z opisem w punkcie I.12, a centrala opisana w punkcie I spełnia w pewnym zakresie także rolę komputera (archiwizacja danych, przeglądanie i wydruk).
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 19 - Tak. Należy zaoferować standardowy komputer lub laptop z przekątną minimum 17 cali. Zamawiający wykreśla drukarkę. Zapis przyjmuje brzmienie – Peryferia - standardowy komputer lub laptop z minimum 17 calowym ekranem, w którym zainstalowano oprogramowanie do przeglądania i archiwizacji danych przeniesionych z kardiomonitorów.

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w zapisie SIWZ w Pkt 13 - Opis sposobu obliczenia ceny – pkt 5.
„W związku z faktem, iż dostawa w części obejmującej zakup urządzeń jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programy Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARC na lata 2017-2020 w zakresie zadania wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w koszcie dostawy należy wyraźnie rozdzielić koszty zakupu urządzenia oraz pozostałe koszty dostawy tj. transport, załadunek, ubezpieczenia, zainstalowanie, serwisowanie zakupionego sprzętu oraz szkolenia w zakresie obsługi, koszty zakupu muszą być w formularzu cenowym skalkulowane oddzielnie. „

Powyższy zapis zostaje wykreślony.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.12.2019 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 05.12.2019 r. godz. 10:00.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksandra Skowronek