SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 13.02.2018 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/06/2018

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw zastawów do zabiegów operacyjnych, masek i czepkow operacyjnych, spodenek do kolonoskopii.

WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 Serwety chirurgicznej do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 200x320cm, posiadającej samouszczelniający otwór o średnicy 6x8cm, otoczony warstwą chłonną. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z zaworem oraz zintegrowane organizatory typu rzep.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 1, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 Osłony na kończynę 30x60cm, zamiast osłony na kończynę 33x55cm.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 1, poz. 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ręczników wysokochłonnych o wymiarach 30x35cm, zamiast ręczników wysokochłonnych 30x34cm.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 1, poz. 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Osłony na stolik Mayo 80x140cm.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 1, poz. 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 o obłożeń wykonanych z laminatu dwuwarstwowego, wzmocnionego, spełniającego wymagania Zamawiającego co do gramatury, natomiast o odporności na wypychanie na mokro, obszar krytyczny min. 123 kPa, oraz wypychanie na sucho, obszar krytyczny min. 160 kPa.
ODPOWIEDŹ.
Parametr oceniany – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 1, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 2 Samoprzylepnej serwety operacyjnej 170x200cm, zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej 175x180cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 1, poz. 3 i 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 3, 7 Osłony ortopedycznej na kończynę 35x120cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Pakiecie 1 Pozycji 3 jakie wycięcie oczekuje Zamawiający w serwecie operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej (ekran anestezjologiczny) 150x240cm.

ODPOWIEDŹ

Zapis w opisie punktu 3:

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150cm x 240cm lub 225cm x 270cm z wycięciem

Winno być:

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150cm x 240cm **lub** 225cm x 270cm **z wycięciem (45cm x 65cm) +/-5cm.**

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 3 Serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej (ekran anestezjologiczny) o wymiarze 150x240cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 3 Serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej 200x260 z wycięciem „U" 8x80cm, zamiast serwety operacyjnej samoprzylepnej 220x260cm z wycięciem „U" 6x90cm.

ODPOWIEDŹ

Zapis w opisie punktu 3:

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm lub 225cm x 280cm lub 10cm x 100cm

Winno być;

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 200 - 220cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm **lub** 225cm x 280cm **z wycięciem "U" 10cm x 100cm**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 1, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 4 Serwety operacyjnej wzmocnionej na dłoń/stopę 200x320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm .

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Pakiet nr 1, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 5 Osłony ortopedycznej na kończynę 35x120cm lub 30x60cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 35x120cm.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Jest

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 116cm lub 33 cm x 55 cm

Winno być:

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33-35cm x 116-120cm ~~lub 33 cm x 55 cm~~

Pytanie nr 13 - Pakiet nr 1, poz. 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 5 Serwety na kończynę 200x320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6x8cm.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 1, poz. 6
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 6 Serwety ginekologicznej 240x150/184cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 8,5x13cm, oraz workiem do przechwytywania płynów.
ODPOWIEDŹ
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ wymagana długość 260-280cm.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 1, poz. 7 i 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 7, 8 opatrunku pooperacyjnego o wymiarach 9x30cm.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 1, poz. 7 i 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 7, 8 fartucha wykonanego z włókniny SMS wzmocnionego XL o długości 140cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
ODPOWIEDŹ
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 1, poz. 7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 7 Butli Redona 200ml z drenem o długości 125cm.
ODPOWIEDŹ
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 18 - Pakiet nr 1, poz. 7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 7 Serwety na kończynę 200x320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6x8cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - Pakiet nr 1, poz. 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 8 Samoprzylepnej serwety operacyjnej wzmocnionej 170x200cm, zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej wzmocnionej 175x180cm.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Pakiet nr 1, poz. 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 8 Serwety samoprzylepnej operacyjnej wzmocnionej 170x200cm.
ODPOWIEDŹ
Pytanie powtórzone. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 1, poz. 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 8 Serwety samoprzylepnej operacyjnej wzmocnionej 150x240cm.
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ.

W Załącznikach nr 1 do SIWZ ulegają zmianie następujące zapisy:

Zapis w opisie punktu 3 - akapit:

„1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150cm x 240cm lub 225cm x 270cm z wycięciem

Winno być:

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150cm x 240cm **lub** 225cm x 270cm **z wycięciem (45cm x 65cm) +/-5cm.**

Zapis w opisie punktu 3 - akapit:

„1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm lub 225cm x 280cm lub 10cm x 100cm"

Winno być;

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm **lub** 225cm x 280cm **z wycięciem "U" 10cm x 100cm**

Zapis w opisie punktu 5 - akapit:

„1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 116cm lub 33cm x 55cm"

Winno być:

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33-35cm x 116-120cm ~~**lub 33 cm x 55 cm**~~

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ w załączeniu do pisma.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 20.02.2018 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 20.02.2018 r. godz. 10:00.

Z poważaniem