

**SZPITAL MIEJSKI  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 21.11.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/26/2019

**Wszyscy Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku – II.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powołaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 53

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 21G o długości ostrza 4mm/6mm lub 25G o długości ostrza 5mm i długości roboczej 2300mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 59

Czy Zamawiający dopuści pętle monofilamentowe w rozmiarach: 10/15/30mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 68

Czy Zamawiający dopuści pętle obrotowe w rozmiarach 15,25,32mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 73

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5 – Umowa

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 4 lit. d projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6 – Umowa

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości **brutto** dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy wykonanej z opóźnieniem,**
- b) za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 d) - w wysokości 0,5% wartości **brutto** przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy,**

NIP 6431764082 REGON 000308270

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS Nr 0000490160,  
Kapitał zakładowy 26 548 000,00 zł,

- c) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,2% wartości **niewykonanej lub nienależycie wykonanej** umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każde uchybienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy**,
- d) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

**ODPOWIEDŹ.**

Zapisy w ppkt a, b, c – zgodnie z zapisami SIWZ.

Zapis w ppkt d - Tak. Zamawiający zmienia zapisy w § 4, ust. 2 pkt d wzoru umowy. Zapis przyjmuje następujące brzmienie:

„w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto”.

Pytanie nr 7 – Umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 27, poz. 2– Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna

Prosimy o odstąpienie wymogu nr LOT na każdym ostrzu

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 34 - Pulsoksymetr napalcowy

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Display – typu OLED

SpO2 35-100%

BPM 30-250

Zasilanie:

Baterie – AAA alkaline , 1,5V

Waga : ok. 50 g

Temperatura pracy: 10°C do 40°C

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 97 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3

Poz 1-3

Czy chodzi o elektrody jednorazowego użytku przeznaczone do współpracy z rękojeściami z poz. 5?

Poz. 5

Czy chodzi o rękojeści wielorazowego użytku (200 cykli sterylizacji) z funkcją odsysania?

Czy chodzi o rękojeści bez przycisków do aktywacji nożnej czy z przyciskami do obsługi ręcznej?

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający doprecyzowuje opis w następujący sposób:

Ad.1 – Poz. 1 -3 – elektrody jednorazowe

Ad.2 – Poz. 5 – Rękojeść wielorazowego użytku (200 cykli sterylizacji) z funkcją odsysania i z przyciskami do obsługi ręcznej.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 7

Prosimy o dopuszczenie czujników w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań po 20 sztuk. Należy przeliczyć ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 60x45cm i całkowitej 70x45cm zarejestrowanej jako wyrób medyczny klasy IIa. Reszta zgodnie z siwz.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

---

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 9, poz. 1

Czy z uwagi na fakt, że ze względu na wytyczne Farmakopei Polskiej dotyczącej przechowywania poszczególnych grup leków Zamawiający musi posiadać pomieszczenia magazynowe zapewniające przechowywanie produktów leczniczych w temperaturze co najwyżej pokojowej oraz ze względu na fakt, że przetrzymywanie pacjentów w temperaturach wyższych niż 30°C stanowiłoby zagrożenie ich zdrowia i życia, będąc niezgodnym z przepisami BHP, Zamawiający dopuści paski testowe o temperaturze przechowywania 4-30°C lub 2-32°C?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o temperaturze przechowywania 4-30°C.

Pytanie nr 14 – Pakiet nr 9, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, który w odróżnieniu od GOD nie reaguje z tlenem i w związku z tym wyniki pomiarów dokonywane za pomocą pasków testowych zawierających enzym GDH-FAD nie są podatne na zafałszowania będące efektem wahań stężenia tlenu cząsteczkowego we krwi. Z tej przyczyny flagowe produkty wiodących międzynarodowych firm produkujących paski testowe do glukometrów zawierają enzym dehydrogenaza glukozy, nie oksydazę glukozową.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD.

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 9, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie **w jakim celu Zamawiający ogranicza takie parametry oferowanych pasków testowych, jak możliwy zakres korekty hematokrytu i zakres pomiarowy**, działając tym samym wbrew interesowi swoich pacjentów. Zakres korekty hematokrytu tak wąski jak wymieniony w SIWZ (30-55%) naraża na uzyskanie nieprawidłowych wyników pomiaru m. in. u niemowląt, i osób z niedokrwistością – w w/w grupach wartości HCT mogą być niższe niż 30%; z kolei u osób z nadkrwistością – wyższe niż 55%. Jeśli jedyną przyczyną stawiania takich ograniczających wymogów ma być promowanie przestarzałych pasków testowych wyspecyfikowanych w SIWZ, wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z szerszymi zakresami HCT niż podano w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o szerszymi zakresami HCT.

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 9, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych współdziałających z jednym rodzajem glukometru, gdyż celem organizowania jakiegokolwiek przetargu nie jest kolekcjonowanie sprzętu medycznego (włączając w to glukometry) przez instytucję zamawiającą.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych współdziałających z jednym rodzajem glukometru.

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe **zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych** – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona. Prosimy o rozsądną odpowiedź, gdyż ani paski wymienione w SIWZ, ani też znakomita większość innych pasków obecnych w obrocie nie zawiera w swoich instrukcjach takich rozbieżnych informacji.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 84

Ze względu na to, że każdy z wymienionych aparatów (Primus i Fabius) wymaga innego czujnika tlenu, prosimy o wskazanie ilości każdego z nich lub dopuszczenie wykazania w formularzu cenowym dwóch nr katalogowych, z informacją o możliwości wyboru przez Zamawiającego określonego czujnika, w ramach wskazanych ilości.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza wykazania w formularzu cenowym dwóch nr katalogowych, z informacją o możliwości wyboru przez Zamawiającego określonego czujnika, w ramach wskazanych ilości.

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 85

Informujemy, że pułapki wodne do modułu SCIO są jednorazowego użytku. Zgodnie z zaleceniem producenta pułapki powinny być wymieniane co 28 dni, natomiast nie można ich poddawać procesom dekontaminacji, tak jak produkty wielorazowego użytku. W związku z powyższym prosimy o formalną zmianę zapisu w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający popełnił błąd pisarski, winno być jednorazowe.

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 34

**Dotyczy Pakietu nr 34**

Czy w związku z najczęściej występującymi problemami - pacjent w ruchu, przy niskiej perfuzji, z obrzękiem kończyn czy zimnymi kończynami, Zamawiający wymaga aby pomiar saturacji był wykonywany w technologii eliminacji artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej – MASIMO SET?

Prosimy jednocześnie Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru bezprzewodowego, o następujących parametrach technicznych:

<b>Parametry techniczne Pulsoksymetru Masimo, typ Mighty Sat RX, napalcowy</b>
Pulsoksymetr napalcowy
Wyposażony w technologię Masimo SET, pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji
Technologia pozwalająca na eliminację artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żyłnej
Aparat prezentuje dane: saturację Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, wykres krzywej pletyzmograficznej
Indeks perfuzji prezentowany w formie numerycznej
Kolorowy wyświetlacz
Kolorowy dotykowy wyświetlacz
Możliwość obracania ekranu i regulacji kolorów
Wyświetlanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym
Czujnik z miękkim wyscianałem zintegrowany z obudową
Dla dorosłych i dzieci o wadze od 30 kg
Waga z bateriami 73 g
Wymiary 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm
Zasilany bateriami typu AAA 2 szt.
Zakres pomiaru saturacji 0-100%
Zakres pomiaru pulsu 25-240 bpm
Indeks Perfuzji (PI) 0.02-20%
Zakres dokładności saturacji 70-100%:

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 21 – Umowa

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy**

Wnosimy o wykreślenie §4 ust. 2 c). z projektu umowy.

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 22 – Umowa

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 2 a i b do 0,2%?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 23 – Umowa

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy**

*osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności."*

**ODPOWIEDŹ.**

---

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 24 – Umowa

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej naliczanej na podstawie §4 ust. d) od wartości umowy pozostałej do realizacji.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający zmienia zapisy w § 4, ust. 2 pkt d wzoru umowy. Zapis przyjmuje następujące brzmienie: „w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto”.

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 50, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie **50 w pozycji nr 2** rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka zakażeń w opakowaniach a'25 par (50 sztuk) z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań a'25 par (50 szt.). Należy przeliczyć ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert.

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 50, poz. 1 i 2

Zamawiający w pakiecie nr **50 w pozycjach nr 1 oraz 2** wymaga rękawic zgodnych z normami EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zgodności z normą EN 388.

Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z EN ISO 374-1 oraz EN 16523 -1 Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak.

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 50, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 50 w pozycjach **nr 1 oraz 2** rękawic o poziomie AQL = 1,0. Niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika. Poziom szczelności AQL oznacza poziom nieobecności dziur. Im niższy poziom AQL tym mniejsza ilość wad w przebadanej serii.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Jeżeli oferowany jest produkt o lepszym parametrach Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 28 – Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do pomp a podwójną skalą pomiarową.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez obwiedzenia otoczenia kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 35, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp bursztynowego o średnicy wewnętrznej 1,2 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – Pakiet nr 35, poz. 2

**Pakiet 35 poz.2**

Czy Zamawiający wymaga aby przedłużacz nie zawierał ftalanów i było to oznaczone na opakowaniu jednostkowym?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Wymagany.

Pytanie nr 32 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd był wyposażony z skrzydełka ułatwiające wbicie?

---

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 33 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga loga producenta na zaciskaczu?

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 34 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd był wolny od ftalanów?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Został opisany w SIWZ.

Pytanie nr 35 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd był w opakowaniu typu blister?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Został opisany w SIWZ.

Pytanie nr 36 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd z zaciskaczem rolkowym ze specjalnym miejscem w konstrukcji zaciskacza do zabezpieczenia igły biorcze po użyciu.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 37 – Pakiet nr 35, poz. 3

**Pakiet 35 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd z zaciskaczem rolkowym z miejscem na podwieszenie drenu.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 38 – Pakiet nr 35, poz. 4a-4c

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego paska klejącego pozwalającego na zamknięcie worka?

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 39 – Pakiet nr 35, poz. 4a-4c

Czy Zamawiający wymaga wycięcia na szczycie umożliwiającego zawieszenia butelki?

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu.

Pytanie nr 40 – Pakiet nr 45, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zamawiający nie wydziela.

Pytanie nr 41 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule zawierające dwa paski radio cieniujące widoczne zarówno w RTG jak i USG?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 42 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,9x25 mm o przepływie 36ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 43 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,1x32 mm o przepływie 65ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**



---

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 44 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x32 mm o przepływie 95 ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x45 mm o przepływie 100ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 46 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,5x45 mm o przepływie 142ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 47 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,7x45 mm o przepływie 200ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 48 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 2,1x45 mm o przepływie 305ml/min?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 49 – Pakiet nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula była wyposażona w filtr hydrofobowy?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 50 – Pakiet nr 45, poz. 1


Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik był wykonany z FEP

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.12.2019 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 10.12.2019 r. godz. 11:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wniesienia wadium i ważności wadium.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Jan Broń