Załącznik Nr 1A do SIWZ

PARAMNETRY OCENIANE

Lp.	Produkty - Parametry oceniane	Parametry oferowane
1	**ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII**	Podać parametr
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 120 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 110 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 125 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać wartość 320** **Podać wartość 220** **Podać wartość 170**
2	**Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów)**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 180 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 190 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać jaka: trójwarstwowy lamilat** **Podać wartość 350** **Podać wartość 240** **Podać wartość 900**
3	**Zestaw do chirurgii stawu biodrowego**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 100 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 190kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (150 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać jaka: trójwarstwowy lamilat** **Podać wartość 330** **Podać wartość 385** **Podać wartość 840**
4	**Zestaw do zabiegów dłoni/stopy**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 100 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 190 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (150 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać jaka: trójwarstwowy lamilat** **Podać wartość 330** **Podać wartość 385** **Podać wartość 840**
5	**Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 50 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 70 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 100 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać wartość 250** **Podać wartość 300** **Podać wartość 200**
6	**Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 100 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 1900 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 150 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać wartość 250** **Podać wartość 340** **Podać wartość 200**

26 LUT. 2020

7	**Zestaw do zabiegów laparoskopowych**	
	Parametry oceniane dla obszaru krytycznego **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 45 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 50 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 100 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać wartość 280** **Podać wartość 330** **Podać wartość 200**
8	**Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia**	
	Wymagania oceniane w strefie krytycznej Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru*** Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 55 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 70 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 100 cm H20 do 260 cm H2O i większy)	 **Podać jaka: trójwarstwowy lamilat** **Podać wartość 250** **Podać wartość 300** **Podać wartość 220**

* - **Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru – za każdy oceniany parametr maksymalnie 5 pkt.**

26 LUT. 2020