Ogłoszenie nr 510065350-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego – Kardiomonitor przenośny dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525819-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540056257-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.
Adres strony internetowej (url): www.zozsiemianowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego – Kardiomonitor przenośny dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
SZM/DN/DZ/341/09/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – Kardiomonitor o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności

ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów. Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 2000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: • EKG • HR • Respiracja • Saturacja • Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) Pomiar EKG Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń. Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG . Zakres HR min. 15-350 min. Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń. Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Funkcja kaskady. Pomiar Respiracji Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej. Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund. Pomiar Saturacji(SpO2) Zakres pomiarowy saturacji 0-100%. Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm. Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI). Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski). Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm. Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. 720 minut. Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP. Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. Pomiar temperatury (TEMP) Zakres pomiarowy min.0-500C. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów Inne parametry Obsługa kardiomonitora przy pomocy ekranu dotykowego, pokrętła i przycisków funkcyjnych 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 3/5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych Instrukcja pisemna w języku polskim Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim Serwis techniczny gwarancyjny pogwarancyjny prowadzony przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu Sprzęt zastępczy w sytuacji naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych 7 dni / tydzień Czas reakcji serwisu – do 48 godzin od daty powiadomienia Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza . Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4100.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: WALMED Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Ptaków Leśnych 73

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Jastrzębie

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4968.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4968.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4968.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.