



**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 30.03.2020 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/09/2020

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego – kardiomonitor przenośny.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powołaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

dot. Punktu 1 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 6 kg? Waga oferowanego kardiomonitora nieznacznie odbiega od tej którą wymaga zamawiający. Jest to bardzo niska waga biorąc pod uwagę, że kardiomonitor jest wyposażony w 15 calowy ekran. Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cięższego kardiomonitora nie będzie miało wpływu na użyteczność urządzenia.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami z dnia 27.03.2020 r.

Zmienia się zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ - Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż **3,5 kg +/- 10%** z akumulatorem.

Pytanie nr 2

dot. Punktu 5 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów wszystkich mierzonych parametrów odpowiednio 168 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz 2 godziny mini trendów z rozdzielczością 5 sekund?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy, iż Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **02.04.2020 r. do godz. 09:30** oraz termin otwarcia ofert na dzień **02.04.2020 r. godz. 10:00**.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Brzóz