Ogłoszenie nr 510075323-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego – Sterylizator parowy i sprężarka Dla Centralnej sterylizacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525838-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540056738-N-2020, 540060226-N-2020, 540063085-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.
Adres strony internetowej (url): http://www.zozsiemianowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego – Sterylizator parowy i sprężarka Dla Centralnej sterylizacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
SZM/DN/DZ/341/11/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – Sterylizator parowy – 2 sztuki i sprężarki o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019/2020 Sterylizator przelotowy - dwudrzwiowy; drzwi przesuwane automatycznie Sterylizator parowy wykonany zgodnie z normą PNEN 285 (konstrukcja oraz działanie) Konstrukcja powinna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 Walidacja Pojemność komory sterylizatora 6

jednostek wsadu STE- zgodne z normą EN/PN 285 Automatyczne sterowanie, opisy i komunikaty w języku polskim Zakres programowy temperatury od 110 °C - 134°C ±2°C Programy testowe- test szczelności i test Bowie- Dicka Stałe programy sterylizacji:121°C; 134°C, w tym program do sterylizacji kontenerów, implantów , program szybki oraz dodatkowa opcja tworzenia własnych programów Sterylizator zasilany parą z własnej wbudowanej wytwornicy pary Poziom wody i przewodność wody w wytwornicy pary kontrolowana niezależnie od przewodności wody zasilającej Rozbudowa stacji uzdatniania wody (Ecowater Systems) Podłączenie do stacji uzdatniania wody Z wbudowaną drukarką rejestrującą proces lub drukarką zewnętrzną Montaż sterylizatora wykonany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EEC Certyfikat zgodności z dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia na koszt dostawcy Dwa wózki wsadowe dwupółkowe wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji poziomów Wózek załadowcze do każdego sterylizatora Wózek rozładowczy do każdego sterylizatora Kosze do sterylizacji - 10 szt. SPRĘŻARKA – 1 SZTUKA Sprężarka z odwadniaczem i filtrem powietrza (jakość powietrza medycznego) zapewniająca nieprzerwaną pracę 2 sterylizatorów parowych, sterylizatora niskotemperaturowego oraz suszenie sprężonym powietrzem drobnego sprzętu medycznego w strefie brudnej Instrukcja w języku polskim Gwarancja minimum 36 miesięcy Serwis techniczny gwarancyjny pogwarancyjny prowadzony przez autoryzowany serwis. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od daty powiadomienia Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza . Serwis pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy sprzętu. Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem Szkolenie w zakresie obsługi sterylizatorów i sprężarki oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji Szkolenie potwierdzone Certyfikatem Oznakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33191100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 **NAZWA:** Dostawa sprzętu medycznego – Sterylizator parowy i sprężarka Dla Centralnej sterylizacji Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) zawiadamia się, że Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą przyszłe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotem

ogłoszonego postępowania przetargowego była dostawa sterylizatorów parowych i sprężarki, rozbudowa stacji uzdatniania wody (Ecowater Systems) oraz zamontowanie, instalacja i uruchomienie sterylizatorów (w tym wykonanie robót dostosowawczych posadowienia sterylizatorów). Zamawiający stwierdza, iż nie określił poprawnie zakresu robót dostosowawczych, które należałoby wykonać podczas montażu i instalacji sterylizatorów. Jednocześnie Zamawiający po przeprowadzeniu dodatkowych oględzin miejsca użytkowania (posadowienia) sterylizatorów stwierdził, iż pomieszczenia te wymagają znacznego nakładu prac remontowych w celu zapewnienia poprawnego działania nowych sterylizatorów. W tej sytuacji Wykonawcy na etapie postepowania nie dysponowali wystarczającymi informacjami pozwalającymi na złożenie oferty. Wady tej nie da się już usunąć w toku postępowania. Ponadto w toku badań złożonych ofert Zamawiający stwierdził rozbieżności w wycenie przedmiotu zamówienia poprzez zaoferowanie różnych stawek podatku VAT w Formularzu cenowym. Jednocześnie Zamawiający wezwał do wyjaśnienia treści złożonej oferty, które otrzymał w wyznaczonym terminie i uznał za prawidłowe. Zamawiający stwierdza, iż w wyniku niepełnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie koniecznych do wykonania prac dostosowawczych, nieprecyzyjnie określone zostały też pozycje w Formularzu cenowym, co skutkuje niemożliwością prawidłowej oceny złożonych ofert bez naruszania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Część wykonawców uznała roboty dostosowawcze za instalacyjne, część zaś za odrębne roboty budowlane. Obecnie ustalony zakres robót nie pozwala na zakwalifikowanie ich jako robót czysto instalacyjnych, co jednak nie było jasne na etapie składania ofert. Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności leżące po stronie Zamawiającego konieczne jest unieważnienie postępowania i ponowne jego rozpisanie już z przyjęciem prawidłowych zakresów robót

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.