SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9, tel. 32 228 – 30 – 30 fax. 32 228 – 14 – 98
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

Siemianowice Śląskie, dnia 28.04.2016

SZM/DN/DZ/341/14/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro na:

Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Kod CPV 33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne
33.17.21.00 – 7– Urządzenia do anestezji

Nazwa zamówienia publicznego:
Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
Strona www:zozsiemianowice.pl
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest
imię i nazwisko: Renata Zawiślak, Krzysztof Kot
Tel/Fax: 032/ 228 – 18 – 86

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO.
2. **W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania SZM/DN/DZ/341/14/2016**
3. **Wykonawcy**
   a) w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
   b) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
   c) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie.
   d) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV**
   33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne
   33.17.21.00 – 7– Urządzenia do anestezji
2. **Opis zamówienia**
   Aparat do znieczulenia – 1 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie aparatu do znieczulenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi oraz dostarczenie szczegółowych instrukcji w języku polskim. W ofercie należy podać nazwę i typ proponowanej aparatu do znieczulenia z podaniem parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia, kraj producenta, opis techniczny. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanej aparatury oraz warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
   Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
   1) Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679),
   2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74),
   3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1252;
   4) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w przypadku określonym w art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych – oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego wyrobu medycznego, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).
5. Oferowane wyroby medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016
6. Wymagane warunki gwarancji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia:
   1) Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli: gwarancji na dostarczoną aparaturę medyczną – **min. 36 miesięcy**; Niniejszy termin biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
   2) Serwis dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę.

3) Czas reakcji serwisu Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia o uszkodzeniu aparatu do znieczulenia wraz z przystąpieniem do usunięcia usterki – max do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie. Wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego.
4) Okres gwarancji aparatu do znieczulenia zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji.
5) Po 3 kolejnych naprawach gwarancyjnych lub wymianach podzespołu Wykonawca przy 4 usterce tego samego podzespołu zobowiązany jest wymienić podzespół lub jeżeli nie jest to możliwe, całe urządzenie na nowe, na nowy podzespół lub nowe urządzenie udzielona zostaje min. 24 miesięczna gwarancja;
6) W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni przez okres minimum 5 lat dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego/aparatury

7. **Opis części zamówienia**
Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.
8. **Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu realizacji umowy:**
1) dostarczenie kompletnego i zgodnego z opisem SIWZ sprzętu medycznego/aparatury Zamawiającemu,
2) protokolarne zainstalowanie i uruchomieniu go a następnie przekazanie do eksploatacji,
3) przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego oraz obsługującego w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego/aparatury,
4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełną specyfikację techniczną urządzenia informację zawierającą dane producenta, opis, kartę gwarancyjną oraz dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasady bezpiecznego użytkowania, wykaz materiałów zużywalnych, niezbędnych dla bieżącej eksploatacji.
6) Wykazy o których mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o wyrobach medycznych, jeżeli zachodzą wskazane w tym przepisie okoliczności.
7) Warunki płatności: **płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat.**
9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia:
do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia:
a) stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

1.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla Zamawiającego spełnieniem warunku będzie wykazanie należytego wykonania w w/w okresie co najmniej jednej dostawy w zakresie aparatu do znieczulenia o wartości brutto nie niższej niż **100 000,00 zł**, potwierdzonej stosownymi dowodami, że została ona wykonana należycie lub, że jest ona wykonywana należycie.
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być:

- poświadczenia np. referencje, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Jeżeli Wykonawca wykonywał wcześniej dostawy na rzecz Zamawiającego, które są ujęte w wykazie wykonanych dostaw nie ma obowiązku przedkładania ich dowodów wraz ze składaną ofertą.

1.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.2. – 1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie wymagane w pkt. 1.1. o spełnianiu warunków, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.6. Na potwierdzenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia n/wym. dokumentów:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarte w treści załącznika nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) listę podmiotów należących do tej samy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.- wzór oświadczenia - zał. nr 8.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 .b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

1.7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

- opisu oferowanych wyrobów medycznych, (zał. nr 1 -oferowane parametry techniczne)
- katalogi, prospekty oferowanej aparatury. Oferent zobowiązany jest do załączenia materiałów informacyjnych producenta z czytelnym oznaczeniem zaoferowanego wyposażenia w języku polskim, na podstawie których będzie można zweryfikować spełnienie przez oferowaną aparaturę parametrów technicznych zadeklarowanych przez Wykonawcę.
- deklaracja zgodności CE ,
- formularz Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w przypadku określonym w art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia

Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego wyrobu medycznego, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).

Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści SIWZ. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) /nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., i 1.6.), zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1.7, zostanie odrzucona.

VI. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU

1. **Oferta powinna zawierać:**
   1) Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
   2) Formularz cenowy, którego dotyczy oferta,– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
   3) Parametry techniczne oferowanej aparatury medycznego - wypełniona tabela zał. nr 1.
   4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
   5) Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
   6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. nr 6 do SIWZ.
   7) Lista podmiotów należących do tej samy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
   8) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - zał. nr 5 do SIWZ.
   9) Dokumenty wymagane w oparciu o wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).
   10) Opis oferowanego aparatu do znieczulenia, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne,
   11) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt.6 a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/ poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania,
   12) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.
   13) Warunki serwisu i gwarancji.
2. **Oferta wspólna**, składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:
   1) podmioty występujące wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
   2) spełniać warunki określone w pkt.V 1.1 – 1.5 przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów,
   3) każdy z warunków określonych w pkt. V od 1.2 do 1.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt. 1.6 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.2 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
   4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Zgodnie z art. 26 ust.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe

pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki należy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a pozostałe strony tego dokumentu wystarczy parafować), jeżeli w treści specyfikacji nie została zastrzeżona forma szczególna.
6. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: "za zgodność z oryginałem" (lub równoznaczny).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane" (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści SIWZ.
10. Dokumenty składające się na ofertę winne być sporządzone na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Numer postępowania- SZM/DN/DZ/341/14/2016"– nie otwierać przed dniem 9.05.16. godz. 10:00"

15. Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej opisany, a także jeżeli zostanie doręczona w inne miejsce niż wskazane w rozdz. XV, punkt 2, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie a także przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego".

VIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty".

IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Ocena nie odrzuconych ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów:
2. **Kryterium oceny ofert**
   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
   Cena (brutto) - 80%
   Cena będzie punktowana według wzoru matematycznego:

   $$Wc = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena badana}} \times 80 \text{ pkt.} = \text{ilość pkt. ocenianej oferty}$$

   Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 80 .
   Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. Proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.
   Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt
3. **GWARANCJA - 20%**
   Termin płatności będzie punktowany według wzoru matematycznego:

   $$Wt = \frac{\text{gwarancja badanej oferty}}{\text{najdłuższy okres gwarancji}} \times 20 \text{ pkt} = \text{ilość pkt. ocenianej oferty}$$

   Wykonawca musi zaoferować minimum 36 miesięcy gwarancji
   Najdłuższy proponowany okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.
   Każdy kolejny krótszy okres gwarancji otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego.
   Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji wynosi 20 pkt

   Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena brutto oferty, za realizację zamówienia wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, określonym w rozdz. X SIWZ.
   Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (z najniższą ceną) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy który uzyska najwyższą ilość punktów.

   Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane przez komisję przetargową do dwóch miejsc po przecinku a zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednocześnie uzyska najwyższą ilość punktów.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. **Cena ofertowa.** Cenę oferty przedmiotu zamówienia stanowi koszt: aparatu do znieczulenia, transportu, rozładunku, wnoszenia, montażu oraz szkolenia personelu. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.
   Winna być ona zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny / cen netto i podatku VAT zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na Warunkach podanych we wzorze umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
- ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku obniżenia ceny,
- terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili składania oferty, np.: ze względu na procedury niezależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami, przekroczenie czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, uzyskanie zgody drugiej strony oraz forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

XII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

Zamawiający będzie postępował w sposób wskazany w art. 38 ustawy PZP.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający przekaże treść pytania wraz z wyjaśnieniem jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści ich treść stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści jej treść na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ.
7. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacje o zmianach Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz taka informacje zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
9. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą **pisemnie.** Zamawiający dopuszcza również formę **faksu lub poczty elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia go niezwłocznie pismem.**
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję drogą faksową lub drogą elektroniczną należy kierować do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia nr tel./fax 32 228-18-86 adres poczty elektronicznej rzawislak@zozsiemianowice.pl, kkot@zozsiemianowice.pl . Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od godz. 7:30 do godz. 15 00.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej **niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

XIV. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury postępowania są:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Pani Renata Zawiślak tel. (032) 228 – 18 – 86
Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Pan Krzysztof Kot tel. (032) 228 – 18 – 86

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa **w dniu** 9.05.2016 **o godz. 09:30**
2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie wskazanym w pkt. 1 do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty doręczone w inne miejsce.
4. Oferty złożone (również za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty złożone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój A-116, w dniu 9.05.16 **o godz. 10:00.**

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach, jeżeli informacje te stanowiły istotny element oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERRY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WYMAGANIA W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającej w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XX pkt 2 i 3 SIWZ, jeżeli umowa ta nie została dołączona do oferty – dotyczy Wykonawców występujących wspólnie.
3. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 4 o ile ofertą najkorzystniejszą okaże się oferta złożona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane" (Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
2. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Stosowną uchwałę lub umowę spółki należy przedstawić przed podpisaniem umowy.
5. Protokół z postępowania jak i jego załączniki takie jak: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył. Załączniki do protokołu podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6. Na wniosek Wnioskodawcy Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6 poprzez wgląd w miejscu tj. w swojej siedzibie, prześle kopię poczta, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. O ile przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów Zamawiający udostępni te dokumenty w swojej siedzibie na zasadach określonych w pkt 8 i 9.
7. Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6.
8. Zasady udostępniania dokumentów:
   - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty o których mowa w pkt 6 po złożeniu pisemnego wniosku.
   - Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty w swojej siedzibie.
   - Zamawiający udostępni fotografowanie dokumentów własnym sprzętem Wnioskodawcy nieodpłatnie.

XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXII. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań zgodnie z art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198 a – 198 g.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
   - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
   - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
   - odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 V ustawy PZP.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie Internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 wnosi się:
   - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
   - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
   - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
17. **Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
   a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
   b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
   c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
   d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
   - ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
   - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje o których mowa w pkt 1 ppkt a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie prześle w inny sposób.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt 4, jeżeli:
   a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.
   b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2146 z póź. zm.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 29.04.2016. Kierownik Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

APARAT DO ZNIECZULENIA

Nazwa urządzenia /typ/ model.....
Producent.....
Kraj pochodzenia.....
Rok produkcji.....

APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 szt.

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Parametry techniczne		
1	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	podać	
2	Masa poniżej 140 kg.	TAK	
3	Zasilanie AC 230 V 50 Hz	TAK	
4	Blat do pisania	TAK	
5	Szuflada na drobne akcesoria	TAK	
6	Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N_2O	TAK	
7	Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda)	TAK	
8	Zasilanie gazowe (O_2, powietrze) z sieci centralnej podłączane do gniazd poboru DIN	TAK	
9	Awaryjne zasilanie gazowe z butli O_2	TAK	
10	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut	TAK	
11	Reduktor do butli O_2 i ze złączeniami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu	TAK	
12	Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny	TAK	
13	Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie	TAK	
	System dystrybucji gazów		
1	Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera	TAK / opis	
2	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów	TAK	
3	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25%	TAK/ opis	
4	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 300 ml/min lub niższy	TAK	
5	Zastawka nadciśnieniowa APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum	TAK	
	Układ oddechowy		
1	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności	TAK	
2	Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji	TAK	

3	Obejście tlenowe o dużej wydajności	TAK	
4	Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa	TAK	
5	Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L	TAK	
6	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną	TAK	
7	Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia	TAK	
8	Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny)	TAK	
9	System oddechowy wraz z czujnikiem przepływu dopuszczony do sterylizacji parowej	TAK	
	Tryby wentylacji		
1	Tryb ręczny	TAK	
2	Oddech spontaniczny	TAK	
3	Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta	TAK	
4	SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona	TAK	
5	Wentylacja kontrolowana objętością	TAK	
6	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem	TAK	
7	Możliwość rozbudowy o tryb PS (Pressure Support)	TAK	
8	Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow)	TAK	
9	Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode	TAK	
	Regulacje		
1	Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 (podać zakres)	TAK	
2	Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min(podać zakres)	TAK	
3	Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml(podać zakres)	TAK	
4	PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres)	TAK	
5	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres)	TAK	
6	Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu	TAK	
7	Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min	TAK	
8	Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych- opisać	TAK	
9	Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających)	TAK	
	Alarmy		
1	Niskiej objętości minutowej	TAK	
2	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK	
3	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK	
4	Alarm braku zasilania w gazy	TAK	
5	Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO_2	TAK	
6	Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych	TAK	

Pomiar i obrazowanie			
1	Stężenia tlenu w gazach oddechowych	TAK	
2	Pomiar objętości oddechu Vt	TAK	
3	Pomiar objętości minutowej MV	TAK	
4	Pomiar objętości minutowej MVspont	TAK	
5	Pomiar częstotliwości oddechowej f	TAK	
6	Ciśnienia szczytowego	TAK	
7	Ciśnienia średniego	TAK	
8	Ciśnienia Plateau	TAK	
9	Ciśnienia PEEP	TAK	
10	Częstości oddychania	TAK	
11	Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta	TAK	
12	Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O_2, etCO_2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania	TAK	
13	Mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla)	TAK	
14	Kapnografia i kapnometria	TAK	
15	Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka	TAK	
16	Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu	TAK	
17	Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta	TAK	
18	Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość	TAK	
19	Zapamiętywanie pętli oddechowej (referencyjnej)	TAK	
20	Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora	TAK	
Inne			
1	Komunikacja z aparatem w języku polskim	TAK	
2	Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł	TAK	
3	Wyposażenie aparatu: układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 25 szt; linie próbkujące do pomiaru gazów (min. 10 szt.); pułapka wodna (min. 12 szt.),; wapno z indykatorem (min. 2 szt. o poj. 5 L na 1 aparat), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O_2, N_2O i powietrza z wtykami typu DIN	TAK	
Monitor czynności życiowych - wymagania ogólne			
1	Monitor modułowy do każdego stanowiska. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji, bez zakłócania pracy monitora	TAK	
2	Menu, komunikaty, opisy w języku polskim	TAK	
3	Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła	TAK	
4	Konwekcyjne chłodzenie monitora	TAK	
Ekran			
1	Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4”	TAK	
2	Konfigurowany ekran	TAK	
3	Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5	TAK	

Rejestracja danych			
1	Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/ drukarkę, przedstawić	TAK	
2	Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej	TAK	
3	Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów	TAK	
Zasilanie			
1	Sieciowe 230V 50 Hz	TAK	
2	Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut	TAK	
Mocowanie monitora			
1	Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu lub do kolumny na ramieniu. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki.	TAK	
2	Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora.	TAK	
Mierzone parametry, moduły pomiarowe			
	EKG	TAK	
1	Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń	TAK	
2	Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmi	TAK	
3	Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych	TAK	
4	W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń szt.1 do każdego monitora	TAK	
5	Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5%	TAK	
6	Analiza odcinka ST w zakresie min. -/+15mm przy stanowisku do znieczulania (1 szt.)	TAK	
Monitorowanie arytmii			
1	Monitorowanie arytmii- podstawowe	TAK	
2	Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii	TAK	
Pomiar saturacji (SPO2)			
1	Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna	TAK	
2	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnika na palec 2 szt.	TAK	
3	System monitorowania Nellcor zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale	TAK	
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia			
1	Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas , staza	TAK	
2	Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 4 godzin	TAK	
3	Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych	TAK	
4	W komplecie przewód i zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych, 4 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu	TAK	
5	Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5mmHg	TAK	
Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe			
1	Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz	TAK	

	możliwość wyświetlania temperatury i różnicy temperatur		
2	W komplecie czujnik temperatury skóry oraz czujnik temperatury skóry	TAK	
3	Dokładność pomiaru temperatury +/- 0.1 °C	TAK	
Dodatkowe funkcje monitora			
1	Monitorowanie ciśnienia krwi metodą inwazyjną z min. 2 kanałów z przetwornikami jednorazowymi	TAK	
2	Monitorowanie zwiotczenia pacjenta wraz z zestawem akcesoriów; moduł sterowany z poziomu monitora pacjenta	TAK	
3	Kalkulator dawek leków SW Physiological Calcs	TAK	
Układy alarmowe			
1	Alarmy o różnych poziomach ważności , opisać	TAK	
2	Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów	TAK	
3	Pamięć alarmów	TAK	
Trendy			
1	Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów	TAK	
2	Rozdzielczość trendów przynajmniej 1 minuta	TAK	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
1	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
2	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące)	TAK	
3	Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski	TAK	

1. *Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.*
2. *Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK" i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane.*
3. *Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).*
4. *Do ofert należy dołączyć foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów technicznych*
5. ***Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę poszczególnych elementów pakietu.***

WARUNKI

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA (podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

1) **WARUNKI DODATKOWE:**
   - Gwarancja minimum 36 miesiące
   - Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
   - Termin płatności: **płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat miesięcznych,**
   - wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia oraz zaleconego postępowania odkażającego. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,
2) **WARUNKI TECHNICZNE**
   1) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,
   2) w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego (wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,
   3) sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,
   4) oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
3) **WARUNKI GWARANCJI I SERWIS**
   1. autoryzowany serwis producenta w okresie gwarancji dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia
   2. przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,
   3. wymagane dopuszczenia certyfikaty itp...,

4. czas gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące od daty uruchomienia urządzenia.
5. w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę.
6. do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane,
7. liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę podzespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony podzespół) na nowy,
8. bezpłatne przeglądy: gwarancyjne zgodnie z instrukcją producenta.

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o..

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail: .....

Nazwa banku .....

Nr konta bankowego .....

Osoba upoważniona do podpisania umowy.....

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

   Aparat do znieczulenia
   (wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)

   Cena ogólna netto.....zł

   (słownie: .....)

   podatek VAT (.....%) tj. .....zł*/ .....% tj. ..... zł.*

   Wartość ogólna brutto.....zł

   (słownie: .....)

2. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
3. **Termin płatności: płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat miesięcznych.**
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy) określonymi w SIWZ, akceptujemy je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
   Nazwisko, imię .....
   Stanowisko .....
   Telefon.....Fax.....
   Zakres*:
   - do reprezentowania w postępowaniu
   - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
7. **Zastrzeżenie Wykonawcy.**
   Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
   .....
   .....
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej:
   .....
   .....
9. **Inne informacje Wykonawcy:**
   .....
   .....

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o."

Ja/My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, *dotyczące:*

1) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*
2) *posiadania wiedzy i doświadczenia;*
3) *dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
4) *sytuacji ekonomicznej i finansowej.*

_____, dnia _____2016 r.

_____
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o."

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____2016 r.

_____

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość ..... Data .....

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa zadania	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Czas realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu)	Uwagi
				Początek	Zakończenie		

Wykaz nie musi zawierać dostaw, które zostały wykonane w sposób nienależyty lub nie zostały wykonane.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały lub są wykonane należycie.

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

WARUNKI GWARANCJI		
L.P	WYMAGANIA	WARUNKI OFEROWANE
1.	Wymagany czas gwarancji **min 36 miesięcy** w której Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi,	
2.	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia	
3.	Dostarczenie urządzenia zastępczego przy awarii trwającej dłużej niż 48 godziny	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany zespołu lub w przypadku niemożności wymiany zespołu urządzenia na nowe (maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne)	
5.	Autoryzowany serwis na terenie Polski -lokalizacja punktu serwisowego	
6.	W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy bezpłatne	
7.	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę. Do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane	
SERWIS POGWARANCYJNY		
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych 5 lat od zakończenia okresu gwarancji	

Uwaga: Nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.
Do urządzenia dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do Wykonawcy.

Podpisano :

.....

/ Wykonawca /

UMOWA Nr SZM/..... / 2016 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ..... 2016r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
z siedzibą w (41-100) Siemianowicach Śl. przy ul.1–go Maja 9
NIP: 6431764082, REGON: 000308270
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 4 915 000,00 zł
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w umowie **ZAMAWIAJĄCYM**

a firmą:
.....
z siedzibą w (kod miejscowości: .....)..... przy ul. .....
NIP: ..... , REGON: .....
zarejestrowaną w .....
w ..... pod Nr ..... o kapitale zakładowym w wysokości .....zł.
w imieniu której działa :

.....
zwaną w umowie **WYKONAWCĄ**

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatu do znieczulenia, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).
   - Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.
   - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia - ..... jest produktem firmy :
   ..... Rok produkcji – ..... Model - .....
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny:
   1) jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem testowania ani demonstracji i został wyprodukowany w roku 2016 r.;
   2) jest kompletny, gotowe do używania po jego zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także - posiadają parametry techniczne (graniczne) oraz parametry i funkcje dodatkowe oraz wyposażenie zgodne z Ofertą Wykonawcy oraz dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   3) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne, w tym znak CE;
   4) jest wolny od wad fizycznych i prawnych;
   5) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny, a wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów zostały uregulowane;

§ 2.
WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
   - dostarczyć przedmiot umowy odpowiednim transportem i na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzenia medycznego tak, aby wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godzin przed przewidywanym terminem dostawy do siedziby Zamawiającego,
   - uruchomić oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie ..... tygodni - od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone dwustronnym Protokołem Przekazania, Montażu i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.
2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania urządzenia do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego, oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do momentu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy:
   - instrukcję obsługi w języku polskim,
   - paszport techniczny urządzenia,
   - dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta,
   - wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych
   - wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.
4. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
5. Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.
6. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu bieżącej i prawidłowej obsługi technicznej dostarczonego sprzętu. Termin szkolenia ustalą strony po podpisaniu umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi:
   ..... zł netto
   (słownie: .....zł)
   ..... zł brutto
   (słownie:.....zł)
2. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia finansowego: Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w 6 (słownie: sześciu) równych częściach (ratach) miesięcznych płatnych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu Protokolarnego odbioru urządzenia tj. podpisania Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia do ostatniego dnia tego miesiąca, kolejne części (raty) do ostatniego dnia każdego następnego miesiąca. Jeżeli nie będzie możliwe podzielenie kwoty wynagrodzenia na 6 równych części, ostatnia część wynagrodzenia (szósta) będzie częścią wyrównawczą Należność, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Ewentualne wpłaty dokonywane przez Zamawiającego po upływie terminu płatności którejkolwiek miesięcznej części wynagrodzenia, Wykonawca będzie zaliczał w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych miesięcznych części wynagrodzenia poczynając od części najdawniej wymagalnej, a dopiero później na poczet należnych odsetek za opóźnienie, poczynając od odsetek najdawniej wymagalnych.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela.....miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w okresie gwarancji, niezależnie od ich przyczyn, zgodnie z załącznikiem nr ... do niniejszej umowy (załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe warunki gwarancji).
3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów) na zasadach określonych w dokumencie wskazanym w pkt. 2.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie medyczne jest zgodne ze złożoną ofertą, zostanie zamontowane, zainstalowane i przekazane do użytkowania ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie bez żadnego uszczerbku, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, w okresie gwarancyjnym, obowiązkowych przeglądów bez dodatkowego wynagrodzenia, wymaganych przez producenta dla dobrej pracy urządzenia, w tym przeprowadzenia 1 przeglądu w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia autoryzowanego serwisu bez dodatkowego wynagrodzenia. Serwisowanie urządzenia powinno być ewidencjonowane zgodnie z książką serwisową producenta.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu lub urządzenia na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.
7. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
8. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta urządzenia.
9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu co najmniej ..... letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
10. W okresie gwarancji, w przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na okres naprawy bezpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Dopuszcza się urządzenie starsze niż wyprodukowane w roku 2016, jednak nie starsze niż wyprodukowane w roku 2010.
11. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny ..... z siedzibą .....
    O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
12. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 5.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1) za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
   2) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach gwarancji – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, chyba, że zostanie dostarczony przez Wykonawcę sprzęt medyczny o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy zgodnie z warunkami gwarancji oraz § 4 ust. 10 umowy;
   3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. Księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub dostarczone osobiście.
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do podpisania Protokołu Przekazania i montażu przedmiotu umowy, Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:....., a Zamawiający koordynatora w osobie: ..... Bez odrębnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Stronę koordynatorzy wyznaczeni przez Strony nie mają prawa do składania oświadczeń woli, a w tym także do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1) wymagane parametry techniczne
2) warunki gwarancji i serwisu

AKCEPTUJĘ warunki projektu umowy:

.....

(podpis, pieczęć imienna uprawionego przedstawiciela Wykonawcy

RADCA PRAWNY
dr Edward Dworski

pieczęć firmowa Wykonawcy

INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na .....

informuję, iż:

- Nie przynależymy do grupy kapitałowej *
- Przynależymy do grupy kapitałowej *

.....
(miejscowość i data)

.....
czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uwaga! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

pieczęć firmowa Wykonawcy

Formularz cenowy

Data : .....

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

APARAT DO ZNIECZULENIA

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Typ/model
1.	Aparat do znieczulenia	1 szt.				

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy