

Siemianowice Śląskie, dnia 27.04.2016

SZM/DN/DZ/341/12/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro na:

**Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.**

Kod CPV 33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne
 33.16.81.00 – 6 – Endoskopy
 33.11.22.00 – 0 – Aparaty ultrasonograficzne

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa aparatury rmedycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41-100 Siemianowice Śląskie

Strona www.zosiemianowice.pl

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

imię i nazwisko: Renata Zawisłak, Krzysztof Kot

Tel/Fax: 032/ 228 – 18 – 86

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania SZM/DN/DZ/341/12/2016
3. Wykonawcy
 - a) w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
 - b) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - c) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie.
 - d) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV

33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne

33.16.81.00 – 6 – Endoskopy

33.11.22.00 – 0 – Aparaty ultrasonograficzne

Opis zamówienia

Aparat do laparaskopii – 1 szt.

Aparat do USG – 2 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie aparatury medycznej, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi oraz dostarczenie szczegółowych instrukcji w języku polskim. W ofercie należy podać nazwę i typ proponowanej aparatury medycznej z podaniem parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia, kraj producenta, opis techniczny. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanej aparatury oraz warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :

1) Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679),

2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74),

3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1252;

4) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w przypadku określonym w art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych – oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego wyrobu medycznego, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).
4. Oferowane wyroby medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016
5. Wymagane warunki gwarancji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli: gwarancji na dostarczoną aparaturę medyczną – **min. 36 miesięcy**; Niniejszy termin biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 - 2) Serwis dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę.
 - 3) Czas reakcji serwisu Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia o uszkodzeniu aparatury medycznej wraz z przystąpieniem do usunięcia usterki – max do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie. Wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego.
 - 4) Okres gwarancji aparatury medycznej zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji.
 - 5) Po 3 kolejnych naprawach gwarancyjnych lub wymianach podzespołu Wykonawca przy 4 usterce tego samego podzespołu zobowiązany jest wymienić podzespół lub jeżeli nie jest to możliwe, całe urządzenie na nowe, na nowy podzespół lub nowe urządzenie udzielona zostaje min. 24 miesięczna gwarancja;
 - 6) W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni przez okres minimum 5 lat dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego/aparatury
6. **Opis części zamówienia**
Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.
7. **Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu realizacji umowy:**
- 1) dostarczenie kompletnego i zgodnego z opisem SIWZ sprzętu medycznego/aparatury Zamawiającemu,
 - 2) protokolarnie zainstalowanie i uruchomienie go a następnie przekazanie do eksploatacji,
 - 3) przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego oraz obsługującego w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego/aparatury,
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełną specyfikację techniczną urządzenia informację zawierającą dane producenta, opis, kartę gwarancyjną oraz dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 - 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasady bezpiecznego użytkowania, wykaz materiałów zużywalnych, niezbędnych dla bieżącej eksploatacji.
 - 6) Wykazy o których mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o wyrobach medycznych, jeżeli zachodzą wskazane w tym przepisie okoliczności.
 - 7) Warunki płatności: **płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat.**
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia:

do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia:

- a) stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

1.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla Zamawiającego spełnieniem warunku będzie wykazanie należytego wykonania w w/w okresie co najmniej jednej dostawy w zakresie aparatury medycznej o wartości brutto nie niższej niż **100 000,00 zł**, potwierdzonej stosownymi dowodami, że została ona wykonana należycie lub, że jest ona wykonywana należycie.

Przer

Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być:

- poświadczenia np. referencje, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Jeżeli Wykonawca wykonywał wcześniej dostawy na rzecz Zamawiającego, które są ujęte w wykazie wykonanych dostaw nie ma obowiązku przedkładania ich dowodów wraz ze składaną ofertą.

1.4. Dysponując odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.2. – 1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie wymagane w pkt. 1.1. o spełnianiu warunków, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.6. Na potwierdzenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia n/wym. dokumentów:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarte w treści załącznika nr 4 do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.- wzór oświadczenia - zał. nr 8.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 .b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

1.7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

- opisu oferowanych wyrobów medycznych, (zał. nr 1 -oferowane parametry techniczne)
- katalogi, prospekty oferowanej aparatury. Oferent zobowiązany jest do załączenia materiałów

PK

W

informacyjnych producenta z czytelnym oznaczeniem zaoferowanego wyposażenia w języku polskim, na podstawie których będzie można zweryfikować spełnienie przez oferowaną aparaturę parametrów technicznych zadeklarowanych przez Wykonawcę.

- deklaracja zgodności CE,
- formularz Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w przypadku określonym w art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego wyrobu medycznego, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).

Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści SIWZ. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) /nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., i 1.6.), zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1.7, zostanie odrzucona.

VI. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU

1. Oferta powinna zawierać:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
- 2) Formularz cenowy, którego dotyczy oferta, – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
- 3) Parametry techniczne oferowanej aparatury medycznego - wypełniona tabela zał. nr 1.
- 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
- 5) Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
- 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. nr 6 do SIWZ.
- 7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 8) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - zał. nr 5 do SIWZ.
- 9) Dokumenty wymagane w oparciu o wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).
- 10) Opis oferowanego aparatury medycznej, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne,
- 11) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt.6 a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/ poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania,
- 12) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.
- 13) Warunki serwisu i gwarancji.

2. Oferta wspólna, składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- 1) podmioty występujące wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) spełniać warunki określone w pkt.V 1.1 – 1.5 przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów,
- 3) każdy z warunków określonych w pkt. V od 1.2 do 1.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt. 1.6 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.2 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
- 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie

udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Zgodnie z art. 26 ust.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki należy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a pozostałe strony tego dokumentu wystarczy parafować), jeżeli w treści specyfikacji nie została zastrzeżona forma szczególna.
6. Forma podpisu: imienna pieczęć i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczęć, podpis, data oraz napis: "za zgodność z oryginałem" (lub równoznaczny).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści SIWZ.
10. Dokumenty składające się na ofertę winne być sporządzone na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
12. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Numer postępowania- SZM/DN/DZ/341/12/2016” – nie otwierać przed dniem 09.05.2016 r. godz. 10:00”

15. Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej opisany, a także jeżeli zostanie doręczona w inne miejsce niż wskazane w rozdz. XV, punkt 2, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie a także przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

VIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Ocena nie odrzuconych ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów:

2. **Kryterium oceny ofert**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.

Cena (brutto) - 80%

Cena będzie punktowana według wzoru matematycznego:

$$Wc = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena badana}} \times 80 \text{ pkt.} = \text{ilość pkt. ocenianej oferty}$$

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 80.

Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. Proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt

3. **GWARANCJA - 20%**

Termin płatności będzie punktowany według wzoru matematycznego:

gwarancja badanej oferty

$$Wt = \text{najdłuższy okres gwarancji} \times 20 \text{ pkt} = \text{ilość pkt. ocenianej oferty}$$

Wykonawca musi zaoferować minimum 36 miesięcy gwarancji

Najdłuższy proponowany okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

Każdy kolejny krótszy okres gwarancji otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego.

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji wynosi 20 pkt

Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena brutto oferty, za realizację zamówienia wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, określonym w rozdz. X SIWZ.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (z najniższą ceną) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy który uzyska najwyższą ilość punktów.

Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane przez komisję przetargową do dwóch miejsc po przecinku a zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednocześnie uzyskać najwyższą ilość punktów.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. **Cena ofertowa.** Cenę oferty przedmiotu zamówienia stanowi koszt: aparatury medycznej, transportu, rozładunku, wnoszenia, montażu oraz szkolenia personelu. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. Winna być ona zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny / cen netto i podatku VAT zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na Warunkach podanych we wzorze umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku obniżenia ceny,
- terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili składania oferty, np.: ze względu na procedury niezależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami, przekroczenie czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, uzyskanie zgody drugiej strony oraz forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

XII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

Zamawiający będzie postępował w sposób wskazany w art. 38 ustawy PZP.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający przekaze treść pytania wraz z wyjaśnieniem jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści ich treść stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonana zmianę specyfikacji przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści jej treść na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ.
7. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacje o zmianach Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz taka informacja zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
9. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą **pisemnie**. Zamawiający dopuszcza również formę **faksu lub poczty elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia go niezwłocznie pismem**.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję drogą faksową lub drogą elektroniczną należy kierować do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia nr tel./fax 32 228-18-86 adres poczty elektronicznej rzawislak@zozsiemianowice.pl, kkot@zozsiemianowice.pl. Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od godz. 7:30 do godz. 15 00.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej **niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania**.

XIV. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury postępowania są:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Pani Renata Zawiślak tel. (032) 228 – 18 – 86

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Pan Krzysztof Kot tel. (032) 228 – 18 – 86

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu **09.05.2016 r. o godz. 09:30**
2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie wskazanym w pkt. 1 do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty doręczone w inne miejsce.
4. Oferty złożone (również za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty złożone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój A-116, w dniu **09.05.2016 r. o godz. 10:00**.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach, jeżeli informacje te stanowiły istotny element oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WYMAGANIA W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającej w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XX pkt 2 i 3 SIWZ, jeżeli umowa ta nie została dołączona do oferty – dotyczy Wykonawców występujących wspólnie.
3. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 4 o ile oferta najkorzystniejszą okaże się oferta złożona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
2. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Stosowną uchwałę lub umowę spółki należy przedstawić przed podpisaniem umowy.
5. Protokół z postępowania jak i jego załączniki takie jak: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył. Załączniki do protokołu podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6. Na wniosek Wnioskodawcy Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6 poprzez wgląd w miejscu tj. w swojej siedzibie, prześle kopię pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. O ile przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów Zamawiający udostępni te dokumenty w swojej siedzibie na zasadach określonych w pkt 8 i 9.
7. Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6.

8. Zasady udostępniania dokumentów:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty o których mowa w pkt 6 po złożeniu pisemnego wniosku.
- Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty w swojej siedzibie.
- Zamawiający udostępni fotografowanie dokumentów własnym sprzętem Wnioskodawcy nieodpłatnie.

XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXII. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań zgodnie z art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198 a – 198 g.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 V ustawy PZP.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie Internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 wnosi się:
 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
17. Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje o których mowa w pkt 1 ppkt a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie prześle w inny sposób.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt 4, jeżeli:
 - a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2146 z późn. zm.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 27.04.2016 r. Kierownik Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Wołowicz
Agnieszka Wołowicz

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PAKIET NR 1

Nazwa urządzenia /typ/ model.....

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

LAPAROSKOP CHIRURGICZNY Z TOREM WIZYJNYM FULL HD CMOS – 1 szt.

I.p.	PARAMETRY TECHNICZNE	Potwierdzenie Tak/Nie
I.	KAMERA ENDOSKOPOWA FULL HD - CMOS - 1 SZT.	
1	PRZETWORNIK CMOS X 1/3 "	
2	SKANOWANIE OBRAZU: PROGRESYWNE	
3	CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50/60 Hz	
4	ROZDZIELCZOŚĆ: 1920X1080 PIXELI	
5	STEROWNIK WYPOSAŻONY W WYJŚCIA: 2XDVI-D (1080p 50/60 Hz), 2xHD-SDI(1080i 50/60Hz), S-VIDEO	
6	5 FUNKCJI KAMERY (LAPAROSKOPIA/ARTROSKOPIA/HISTEROSKOPIA/NEURO/ENDOSKOPY GIĘTKIE) + 3 TRYBY UŻYTKOWNIKA	
7	ZOOM OPTYCZNY W ZAKRESIE 14-28 MM	
8	ZINTEGROWANY ZOOM CYFROWY 2,5X	
9	4 PRZYCISKI NA GŁOWICY STERUJĄCE WSZYSTKIMI FUNKCJAMI KAMERY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH FUNKCJI DO POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW	
10	OPÓŹNIENIE: 1/50 - 1/10 000 S	
11	MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA FUNKCJĄ STANDBY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED Z GŁOWICY KAMERY	
II.	MONITOR MEDYCZNY FULL HD - 1 szt.	
1	PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 26 CALI	
2	ROZDZIELCZOŚĆ MIN. 1920X1080 PIXELI (FULL HD)	
3	KONTRAST 1000:1	
4	JASNOŚĆ MIN. 800 CD/M2	
5	FORMAT OBRAZU: 16:9	
6	WEJŚCIA SYGNAŁU VIDEO: 2X DVI, 2X SDI/HD SDI, 1X RGB/HD-RGB, 1X VGA, 2X S-VIDEO, 1X COMPOSITE	
7	WYJŚCIA SYGNAŁU VIDEO: 1X DVI-D, 1X SDI/HD-SDI, 1X RGB/HD-RGB, 1XS-VIDEO	
8	MOŻLIWOŚĆ PODWIESZENIA MONITORA NA RAMIENIU RUCHOMYM WÓZKA LAPAROSKOPOWEGO	
III	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED- 1 SZT.	
1	SYSTEM - MODUŁ LED	
2	ŻYWOTNOŚĆ ŻARÓWKI: 30.000 GODZIN	
3	MANUALNA, PŁYNNA REGULACJA NATĘŻENIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ POKRĘTŁA	
4	UNIWERSALNE ZŁĄCZE DO ŚWIATŁOWODÓW RÓŻNYCH PRODUCENTÓW Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZYPADKOWYM WYSUNIĘCIEM Z GNIAZDA	

5	ZINTEGROWANY SYSTEM POMIARU TRANSMISJI ŚWIATŁA W ŚWIATŁOWODACH ZA POMOCĄ METALOWEGO ADAPTERA	
6	ZŁĄCZE KOMUNIKUJĄCE ŹRÓŁO ŚWIATŁA LED Z KAMERĄ UMOŻLIWIAJĄCE STEROWANIE FUNKCJĄ STANDBY Z GŁOWICY KAMERY ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KABLA POŁĄCZENIOWEGO	
7	OPTYKA LAPAROSKOPOWA FULL HD, SKOŚNA (30°), SZEROKOKĄTNA, AUTOKLAWOWALNA, ŚR. 10 MM, DŁ. 330 MM, - 1 SZT.	
8	ŚWIATŁOWÓD FULL HD, ŚR. 4,8 MM, DŁ. 250 CM, AUTOKLAWOWALNY - 1 SZT.	
IV.	WÓZEK MEDYCZNY DO URZĄDZEŃ ENDOSKOPOWYCH Z DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI DO TRANSPORTU, 4 PÓŁKI, 9 GNIAZD WEWN. DO PODŁ. URZĄDZEŃ, 4 PODWÓJNE KÓŁKA ANTYSTATYCZNE, W TYM 2 Z BLOKADĄ, DOLNA SZUFLADA NA ZAMEK PATENTOWY, SCHOWEK-LISTWA NA KABELE ELEKTRYCZNE - 1 szt.	
1	KABEL SIECIOWY, CENTRALNY, DO WÓZKA MEDYCZNEGO O DŁ. 5 M - 1 SZT.	
2	UCHWYT TELESKOPOWY DO PODWIESZANIA BUTELEK NA PŁYNY PŁUCZĄCE - 1 SZT.	
3	UCHWYT NA BUTLĘ CO2 Z PODSTAWĄ - 1 SZT.	
4	UCHWYT NA KAMERĘ ENDOSKOPOWĄ - 1 SZT.	
5	KABEL POŁĄCZENIOWY, WEWNĘTRZNY DO URZĄDZEŃ, DO ICH POŁĄCZENIA NA WÓZKU MEDYCZNYM, DŁ. 1 M, - 5 SZT.	
6	KABEL POŁĄCZENIOWY, WEWNĘTRZNY DO URZĄDZEŃ, DO ICH POŁĄCZENIA NA WÓZKU MEDYCZNYM, DŁ. 2,5 M, - 1 SZT.	
V.	INSUFULATOR CO2 - 1 SZT.	
1	ZAKRES CIŚNIENIA INSUFLACJI: 1-30 MM Hg	
2	PRZEPŁYW CO2: 40L/MIN.	
3	ZINTEGROWANY SYSTEM PODGRZEWANIA GAZU	
4	AUTOMATYCZNA DESUFLACJA GAZU	
5	WYŚWIETLACZ PARAMETRÓW PRACY - LCD	
6	DREN DO INSUFLACJI Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA CO2, AUTOKLAWOWALNY - 1 SZT.	
7	PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY DO POŁĄCZENIA Z BUTLĄ CO2 - 1 SZT.	
8	FILTRY DO GAZU - OPAK. MIN. 25 SZT.	
9	KANIULA INSUFLACYJNA VERESS, DŁ. 120 MM - 1 SZT.	
10	KANIULA INSUFLACYJNA VERESS, DŁ. 150 MM - 1 SZT.	
VI.	POMPA PŁUCZĄCA, ROLKOWA - 1 SZT.	
1	JEDNOROLKOWA POMPA PŁUCZĄCA	
2	PRZEPŁYW PŁYNU: MIN. 1,8 L/MIN.	
3	CIŚNIENIE MAX. 400 MM Hg	
4	DRENY PŁUCZĄCE WIELORAZOWEGO UŻYTKU - 1 KPL.	
5	DRENY SILIKONOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO ODSYSANIA - 4 MB	
6	MOŻLIWOŚĆ ZAMOCOWANIA NA RELINGU BOCZNYM WÓZKA LAPAROSKOPOWEGO	
VII.	INSTRUMENTARIUM CHIRURGICZNE - 1 KPL.	
1	TULEJA TROKARA O ŚR. 5,5 MM, METALOWA, GŁADKA, DŁ. 110 MM, GŁOWICA Z WYMIENNYM ZAWOREM KLAPKOWYM, SILIKONOWYM, BEZ KRANIKA DO INSUFLACJI - 2 SZT.	

2	PRZEBIJAK TROKARA O ŚR. 5,5 MM, METALOWY, TRÓJGRANIĄSTY, WIELORAZOWY - 1 SZT.	
3	PIERŚCIEŃ DO TROKARA O ŚR. 5,5 MM, Z PODŁĄCZENIEM DO INSUFŁACJI - 1 SZT.	
4	KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY KANAŁ INSUFŁACYJNY W TROKARACH, LUER-LOCK, OPAK. 20 SZT.	
5	USZCZELKI ZEWNĘTRZNE DO TROKARÓW O ŚR. 5,5 MM, OPAK. 20 SZT	
6	ZAWÓR KLAPKOWY, SILIKONOWO-PLASTIKOWY, DO TROKARÓW O ŚR. 5,5 MM, OPAK. 20 SZT.	
7	TULEJA TROKARA O ŚR. 10 MM, METALOWA, GŁADKA, DŁ. 110 MM, GŁOWICA Z WYMIENNYM ZAWOREM KLAPKOWYM, SILIKONOWO-CERAMICZNYM, Z KRANKIEM DO INSUFŁACJI, 2 SZT.	
8	PRZEBIJAK DO TROKARA O ŚR. 10 MM, TRÓJGRANIEC, Z AUTOMATYCZNIE CHOWANYM OSTRZEM - 1 SZT.	
9	USZCZELKI ZEWNĘTRZNE DO TROKARÓW O ŚR. 10 MM, OPAK. 20 SZT.	
10	ZAWÓR KLAPKOWY, SILIKONOWO-PLASTIKOWY DO TROKARÓW O ŚR. 10 MM	
11	USZCZELKI REDUKCYJNE DO TROKARÓW LAPAROSKOPOWYCH, 10/5,5 MM - 10 SZT.	
12	UCHWYT UNIWERSALNY DO WYMIENNYCH ELEKTROD MONOPOLARNYCH, HACZYKOWYCH: "J", "L" I SZPATUŁEK, ROZBIERALNY, Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 330 MM - 1 SZT.	
13	WYMIENNY HACZYK MONOPOLARNY "L" W OŚLONIE CERAMICZNEJ, DO STOSOWANIA Z UCHWYTEM UNIWERSALNYM O ŚR. 5 MM - 1 SZT.	
14	RURKA METALOWA, SSĄCO-PŁUCZĄCA, Z ZAWOREM DWUDROŻNYM DO REGULACJI SSANIA I PŁUKANIA KCIUKIEM, ŚR. 5 MM, DŁ. 330 MM - 1 SZT.	
15	RETRAKTOR WACHLARZOWY DO LAPAROSKOPII, 5-PALCZASTY, ŚR. 10 MM, DŁ. 400 MM - 1 SZT.	
16	KLESZCZYKI PREPARACYJNE, MONOPOLARNE TYP MARYLAND, Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, OBROTOWE, ROZBIERALNE NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY BEZ BLOKADY, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
17	NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, Z TWARDĄ WKŁADKĄ I WYMIENNĄ IZOLACJĄ, SZCZĘKI LEKKO WYGIĘTE, ZĄBKOWANE, ROZBIERALNE NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY BEZ BLOKADY, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
18	GRASPER MONOPOLARNY, OKIENKOWY, ATRAUMATYCZNY, Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, SZCZĘKI ZĄBKOWANE, OBUSTRONNIE RUCHOME, OBROTOWY, ROZBIERALNY NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 2 SZT.	
19	KLESZCZYKI MONOPOLARNE, CHWYTAJĄCE TYPU "SZCZUPAK", Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, OBROTOWE, ROZBIERALNE NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
20	GRASPER MONOPOLARNY, OSTRY, 2x3 ZĘBY, Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, OBROTOWY, ROZBIERALNY NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY Z BLOKADĄ, ŚR. 10 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
21	KLESZCZYKI JELITOWE, MONOPOLARNE WG DORSEY, Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, OBROTOWE, SZCZĘKI OBUSTRONNIE RUCHOME O DŁ. 33 MM, ROZBIERALNE NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
22	KLESZCZYKI MONOPOLARNE TYPU BABCOCK Z WYMIENNĄ IZOLACJĄ, OBIE SZCZĘKI RUCHOME O DŁ. 30 MM, OBROTOWE, ROZBIERALNE NA 4 CZĘŚCI: WKŁAD, TUBUS METALOWY, TULEJA IZOLACYJNA, UCHWYT ZATRZASKOWY Z BLOKADĄ, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	

23	IMADŁO SAMOPOZYCJONUJĄCE IGŁĘ, Z TWARDĄ WKŁADKĄ, UCHWYT WZDŁUŻNY, POOSIOWY, Z TWORZYWA, Z BLOKADĄ I ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZECIĄŻENIEM ORAZ Z KANAŁEM DO PŁUKANIA, ŚR. 5 MM, DŁ. 310 MM - 1 SZT.	
24	KLIPSOWNICA WIELORAZOWA DO LAPAROSKOPII, DO APLIKACJI KLIPSÓW TYTANOWYCH MEDIUM/LARGE, NIEROZBIERALNA, OBROTOWA, Z KANAŁEM PŁUCZĄCYM, UCHWYT KLASYCZNY NOŻYCKOWY, DŁ. 330 MM, ŚR. 10 MM - 1 SZT.	
25	KLIPSY NACZYNIOWE, TYTANOWE, MEDIUM-LARGE, SZER.: 8,1 MM, WYS. KLIPSA OTWARTEGO: 7,9 MM, W MAG. PO 6 SZT. - OPAK. 120 SZT	
26	KABEL MONOPOLARNY DO DIATERMII FIRMY ERBE	
27	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ DO ŚRODKA POD KĄTEM 90°, WYM.: 540 X 253 X 76 MM*	
28	MATA SILIKONOWA DO KOSZA, PERFOROWANA (SIATKOWA) O WYM. 536 x 250 MM*	

PAKIET NR 2

Nazwa urządzenia /typ/ model.....

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

Aparat do USG - 1 szt.

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Parametr wymagany	Wartość oferowana (opisać)
I	Konstrukcja		
1)	Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.	TAK	
2)	Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2016	TAK	
3)	Przetwornik cyfrowy	Min. 12-bit	
4)	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 160 000	
5)	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3	
6)	Dynamika systemu	Min. 260 dB	
7)	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.	Przekątna ekranu minimum 15"	
8)	Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo	TAK	
9)	Zakres częstotliwości pracy USG	Min. 1 MHz do 20 MHz.	
10)	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 21 000 klatek.	
11)	Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop)	TAK	
12)	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 30 s	
13)	Głębokość penetracji od czoła głowicy	Min. 0,5 - 40 cm	
14)	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 40	
II	Obrazowanie i prezentacja obrazu		
15)	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. e) B, f) B + B g) M h) B + M i) D j) B + D k) B + C (Color Doppler) l) B + PD (Power Doppler) m) B + Color + M	TAK	

16)	FRAME RATE dla trybu B	Min. 1100 obrazów/s	
17)	FRAME RATE dla trybu B + kolor	Min. 320 obrazów/s	
18)	Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania	TAK	
19)	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)	TAK	
20)	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 7,0 m/s	
21)	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego	Min. 0,5 do 30 kHz	
22)	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)	TAK	
23)	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 15,5 m/s	
24)	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego	Min. 0,5 do 30 kHz	
25)	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK	
26)	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 4,0 m/s	
27)	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego	Min. 0,1 do 18 kHz	
28)	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK	
29)	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK	
30)	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci CineLoop	Min. 3 niezależne kursory	
31)	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK	
32)	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK	
33)	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne	TAK	
34)	Adaptacyjny system obrazowania wyodrębniający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	TAK	
35)	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK	
36)	Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku	TAK	
37)	Zakres bramki dopplerowskiej	Min. od 0,5 mm do 20 mm	
38)	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni	
39)	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni	
40)	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku	TAK	
41)	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map	TAK	
III	Archiwizacja obrazów		
42)	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów.	TAK	
43)	Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-R/RW	TAK	
44)	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK	
45)	Videoprinter czarno-biały.	TAK	
46)	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK	

47)	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK	
48)	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK	
49)	Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu	TAK	
IV	Funkcje użytkowe		
50)	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x10	
51)	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x16	
52)	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie	Min. 10	
53)	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej	TAK	
54)	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK	
55)	Pełne oprogramowanie do badań: – Brzusznych – Małych narządów – Naczyniowych – Mięśniowo-szkieletowych – Urologicznych – Położniczych – Ginekologicznych	TAK	
V	Główice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)	TAK	
56)	Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta	TAK	
57)	Zakres częstotliwości pracy	Min 2,0 – 6,0 MHz.	
58)	Liczba elementów	Min. 190	
59)	Kąt skanowania	Min. 60 st.	
60)	Obrazowanie harmoniczne	Min. 4 pasma częstotliwości	
61)	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK	
62)	Zakres częstotliwości pracy	Min 5,0 – 16,0 MHz	
63)	Liczba elementów	Min. 190	
64)	Szerokość pola skanowania	Max. 40 mm	
65)	Obrazowanie harmoniczne	Min. 4 pasma częstotliwości	
66)	Obrazowanie trapezowe i rombów	TAK	
VI	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)		
67)	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm.,	TAK	
68)	Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem	TAK	
69)	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 mm.	TAK	
70)	Możliwość rozbudowy o głowicę urologiczną w wysuwanej rękojeści.	TAK	
VII	Inne		
71)	Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)	TAK	
72)	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy	TAK	

	dostawie aparatu)		
73)	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 24 miesiące	
74)	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK	

PAKIET NR 3

Nazwa urządzenia /typ/ model.....

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

Aparat do Echokardiografii - 1 szt.

Wymagane Parametry Techniczne

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Parametr wymagany	Wartość oferowana (opisać)
I	Konstrukcja		
1.	Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.	TAK	
2.	Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2016	TAK	
3.	Przetwornik cyfrowy	Min. 12-bit	
4.	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 160 000	
5.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3	
6.	Dynamika systemu	Min.260 dB	
7.	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.	Przekątna ekranu minimum 17"	
8.	Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo	TAK	
9.	Zakres częstotliwości pracy USG	Min. 1 MHz do 20 MHz.	
10.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. CineLoop)	Min. 21 000 klatek.	
11.	Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. CineLoop)	TAK	
12.	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 30 s	
13.	Głębokość penetracji od czoła głowicy	Min. 0,5 - 40 cm	
14.	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 40	
II	Obrazowanie i prezentacja obrazu		
15.	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, • B + B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • B + Color + M	TAK	
16.	FRAME RATE dla trybu B	Min. 1100 obrazów/s	
17.	FRAME RATE dla trybu B + kolor	Min. 320 obrazów/s	
18.	Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne	TAK	

	techniki obrazowania		
19.	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)	TAK	
20.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 7,0 m/s	
21.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego	Min. 0,5 do 30 kHz	
22.	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)	TAK	
23.	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 15,5 m/s	
24.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego	Min. 0,5 do 30 kHz	
25.	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK	
26.	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 4,0 m/s	
27.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego	Min. 0,1 do 18 kHz	
28.	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK	
29.	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK	
30.	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci CineLoop	Min. 3 niezależne kursory	
31.	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK	
32.	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK	
33.	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne	TAK	
34.	Adaptacyjny system obrazowania wyodrębniający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	TAK	
35.	Obrazowanie trapezowe i rombów na głowicach liniowych	TAK	
36.	Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku	TAK	
37.	Zakres bramki dopplerowskiej	Min. od 0,5 mm do 20 mm	
38.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni	
39.	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni	
40.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku	TAK	
41.	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map	TAK	
III	Archiwizacja obrazów		
42.	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów.	TAK	
43.	Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-R/RW	TAK	
44.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK	
45.	Videoprinter czarno-biały.	TAK	
46.	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK	
47.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK	
48.	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy,	TAK	

	raporty)		
49.	Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu	TAK	
50.	1) Funkcje użytkowe		
51.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x10	
52.	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x16	
53.	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie	Min. 10	
54.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej	TAK	
55.	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK	
56.	Pełne oprogramowanie do badań: – Brzusznych – Małych narządów – Naczyniowych – Kardiologicznych	TAK	
IV	Główce ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)	TAK	
57.	Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta	TAK	
58.	Zakres częstotliwości pracy	Min 1,0 – 5,0 MHz.	
59.	Liczba elementów	Min. 64	
60.	Kąt obrazowania	Min. 90 st.	
61.	Obrazowanie harmoniczne	Min. 4 pasma częstotliwości	
62.	Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta	TAK	
63.	Zakres częstotliwości pracy	Min 2,0 – 6,0 MHz.	
64.	Liczba elementów	Min. 190	
65.	Kąt skanowania	Min. 60 st.	
66.	Obrazowanie harmoniczne	Min. 4 pasma częstotliwości	
67.	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK	
68.	Zakres częstotliwości pracy	Min 5,0 – 16,0 MHz	
69.	Liczba elementów	Min. 190	
70.	Szerokość pola skanowania	Max. 40 mm	
71.	Obrazowanie harmoniczne	Min. 4 pasma częstotliwości	
72.	Obrazowanie trapezowe i rombów	TAK	
V	Inne		
73.	Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)	TAK	
74.	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)	TAK	
75.	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 36 miesięcy	
76.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK	

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny "SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA (podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

1) WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja minimum 36 miesiące
- Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- Termin płatności: **płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat miesięcznych**,
- wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia oraz zaleconego postępowania odkażającego. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

2) WARUNKI TECHNICZNE

- 2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,
- 3) w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego (wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,
- 4) sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,
- 5) oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3) WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

1. autoryzowany serwis producenta w okresie gwarancji dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia
2. przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,
3. wymagane dopuszczenia certyfikaty itp...,
4. czas gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące od daty uruchomienia urządzenia.
5. w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę.
6. do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane,
7. liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę podzespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony podzespół) na nowy,
8. bezpłatne przeglądy: gwarancyjne zgodnie z instrukcją producenta.

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o..

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail:

Nazwa banku

Nr konta bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy.....

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

Pakiet nr 1 - Laparoskop*(wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)*

Cena ogólna netto.....zł

(słownie:))

podatek VAT (.....%) tj.zł* /% tj.zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie:))

Pakiet nr 2 – Aparat USG*(wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)*

Cena ogólna netto.....zł

(słownie:))

podatek VAT (.....%) tj.zł* /% tj.zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie:))

Pakiet nr 3 – Aparat USG - Echokardiograf*(wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)*

Cena ogólna netto.....zł

(słownie:))

podatek VAT (.....%) tj.zł* /% tj.zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie:))

2. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
3. Termin płatności: płatność ratalna rozłożona na 6 równych rat miesięcznych.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy) określonymi w SIWZ, akceptujemy je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

7. Zastrzeżenie Wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej:

.....

9. Inne informacje Wykonawcy:

.....

* niepotrzebne skreślić

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

[Handwritten signature]

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

Ja/My, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____, dnia _____ 2016 r.

 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
 do reprezentowania Wykonawcy

[Handwritten signature]

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

....., dnia 2016 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy



WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Miejscowość

Data

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa zadania	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Czas realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu)	Uwagi
				Początek	Zakończenie		

Wykaz nie musi zawierać dostaw, które zostały wykonane w sposób nienależyty lub nie zostały wykonane.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały lub są wykonane należycie.

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

WARUNKI GWARANCJI		
L.P	WYMAGANIA	WARUNKI OFEROWANE
1.	Wymagany czas gwarancji min 36 miesięcy w której Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi,	
2.	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia	
3.	Dostarczenie urządzenia zastępczego przy awarii trwającej dłużej niż 48 godziny	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany zespołu lub w przypadku niemożności wymiany zespołu urządzenia na nowe (maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne)	
5.	Autoryzowany serwis na terenie Polski -lokalizacja punktu serwisowego	
6.	W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy bezpłatne	
7.	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę. Do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane	
SERWIS POGWARANCYJNY		
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych 5 lat od zakończenia okresu gwarancji	

Uwaga: Nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty. Do urządzenia dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do Wykonawcy.

Podpisano :

/ Wykonawca /

UMOWA Nr SZM/..... / 2016 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia 2016r. pomiędzy:

Szpitałem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

z siedzibą w (41-100) Siemianowicach Śl. przy ul.1-go Maja 9

NIP: 6431764082, REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 4 915 000,00 zł reprezentowanym przez:

.....
zwanym w umowie **ZAMAWIAJĄCYM**

a firmą:

.....
z siedzibą w (kod miejscowości:) przy ul.

NIP: , REGON:

zarejestrowaną w

w pod Nr o kapitale zakładowym w wysokościzł.

w imieniu której działa :

.....
zwaną w umowie **WYKONAWCĄ**

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).
 - Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.
 - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia - jest produktem firmy :
..... Rok produkcji - Model -
- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny:
 - jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem testowania ani demonstracji i został wyprodukowany w roku 2016 r.;
 - jest kompletny, gotowe do używania po jego zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także - posiadają parametry techniczne (graniczne) oraz parametry i funkcje dodatkowe oraz wyposażenie zgodne z Ofertą Wykonawcy oraz dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne, w tym znak CE;
 - jest wolny od wad fizycznych i prawnych;
 - nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny, a wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów zostały uregulowane;

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się:
 - dostarczyć przedmiot umowy odpowiednim transportem i na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzenia medycznego tak, aby wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godzin przed przewidywanym terminem dostawy do siedziby Zamawiającego,
 - uruchomić oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie tygodni - od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone dwustronnym Protokołem Przekazania, Montażu i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.
- Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania urządzenia do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego, oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do momentu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego.
- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy:
 - instrukcję obsługi w języku polskim,
 - paszport techniczny urządzenia,
 - dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta,
 - wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych
 - wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.
- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
- Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.
- Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu bieżącej i prawidłowej obsługi technicznej dostarczonego sprzętu. Termin szkolenia ustalą strony po podpisaniu umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi : zł netto
(słownie: zł)
..... zł brutto
(słownie: zł)
- Strony ustalają następujące zasady rozliczenia finansowego: Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.
- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w 6 (słownie: sześciu) równych częściach (ratach) miesięcznych płatnych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu Protokolarnego odbioru urządzenia tj. podpisania Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia do ostatniego dnia tego miesiąca, kolejne części (raty) do ostatniego dnia każdego następnego miesiąca. Jeżeli nie będzie możliwe podzielenie kwoty wynagrodzenia na 6 równych części, ostatnia część wynagrodzenia (dwunasta) będzie częścią wyrównawczą Należność, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Ewentualne wpłaty dokonywane przez Zamawiającego po upływie terminu płatności którejkolwiek miesięcznej części wynagrodzenia, Wykonawca będzie zaliczał w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych miesięcznych części wynagrodzenia poczynając od części najdawniej wymagalnej, a dopiero później na poczet należnych odsetek za opóźnienie, poczynając od odsetek najdawniej wymagalnych.
- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w okresie gwarancji, niezależnie od ich przyczyn, zgodnie z załącznikiem nr ... do niniejszej umowy (załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe warunki gwarancji).
- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów) na zasadach określonych w dokumencie wskazanym w pkt. 2.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie medyczne jest zgodne ze złożoną ofertą, zostanie zamontowane, zainstalowane i przekazane do użytkowania ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie bez żadnego uszczerbku, wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, w okresie gwarancyjnym, obowiązkowych przeglądów bez dodatkowego wynagrodzenia, wymaganych przez producenta dla dobrej pracy urządzenia, w tym przeprowadzenia 1 przeglądu w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia autoryzowanego serwisu bez dodatkowego wynagrodzenia. Serwisowanie urządzenia powinno być ewidencjonowane zgodnie z książką serwisową producenta.
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu lub urządzenia na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.
- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta urządzenia.
- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu co najmniej letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
- W okresie gwarancji, w przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na okres naprawy bezpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Dopuszcza się urządzenie starsze niż wyprodukowane w roku 2016, jednak nie starsze niż wyprodukowane w roku 2010.
- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą
O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 5.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach gwarancji - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, chyba, że zostanie dostarczony przez Wykonawcę sprzęt medyczny o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy zgodnie z warunkami gwarancji oraz § 4 ust. 10 umowy;
 - w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. Księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonych szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub dostarczone osobiście.
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przejąć jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do podpisania Protokołu Przekazania i montażu przedmiotu umowy, Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:....., a Zamawiający koordynatora w osobie: Bez odrębnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Stronę koordynatorzy wyznaczeni przez Strony nie mają prawa do składania oświadczeń woli, a w tym także do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

- 1) wymagane parametry techniczne
- 2) warunki gwarancji i serwisu

AKCEPTUJĘ warunki projektu umowy:

.....
(podpis, pieczęć imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

RADCA PRAWNY
Katarzyna Dąbek-Krajewska

pieczęć firmowa Wykonawcy

INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na

informuję, iż:

☐ Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

☐ Przynależymy do grupy kapitałowej *

.....
(miejscowość i data)

.....
czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uwaga! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

pieczęć firmowa Wykonawcy

Formularz cenowy

Data :

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 1 -Laparoskop

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Typ/model
1.	Aparat do laparoskopii	1 szt.				

Pakiet nr 2 – Aparat USG

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Typ/model
1.	Aparat do USG	1 szt.				

Pakiet nr 3 – Aparat USG

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Typ/model
1.	Aparat do Echokardiografii	1 szt.				

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

PK