SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 17.08.2018 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/28/2018

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach.
Jednocześnie zgodnie z zapisami art.38 ust. 4 w powiązaniu z art. 38 ust 4a pkt 1 i ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **nie zmienia treści zapisów w SIWZ**.

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 5: Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o szerokości 125 mm.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza rękaw zgodny z SIWZ o szerokości 125 mm

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 11 i 12: Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o szerokości 400 mm.
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 14: Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o szerokości 500 mm
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 9
Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem SIWZ, pakowane a' 480 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań)?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuści testy zgodnie z zapisami SIWZ w opakowaniu po 480 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 9
Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem SIWZ, pakowane a' 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań)?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuści testy zgodnie z zapisami SIWZ w opakowaniu po 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 9
Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 4 i 5: Ze względu na jakość oferowanych wskaźników, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-4, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-4 potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działającą w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 10
Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 1-9: Prosimy o wydzielenie pozycji 1 – 9 do osobnego pakietu, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie oferentów, finalnie przekładając się na lepsze warunki cenowe.
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 11
Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 3: Czy Zamawiający wymaga, żeby test umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 11
Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 3: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 13
Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści wanienkę dezynfekcyjną – o wymiarach - 320x 144 x 75 oraz pojemności 5l?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 13
Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści wanienkę dezynfekcyjną – o wymiarach - 400 x 270 x 160 oraz pojemności 10l?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 10
Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści osłonki zabezpieczające z tworzywa sztucznego na narzędzia ostro zakończone nadające się do sterylizacji w temperaturze 134 °C o wymiarach 60 x 10 mm w opakowaniach po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 10
Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści osłonki zabezpieczające z tworzywa sztucznego na narzędzia ostro zakończone nadające się do sterylizacji w temperaturze 134 °C o wymiarach 25 x 105 mm w opakowaniach po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 8
Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Mucadont fluid olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą, fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Opakowania 400ml z końcówka spryskującą z odpowiednim przeliczeniem opakowań. Wyrób medyczny. Obecnie stosowany w placówce.
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 8

Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysoko wydajnego preparatu do dezynfekcji oraz odkamieniania na bazie aktywnego tlenu, kwasu nadoctanowego i nadtlenku wodoru, przeznaczonego do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Spektrum działania B, F , Tbc, V (adeno, polio), stężenie 1-3 %, czas działania do 10 minut. Opakowanie a 5 L .Wyrób medyczny.
Czy do wyliczeń przyjąć 5 L= 5 Kg?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza w.w. oraz wyraża zgodę na przeliczenie jednostek.

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 9

Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza testy zgodne z zapisem SIWZ, pakowane po 500 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań).

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 9

Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza testy zgodne z zapisem SIWZ, pakowane po 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań).

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 1-3: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty, oraz zapewni możliwość udziału większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1-3 z pakietu nr 11. Zamawiający wymaga złożenia materiałów zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 1-3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza testy zgodne z zapisem SIWZ, pakowane po 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnej ilości opakowań).

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 1, 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą EN 867-1 klasa D oraz IS011140-1 klasa 6. Normy te oraz podział na klasy dotyczą wyłącznie testów do sterylizacji. Normy stanowią katalog zamknięty i jasno określają do jakich produktów się odnoszą, a wymienione przez Zamawiającego normy w żadnym razie nie odnoszą się do testów do kontroli dezynfekcji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga do zaoferowania testy do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w temperaturze 90°C i 93°C i czasie odpowiednio 5 minut i 10 minut, zgodne z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 21 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 3: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia przyrządów do mocowania testów mycia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie wymaganej ilości przyrządów do określonej w formularzu cenowym ilości testów.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wymaga klamry/przyrządu do umocowania testów w klamrze/przyrządzie. Wymagana ilość przyrządów: minimum 3 szt.

Pytanie nr 22 – Pakiet nr 17
Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści metkownicę trzyrzędową numeryczną?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania metkownicę trzyrzędową numeryczną.

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 11: Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o rozmiarze 350mmx200m lub 400mmx200m?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 24 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 12: Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o rozmiarze 350mmx100m lub 400mmx100m?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 5
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 14: Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o rozmiarze 400mmx80mmx100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 26– projekt umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienie", opóźnienia" zostało zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę", zwłoki"?
Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 27– zapisy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
ODPOWIEDŹ.
Nie. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy PZP.

Pytanie nr 28– Parametry techniczne
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający dopuszcza , by dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 dotyczącą materiaów sterylizacyjnych lub inne certyfikaty potwierdzające rzetelność dostawcy.

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 1,2,3,6

Dotyczy Pakietu nr 1,2,3,6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zgodnych z opisem z opakowaniach, gdzie etykieta nie stanowi odrębnego arkusza, tylko znajduje się na opakowaniu zbiorczym? Zamawiający ma możliwość wycięcia rzeczonej etykiety, bądź zrobienia jej zdjęcia. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na realizację obowiązku zachowania konkurencyjności przedmiotowego postepowania i złożenie oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ.

Pakiet nr 1: Zamawiający dopuszcza, aby napisy i etykiety były na opakowaniu zbiorczym w języku polskim z możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokument z datą ważności opakowania sterylizacyjnego.

Pakiet nr 2, 3, 6: Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnych z zapisami SIWZ z napisami i etykietami w języku polskim z możliwością wklejenia etykiety opakowania do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego lub dokument z datą ważności opakowania sterylizacyjnego.

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 9 (Lp.nr 3)

Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów chemicznych nie pokrytych laminatem, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 31 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza testy kontroli procesu dezynfekcji termicznej samoklejące.

Zamawiający dopuszcza, aby informacje zawarte na teście i etykiecie były w języku polskim.

Zamawiający wymaga testów zgodnych z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 32 – Pakiet nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, pozycja nr 3: Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Test skuteczności mechanicznego mycia narzędzi chirurgicznych w myjni dezynfektorze; test w postaci arkusza z tworzywa sztucznego z substancją testową zgodną z PN-EN 15883, do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w czterech płaszczyznach.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

PROKURENT
Joanna Bon-Balazinska