SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 11.10.2018 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/31/2018

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 6

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści równoważną nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm (możliwość docięcia, w zależności od wielkości ubytku). Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 2 – Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis 5.3.3. SIWZ, jeśli Wykonawca ubiegający się o zamówienie w powyższym zakresie, wykaże należyte wykonanie 2 dostaw na wyroby ortopedyczne na kwotę min. 25 tys. zł?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Endoproteza połowicza stawu biodrowego z opcją trzpienia standard średnica głowy od 40 mm do 55 mm.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie średnicy głowy od 40 mm do 55 mm zmiennej co 1 mm

Z poważaniem

PROKURENT
Joanna Bon-Balazińska