



**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 14.09.2020 r.

Znak sprawy SZM/DZ/341/33/2020

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego – pompy infuzyjne i urządzenia do ogrzewania pacjenta dla Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 - Dotyczy :Pakiet nr 1 POMPY INFUZYJNE JEDNOSTRZYKAWKOWE: w ilości 10 sztuk
punkt 1.8 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z ochroną przed zalaniem IP 22 ?
ODPOWIEDŹ.

Nie, zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z ochroną przed zalaniem IP 22.

punkt 1.13 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z wybudowanym gniazdem RS232?
ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z wybudowanym gniazdem RS232.

punkt 1.21 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie, kalibracja może odbywać się tylko za zgodą producenta po dokonaniu wnikliwych testów ze względu na bezpieczeństwo infuzji .
ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie, kalibracja może odbywać się tylko za zgodą producenta po dokonaniu wnikliwych testów ze względu na bezpieczeństwo infuzji .

punkt 1.22 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z funkcją wyboru rodzaju strzykawki uruchamianą poprzez włożenie strzykawki do komory pompy ?
ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z funkcją wyboru rodzaju strzykawki uruchamianą poprzez włożenie strzykawki do komory pompy.

punkt 2.3 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z dokładnością mechaniczną +/- 1% ?
ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z dokładnością mechaniczną +/- 1%.

punkt 2.4 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng, ug, mg, g,mmol,cal, kcal, mEq?
ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng, ug, mg, g,mmol,cal, kcal, mEq

Punkt 2.5 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach dawki : ng, ug, mg, g, mmol, mU, U, kcal, mEq

Na kg masy ciała pacjenta lub na min, h, 24 h, ?

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach dawki : ng, ug, mg, g, mmol, mU, U, kcal, mEq

Na kg masy ciała pacjenta lub na min, h, 24 h

Punkt.2.12 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z automatyczną funkcją antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml?

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z automatyczną funkcją antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml.

Punkt 2.13 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zmiany szybkości infuzji, bez konieczności przerywania wlewu ?

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zmiany szybkości infuzji, bez konieczności przerywania wlewu

Punkt 2.15 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z maksymalną prędkością , lub bolus szybkością

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z maksymalną prędkością , lub bolus szybkością.

Punkt 3.14 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z alarmem przypominający o przerwaniu procesie programowania infuzji po 2 minutach ?

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający dopuszcza wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z alarmem przypominający o przerwaniu procesie programowania infuzji po 2 minutach.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta w którym spodnia część obudowy wykonana jest z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 9 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta o parametrach zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz, 10A?

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta o parametrach zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz, 10A.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta o mocy elementu grzejnego 1000W?

ODPOWIEDŹ.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta z kołderkami grzewczymi o konstrukcji minimalizującej powstałe prądy powietrzne, bez zintegrowanego systemu filtrowania. Urządzenie posiada filtr wstępny oraz filtr hepa minimalizujące ryzyko przeniesienia zakażenia na pacjenta?

ODPOWIEDŹ.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta, które posiada 2 filtry w urządzeniu: filtr wstępny oraz filtr hepa?

ODPOWIEDŹ.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta z kołderkami grzewczymi wykonanymi z włókniny SMS nieposiadających badań na zgodność z normą NFPA 99, które przeszły test palności zgodnie ze standardem U.S. 16 CFR Part 1610?

ODPOWIEDŹ.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 2

Opis zamówienia pkt. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podwójny systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia, pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 46 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 56 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia

ODPOWIEDŹ.

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podwójny systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia, pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 46 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 56 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia.

Jednocześnie Informujemy, że w związku z panującą pandemią Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę opatrzoną hasłem należy przesłać na adres: zp@zozsiemianowice.pl. Po upływie terminu składania ofert należy na ten sam adres przesłać hasło do rozszyfrowania oferty.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **17.09.2020r. do godz. 10:30** oraz termin otwarcia ofert na dzień **17.09.2020r. godz. 11:00**.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Brol