

Ogłoszenie nr 507504-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30827000000, ul. 1-go Maja 9 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, , e-mail zp@zozsiemianowice.pl, , faks 32 228 14 98.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsiemianowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.zozsiemianowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.zozsiemianowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście

Adres:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.; ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl., Biuro Zarządu - sekretariat (pok. A002)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Numer referencyjny: SZM/DN/DZ/341/02/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa*

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł. Pakiet nr 1 Zestawy do zabiegów operacyjnych Pakiet nr 2 Maski, czepki, osłony, ochraniacze Pakiet nr 3 Sterylne osłony na kończyny Pakiet nr 4 Serwety sterylne Pakiet nr 5 Niesterylne podkłady i prześcieradła ochronne Pakiet nr 6 Sterylne

fartuchy chirurgiczne Pakiet nr 7 Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza + spodnie) Pakiet nr 8 Spodenki flizelinowe do kolonoskopii z otworem Pakiet nr 9 Maty chłonne na podłogę

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 385000,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Pakiet nr 1 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto Pakiet nr 2 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 15 000,00 PLN brutto Pakiet nr 3 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 6 000,00 PLN brutto Pakiet nr 4 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto Pakiet nr 5 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych każda o wartości nie niższej niż 30 000,00 PLN brutto Pakiet nr 6 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 70 000,00 PLN brutto Pakiet nr 7 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 40 000,00 PLN brutto Pakiet nr 8 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto Pakiet nr 9 co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 500,00 PLN brutto

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŹE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu**

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:**

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Źe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP**

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŹeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP**

Oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowany przedmiot zamówienia aktualnych dopuszczeń do obrotu i uŹywania dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679 z póŹn. zm.) Materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie

wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, Œe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zastrzega prawo Œądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów. Próbkę zostaną uzupełnione przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	10,00
Termin dostawy	10,00
Parametry techniczne	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą: • zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy, • obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez

Dostawcę, • zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie. • zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), • działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, • zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, • omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, • mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, • zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, • zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu z zachowaniem ceny jednostkowej, • sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej – zmiany określone w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-06, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 320 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6cm, otoczony warstwą chłonną, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niż 56g/m², Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 115 cm (± 2 cm) c) min. 1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (+/-2cm) d) min.- 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm e) 1x osłona na stół Mayo, 80(± 5 cm) x 150 cm (± 5 cm) f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 195cm (± 5 cm) Wymagania: Wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów) Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stół instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stół Mayo 75 cm x 150 cm 20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG 1 organizator przewodów typu rzep 14 cm x 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna

150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do chirurgii stawu biodrowego 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75 cm x 150 cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 cm x 240 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm x 260 cm z wycięciem "U" 6 cm x 90 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220 cm x 325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm (+-0,5 cm) Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 23 cm x 2,5 cm 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i dwoma Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 260 x 163/280 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 7 cm x 15 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik

instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręcznik 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP) 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 butelka Redona 200ml (harmonijkowa) 1 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania z filtrem i końcówką Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 19cm 6 ostrze nr 22 1 opaska elastyczna 15cmx4m 1 opaska podgipsowa 15cmx2,7m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 10x35cm 4 x Serweta sterylna o wymiarach 100 x 150cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 75x90 cm taśma na krótszym boku 1 serweta samoprzylepna 90x75cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stolik Mayo 75cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu 250cm 1 dren silikonowy Ch 14 x 50 cm 1 miska niebieska 250ml 1 pean 19cm 2 ostrza do skalpela nr 22 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm 1 rzep 14 cm x 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego . Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia a) 1x taśma samoprzylepna 9x51 cm b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. 80x98 cm, wykonany z miękkiej bawełny c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x25 cm d) 1x osłona na stolik Mayo min. 75 x 155 cm (±5cm) e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG f) 2 serweta gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG g) 1 x

zacisk do pępowiny h) 1 x opatrunek sterylny 10 x25cm i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 260/195 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestetycznym, w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór o wymiarach 18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duży worek przechwytyjący płyny (min. 70x85 cm). Worek powinien posiadać 2 zawory do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposażona w min. 3 organizatory przewodów typu rzep, poniżej worka powinna znajdować się chłonna podkładka na narzędzia. Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie suchy/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Papier zabezpieczający powinien posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych, 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu). 3 fartuchy wzmocnione –rozm. L do XL Opakowanie jednostkowe folia / Tyvek, wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 102000,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	10,00
Termin dostawy	10,00
Parametry techniczne	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: UWAGA: Zamawiający w opisie każdego zestawu przedstawia MINIMALNY SKŁAD ZESTAWU. Pozycje 2-8 – tolerancja +/-5% do podanych wymiarów. PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych Lp. Produkty - Parametry oceniane Parametry oferowane 1

ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII Podać parametr Parametry oceniane: Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać wartość Podać wartość Podać wartość 2

Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów) Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 3

Zestaw do chirurgii stawu biodrowego Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 4

Zestaw do zabiegów dłoni/stopy Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 5

Zestaw do zabiegów na kończynie Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 6

Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych Parametry oceniane Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na

wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać wartość Podać wartość Podać wartość 7 Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 8 Zestaw wieloelementowy podstawowy Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość 9 Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 230 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy) Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość * - Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru – za każdy oceniany parametr maksymalnie 5 p

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2 – Maski, czepki, ochroniacze, osłony

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Maska chirurgiczna I Maska chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa. Opakowanie kartonowe w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, wyraźnie opisane w języku polskim. Pakowane po 50 szt. Maska powinna spełniać wymagania normy 14683 (typ II). Wymagany współczynnik BFE (filtracji bakterii) $\geq 98\%$. Kolor niebieski lub zielony 2 Maska chirurgiczna II Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m². Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna

warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE $\geq 98\%$, ciśnienie różnicowe $< 29,4 \text{ Pa/cm}^2$ Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika 3 Maska chirurgiczna III Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83 g/m^2 z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy. Zgodna z normą 14683, typ IIR, BFE $\geq 98\%$, ciśnienie różnicowe $< 49,0 \text{ Pa/cm}^2$, odporna na przesiąkanie ($> 120 \text{ mmHg}$). Pakowana po 25 szt. 4 Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonanej w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty gumką. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor niebieski/zielony, rozmiar /podwyższony/. Wykonany na bazie włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze minimum 26 g/m^2 5 Ochraniacze na buty Chirurgiczne pokrowce na buty, wykonane z grubej i mocnej włókniny, nietoksyczne, niepyłące, oddychające, do stosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Kolor zielony lub biały

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 15200,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: UWAGA: * - W wypadku innej wielkości opakowania należy podać wielkość opakowania. Dla zachowania porównywalności ofert należy dokonać wyliczenia zgodnie z ilością sztuk w Formularzu asortymentowo – cenowym (w sztukach). Zamawiający dokona zakupu w pełnych opakowaniach.

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3 – Sterylna osłona na kończyne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Sterylna osłona na kończyne Sterylna osłona na kończyne o wymiarach 37 x 75cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m2, min. nieprzemakalności 160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończyne. 2 Sterylna osłona na kończyne Sterylna osłona na kończyne o wymiarach 37 x 105cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m2, min. nieprzemakalności 160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończyne.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 6200,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:– tolerancja +/-5% do podanych wymiarów

Część nr: 4 Nazwa: PAKIET NR 4 – Serwety sterylne i osłony

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 2 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 100 x 150 cm, wykonana w całości z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości dłuższego boku serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 3 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m²) (poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m²). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H₂O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H₂O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna), oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m² (strefa krytyczna.) (badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 4 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 175 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m² (jedną z warstw stanowi

folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m²)(poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m²).

Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H₂O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H₂O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorpcją płynów na poziomie >500 g/m²)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 5 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 240 x 150 cm, wykonana w całości nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m²)(poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m²).

Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H₂O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H₂O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorpcją płynów na poziomie >500 g/m²)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 6 Serweta sterylna z wycięciem „U” O wymiarach 220 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien.

Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 270 cm H₂O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 220 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorpcją płynów na poziomie >300 g/m²)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 7 Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 8 Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 9 Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 10 Serweta sterylna O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 11 Serweta sterylna O wymiarach 100 x 150cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 12 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 200 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura

56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013

wymagania wysokie 13 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 240 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.)

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 14

Sterylna serweta absorpcyjna O wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m² (+/- 5 g/m²) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >440 g/m²)(badane według EN ISO 9073-6). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) Wymaga się załączenia karty technicznej wyrobu. 15 Sterylna osłona na stolik Mayo, o wymiarach 75-80 x1 50-155 cm, wzmocniona chłonną włókniną na całej długości. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) 16 Sterylna jednorazowa osłona na przewody Wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wymiarach 13 x 244cm), złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE. 17 Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach 30x30cm , wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne. 18 Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użycia na bloku operacyjnym Wyrób medyczny klasy I sterylnej 19 Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana folii PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012.

Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). Wymaga się dostarczenia 1 szt. próbki sterylnej, gotowej do użycia na bloku operacyjnym. 20 Sterylna osłona na ramię "C" Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, wyposażony w zintegrowane taśmy (min. 3 sztuki) samoprzylepne do mocowania. Wymiary osłony 107x188 cm. 21 Sterylny żarzątkownik chirurgiczny wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m², min. nieprzemakalności >160 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 175 Kpa zakończony mankietem z włókna syntetycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 104000,00

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:– tolerancja +/-5% do podanych wymiarów

Część nr: 5 Nazwa: PAKIET NR 5 – Zestaw ochronny na stół operacyjny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Zestaw ochronny na stół operacyjny (duży) Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia

pacjenta a) serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorpcja >3000 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach - nośność > 150 kg b) Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 85 g/m2 - pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użytku na bloku operacyjnym Dopuszcza się serwetę do przykrycia pacjenta pakowaną osobno 2 Jednorazowe prześcieradło ochronne o wymiarach 80-100x210-230 cm, wykonane z mocnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (chłonna włóknina lub celuloza + folia PE). Kolor biały. Gramatura min.51 g/m2. Wyrób medyczny klasy I niesterylny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 35500,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00

Termin dostawy	20,00
----------------	-------

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: PAKIET NR 6 – Sterylne fartuchy chirurgiczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany włókniny typu SMS, kolor jasno niebieski o gramaturze min 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach; Łączenia wykonane techniką ultradźwiękową. Mankiet o dł. min. 8 cm, z tyłu zapięcie na długi rzep min 14 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Fartuch powinien charakteryzować się odpornością na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej min. 160 cm H₂O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 170 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L długość 138, XL długość 147, XXL długość 155 cm 2 Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany włókniny typu Spunlace, kolor jasno niebieski o gramaturze min 68 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach; Łączenia wykonane techniką ultradźwiękową. Mankiet o dł. min. 8 cm, z tyłu zapięcie na długi rzep min 14 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Fartuch powinien charakteryzować się odpornością na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej min. 110 cm H₂O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 330 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L długość 138, XL długość 147, XXL długość 155 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 77800,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet Nr 7 - Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m² zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 41400,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet Nr 8 – Spodenki do kolonoskopii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Flizelinowe spodenki do kolonoskopii zapewniają pacjentowi poczucie większego komfortu psychicznego podczas badania i transportu. Rozmiar uniwersalny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1800,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9 – Maty chłonne na podłogę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x101 cm Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwalej niestrzepiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repositionowania. 2 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwalej niestrzepiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. 3 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwalej niestrzepiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 2400,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin zapłaty	20,00
Termin dostawy	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: