

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku
oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZM/DN/DZ/341/02/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZM/DN/DZ/341/02/2019

PREZES ZARZĄDU


Agnieszka Wołowicz

RADCA PRAWNY
Zastępca


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie

strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl

e-mail: zp@zozsiemianowice.pl

tel./fax /32/ 228 – 18 – 86 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładow chłonnych i prześcieradeł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ,

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku zamówień:

kod CPV: 33.14.10.00 – 0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów.

Lp.	Nr Pakietu	Nazwa asortymentu
1	Pakiet nr 1	Zestawy do zabiegów operacyjnych
2	Pakiet nr 2	Maski, czepki, osłony, ochraniacze
3	Pakiet nr 3	Sterylnie osłony na kończyny
4	Pakiet nr 4	Serwety sterylne
5	Pakiet nr 5	Niesterylne podkłady i prześcieradła ochronne
6	Pakiet nr 6	Sterylnie fartuchy chirurgiczne
7	Pakiet nr 7	Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza + spodnie)
8	Pakiet nr 8	Spodenki flizelinowe do kolonoskopii z otworem
9	Pakiet nr 9	Maty chłonne na podłogę

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w Pakietach, w poszczególnych Pakietach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego.

3.5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.

4. Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ);
- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
- 5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.
- 5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.
- 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
- a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- Pakiet nr 1**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 2**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 15 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 3**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 6 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 4**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 5**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych każda o wartości nie niższej niż 30 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 6**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 70 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 7**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 40 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 8**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto
- Pakiet nr 9**
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 500,00 PLN brutto

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów. W przypadku usług w trakcie realizacji, wartość usług określona dla poszczególnych pakietów musi zostać osiągnięta dla zrealizowanej części zamówienia.

- 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
- 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

- 5.3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

- 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1- SIWZ.

- 5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

- 5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 6.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- a) Oświadczenia o zakresie zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, a przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu stanowiącego wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

- 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- 6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.**
- 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:
- 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
- 6.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- 6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.
- 6.10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
- 6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
- 6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ.
- 6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1 i 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

- a) Oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowany przedmiot zamówienia aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679 z późn. zm.)
- b) Materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów. Probki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

7.2. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w 7.1 złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.3. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia **stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ**.

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i pkt. 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których

mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, które stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- 8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i pkt. 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 8.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
- 8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 8.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 8.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
- 8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 8.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

- 9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
- 9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- a) Krzysztof Kot
 - e-mail: zp@zozsiemianowice.pl, numer faxu: 32 228-18-86
 - b) Paweł Jędrzejczak
 - e-mail: zp@zozsiemianowice.pl, numer faxu: 32 228-18-86
- 9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
- 10. Termin związania ofertą.**
- 10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 10.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.
- 10.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 11. Opis sposobu przygotowywania ofert.**
- 11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
- 11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 11.5. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
- 11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych,

ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł”
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/341/02/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeni operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł”
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/341/02/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

- 11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeni operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł”
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/341/02/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert..

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

- 11.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
11.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.; ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl., sekretariat (pok. A002),
b) termin składania ofert: do dnia **06.02.2019 r.** do godz. **09:30**

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.; ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój A-116
b) termin otwarcia ofert: w dniu **06.02.2019 r.** o godz. **10:00**

- 12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.

- 12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

- 12.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.
- 12.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
- 12.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 12.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 13. Opis sposobu obliczenia ceny.**
- 13.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 13.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
- 13.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 13.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
- 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
- 14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów „Terminu zapłaty” oraz „Okresu gwarancji”.
- 14.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
- Dla PAKIETU NR 1**
- A. Kryterium „Cena” w PLN:**
- a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
 - b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
$$\text{cena} = (\text{Cmin} / \text{C}) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
- B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:**
- a) znaczenie kryterium - 10% (10 pkt);
 - b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
$$\text{TZ} = (\text{TZ} / \text{TZmax}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
- Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zamawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
- C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:**
- a) znaczenie kryterium - 10% (10 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
 - b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
$$\text{TD} = (\text{OT} / \text{OTmin}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy

Wykonawca podaje termin dostawy w liczbach całkowitych.
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni.

D. Kryterium „Parametry techniczne” - zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ:

- a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (najlepsze parametry techniczne)
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Parametry techniczne”:
 $PT = (PTO / PTmax) \times 20 \text{ pkt}$
gdzie:
PT - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Parametry techniczne” ocenianej oferty
PTO – parametry techniczne w ofercie ocenianej
PTmax – parametry techniczne w ofercie z najlepiej ocenionej

Dla PAKIETÓW NR 2-9

A. Kryterium „Cena” w PLN:

- c) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
- d) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
 $cena = (Cmin / C) \times 60 \text{ pkt}$
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:

- c) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
- d) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
 $TZ = (TZ / TZmax) \times 20 \text{ pkt}$
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty

Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.

Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zamawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.

C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:

- c) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
- d) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
 $TD = (OT / OTmin) \times 20 \text{ pkt}$
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy

Wykonawca podaje termin dostawy w liczbach całkowitych.

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybrany Wykonawca zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni daty dokonania wyboru oferty do przedłożenia:

- aktualnego odpisu KRS lub aktualnej informacji KRS,
- wykazu zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Dodatkowo Wykonawca składa:

- a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
- b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- c) odrzucenia oferty odwołującego;
- d) opisu przedmiotu zamówienia;
- e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

17.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

17.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

17.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.


17.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień).

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

19. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:
- 19.1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 – go Maja 9, tel. 32 228 30 30, fax 32 228 14 98, e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl
- 19.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
- 19.3. „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie, w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 19.4. W sprawach dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się ze Szpitalem poprzez adres e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl, dzwoniąc na telefon 32 228 30 30 lub pisząc na adres Szpitala
- 19.5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 19.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
- 19.7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów, którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie krócej niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.
- 19.8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 19.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.
- 19.10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
20. Adres strony internetowej zamawiającego.
www.zozsiemianowice.pl
21. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
22. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,
 - 2) Załącznik nr 1A do SIWZ – opis parametrów ocenianych (jakościowych)
 - 3) Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy,
 - 4) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy
 - 5) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy,
 - 6) Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 - 7) Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw
 - 8) Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej
 - 9) Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o podwykonawcach

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam


Agnieszka Wołowicz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

- Dostawca gwarantuje:
 - terminowość dostaw: od 2 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;
 - zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;
 - dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie;
 - natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;
 - przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;
 - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;
 - termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;
 - realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
- Wymaga się aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane były etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.
- W przypadku wyrobów sterylnych wymaga się, aby na opakowaniu były 2 odklejane etykiety do archiwizacji danych z numerem serii i datą ważności produktu.
- Do oferty należy dołączyć karty techniczne producenta wyrobów gotowych oferowanych sterylnych serwet i zestawów potwierdzających ich zgodność z obowiązującą z Normą PN EN 13795, oraz z wymogami SIWZ – dotyczy: zestawów operacyjnych. Dla pozostałych wyrobów karty techniczne producenta wyrobów potwierdzające zgodność z wymogami SIWZ.
- W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek, w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie). W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej.
- Niezgodność złożonych na wezwanie próbek z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty
- Każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).
- W przypadku nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Wykonawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII	
	Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 320 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6cm, otoczony warstwą chłonną, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonną nie mniejsza niż 56g/m², Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 115 cm (±2 cm) c) min.1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (+/-2cm) d) min.- 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm e) 1x osłona na stół Mayo, 80(±5 cm) x150 cm (±5 cm) f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 195cm (± 5 cm) Wymagania: Wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	100 zestawów

2	Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów)	
	Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG 1 organizator przewodów typu rzep 14 cmx 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m ² - 74 g/m ²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m ² - 145g/m ²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	100 zestawów
3	Zestaw do chirurgii stawu biodrowego	
	Zestaw do chirurgii stawu biodrowego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75 cm x 150 cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 cm x 240 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm x 260 cm z wycięciem "U" 6 cm x 90 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m ² - 74 g/m ²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m ² - 145g/m ²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	120 zestawów
4	Zestaw do zabiegów dłoni/stopy	
	Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220 cm x 325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm (+0,5 cm) Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m ² - 74 g/m ²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m ² - 145g/m ²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	100 zestawów
5	Zestaw do zabiegów na kończynie	
	Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 23 cm x 2,5 cm 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i dwoma Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m ² - 74 g/m ²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m ² - 145g/m ²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	50 zestawów

6	Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych	
	Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 260 x 163/280 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 7 cm x 15 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	50 zestawów
7	Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana	
	Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręcznik 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP) 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 butelka Redona 200ml (harmonijkowa) 1 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania z filtrem i końcówką Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 19cm 6 ostrze nr 22 1 opaska elastyczna 15cmx4m 1 opaska podgipsowa 15cmx2,7m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 10x35cm 4 x Serweta sterylna o wymiarach 100 x 150cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 75x90 cm taśma na krótszym boku 1 serweta samoprzylepna 90x75cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego	100 zestawów

8	Zestaw wieloelementowy podstawowy	
	Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stolik Mayo 75cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu 250cm 1 dren silikonowy Ch 14 x 50 cm 1 miska niebieska 250ml 1 pean 19cm 2 ostrza do skalpela nr 22 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm 1 rzep 14 cm x 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m² - 74 g/m²) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m² - 145g/m²) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego .	60 zestawów
9	Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia	
	Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia a) 1x taśma samoprzylepna 9x51 cm b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. 80x98 cm, wykonany z miękkiej bawełny c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x25 cm d) 1x osłona na stolik Mayo min. 75 x 155 cm (±5cm) e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG f) 2 serwety gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG g) 1 x zacisk do pępowiny h) 1 x opatrunek sterylny 10 x25cm i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 260/195 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór o wymiarach 18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duży worek przechwytyjący płyny (min. 70x85 cm). Worek powinien posiadać 2 zawory do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposażona w min. 3 organizatory przewodów typu rzep, poniżej worka powinna znajdować się chłonna podkładka na narzędzia. Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m². Odporność na penetrację płynów > 270 cm H₂O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m² (badana według EN ISO 9073-6.). Papier zabezpieczający powinien posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych, 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu). 3 fartuchy wzmocnione –roz. L do XL Opakowanie jednostkowe folia / Tyvek, wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie.	300 zestawów

UWAGA:

Zamawiający w opisie każdego zestawu przedstawia MINIMALNY SKŁAD ZESTAWU. Pozycje 2-8 – tolerancja +/-5% do podanych wymiarów.

m/

PAKIET NR 2 – Maski, czepki, ochraniacze, osłony

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	Maska chirurgiczna I Maska chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa. Opakowanie kartonowe w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, wyraźnie opisane w języku polskim. Pakowane po 50 szt. Maska powinna spełniać wymagania normy 14683 (typ II). Wymagany współczynnik BFE (filtracji bakterii) $\geq 98\%$. Kolor niebieski lub zielony	14 000 szt.
2	Maska chirurgiczna II Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m ² . Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE $> / = 98\%$, ciśnienie różnicowe $< 29,4$ Pa/cm ² Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika	200 szt.
3	Maska chirurgiczna III Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m ² z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy. Zgodna z normą 14683, typ IIR, BFE $> / = 98\%$, ciśnienie różnicowe $< 49,0$ Pa/cm ² , odporna na przesiąkanie (> 120 mmHg). Pakowana po 25 szt.	500 szt.
4	Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonanej w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty gumką. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor niebieski/zielony, rozmiar /podwyższony/. Wykonany na bazie włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze minimum 26 g/m ²	15 000 szt.
5	Ochraniacze na buty Chirurgiczne pokrowce na buty, wykonane z grubej i mocnej włókniny, nietoksyczne, niepyłące, oddychające, do stosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Kolor zielony lub biały	1 000 szt.

UWAGA:

* - W wypadku innej wielkości opakowania należy podać wielkość opakowania. Dla zachowania porównywalności ofert należy dokonać wyliczenia zgodnie z ilością sztuk w Formularzu asortymentowo – cenowym (w sztukach). Zamawiający dokona zakupu w pełnych opakowaniach.

PAKIET NR 3 – Sterylna osłona na kończyny

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	Sterylna osłona na kończynę Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m ² , min. nieprzemakalności 160 cm H ₂ O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończynie.	400 szt.
2	Sterylna osłona na kończynę Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 37 x 105cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m ² , min. nieprzemakalności 160 cm H ₂ O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończynie.	400 szt.

– tolerancja +/-5% do podanych wymiarów

PAKIET NR 4 – Serwety sterylne i osłony

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m ² . Odporność na penetrację płynów > 270 cm H ₂ O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m ² (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	2 000 szt.

2	Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 100 x 150 cm, wykonana w całości z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości dłuższego boku serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	1 500 szt.
3	Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna), oraz absorpcją płynów na poziomie >500 g/m2 (strefa krytyczna). (badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego.	2 000 szt.
4	Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 175 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna), oraz absorpcją płynów na poziomie >500 g/m2 (strefa krytyczna). (badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego.	600 szt.
5	Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 240 x 150 cm, wykonana w całości nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna), oraz absorpcją płynów na poziomie >500 g/m2 (strefa krytyczna). (badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego.	500 szt.
6	Serweta sterylna z wycięciem „U” O wymiarach 220 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 270 cm H2O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 220 kPa (strefa krytyczna), oraz absorpcją płynów na poziomie > 180 g/m2 (strefa krytyczna). (badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego.	200 szt.

7	Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	400 szt.
8	Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	500 szt
9	Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	2 000 szt.
10	Serweta sterylna O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	2 000 szt.
11	Serweta sterylna O wymiarach 100 x 150cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	2 000 szt.
12	Serweta sterylna O wymiarach 150 x 200 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	1 500 szt.
13	Serweta sterylna O wymiarach 150 x 240 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811), wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie	400 szt.
14	Sterylna serweta absorpcyjna O wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku. Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >440 g/m2 (badane według EN ISO 9073-6). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego. Wymaga się załączenia karty technicznej wyrobu.	200 szt.

15	Sterylna osłona na stolik Mayo , o wymiarach 75-80 x 150-155 cm, wzmocniona chłonną włókniną na całej długości. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.)	1 500 szt.
16	Sterylna jednorazowa osłona na przewody Wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wymiarach 13 x 244cm), złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE.	400 szt.
17	Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach 30x30cm, wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne.	600 szt.
18	Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użycia na bloku operacyjnym Wyrób medyczny klasy I sterylnej	100 szt.
19	Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana folii PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). Wymaga się dostarczenia 1 szt. próbki sterylnej, gotowej do użycia na bloku operacyjnym.	100 szt.
20	Sterylna osłona na ramię "C" Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, wyposażony w zintegrowane taśmy (min. 3 sztuki) samoprzylepne do mocowania. Wymiary osłony 107x188 cm.	200 szt.
21	Sterylny żarzątko chirurgiczny wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m ² , min. nieprzemakalności >160 cm H ₂ O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 175 Kpa zakończony mankietem z włókna syntetycznego.	600 szt.

– tolerancja +/-5% do podanych wymiarów

PAKIET NR 5 – Zestaw ochronny na stół operacyjny

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	Zestaw ochronny na stół operacyjny (duży) Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia pacjenta a) serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorpcja >3000 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach - nośność > 150 kg b) Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 85 g/m2 - pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użytku na bloku operacyjnym Dopuszcza się serwetę do przykrycia pacjenta pakowaną osobno	1 000 szt.
2	Jednorazowe prześcieradło ochronne o wymiarach 80-100x210-230 cm, wykonane z mocnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (chłonna włóknina lub celuloza + folia PE). Kolor biały. Gramatura min.51 g/m2. Wyrób medyczny klasy I niesterylny.	10 000 szt.

PAKIET NR 6 – Sterylne fartuchy chirurgiczne

Lp.	Produkt	Średnioroczne zapotrzebowanie
1	Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany włókniny typu SMS, kolor jasno niebieski o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach; łączenia wykonane techniką ultradźwiękową. Mankiet o dł. min. 8 cm, z tyłu zapięcie na długi rzep min 14 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Fartuch powinien charakteryzować się odpornością na przenikanie cieczy w trefie wzmocnionej min. 160 cm H2O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 170 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L długość 138, XL długość 147, XXL długość 155 cm	10 000 szt.
2	Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany włókniny typu Spunlace, kolor jasno niebieski o gramaturze min 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach; łączenia wykonane techniką ultradźwiękową. Mankiet o dł. min. 8 cm, z tyłu zapięcie na długi rzep min 14 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Fartuch powinien charakteryzować się odpornością na przenikanie cieczy w trefie wzmocnionej min. 110 cm H2O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 330 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L długość 138, XL długość 147, XXL długość 155 cm	2 000 szt.

Pakiet Nr 7 - Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku

Lp	Produkt	Ilość/rok
Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza + spodnie)		
1	Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m ² zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).	10 000 szt.

Pakiet Nr 8 – Spodenki do kolonoskopii

Lp	Produkt	Ilość/rok
Spodenki flizelinowe do kolonoskopii z otworem		
1	Flizelinowe spodenki do kolonoskopii zapewniają pacjentowi poczucie większego komfortu psychicznego podczas badania i transportu. Rozmiar uniwersalny.	500 szt.

Pakiet Nr 9 – Maty chłonne na podłogę

Lp	Produkt	Ilość/rok
1	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ²) rozmiar 71x101 cm Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzepiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania.	26 szt.
2	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzepiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.	50 szt.
3	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ²) rozmiar 71x182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzepiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.	32 szt.

– tolerancja +/-5% do podanych wymiarów

Załącznik Nr 1A do SIWZ

PARAMETRY OCENIANE

PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych

Lp.	Produkty - Parametry oceniane	Parametry oferowane
1	ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII	Podać parametr
	Parametry oceniane: Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać wartość Podać wartość Podać wartość
2	Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów)	
	Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
3	Zestaw do chirurgii stawu biodrowego	
	Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
4	Zestaw do zabiegów dłoni/stopy	
	Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
5	Zestaw do zabiegów na kończynie	
	Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
6	Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych	
	Parametry oceniane Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H2O do 260 cm H2O i większy)	Podać wartość Podać wartość Podać wartość
7	Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana	

	Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
8	Zestaw wieloelementowy podstawowy	
	Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość
9	Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia	
	Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES (min. 250 kPa do 400 kPa i większy) Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 230 cm H₂O do 260 cm H₂O i większy)	Podać jaka: Podać wartość Podać wartość Podać wartość

* - Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru – za każdy oceniany parametr maksymalnie 5 pkt.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail:Osoba do kontaktu

Nazwa banku

Nr konta bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy.....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1*

(wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)

Cena ogólna netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT (.....%) tj.zł* /% tj. zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie:)

Pakiet Nr 2*

(wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)

Cena ogólna netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT (.....%) tj.zł* /% tj. zł.*

Wartość ogólna brutto.....zł

(słownie:)

*** NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLIE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.**

1. Oświadczamy, że:

1. gwarantujemy:

- terminowość dostaw: od 2 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;
- zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;
- dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie;
- natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;
- przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;
- posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;
- termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;
- realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
- że każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane będzie etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.
- że każdy produkt będzie posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

k) Iż w przypadku nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie, a ceną u innego Dostawcy.

2. Termin płatności:dni, (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.)

3. Oferujemy termin dostawy dni, (mieszczący się w przedziale 2 do 5 dni.)

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....
.....
.....

6. Zastrzeżenie Wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej:

.....
.....

8. Inne informacje Wykonawcy:

.....
.....

* niepotrzebne skreślić

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

UMOWA Nr SZM/..... / 2019 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia 2019 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082 REGON: 000308270

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowicz
zwanym w umowie **ZAMAWIAJĄCYM**

a firmą:

z siedzibą w (kod miejscowości:) przy ul.
NIP: , **REGON:**
zarejestrowaną w
w pod Nr o kapitale zakładowym w wysokościzł.
w imieniu której działa :

zwaną w umowie **DOSTAWCĄ**

Dostawca został wybrany w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZM/DN/DZ/341/02/2019 na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł
Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa Zamawiającemu przez Dostawcę produktów określonych w **PAKIECIE NR** w zakresie opisanym załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części umowy „SIWZ”.
2. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, na co niniejszym wyraża zgodę.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ oraz ofercie Dostawcy z dnia 2019 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Dostawca gwarantuje:
 - a) terminowość dostaw: do dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;
 - b) zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;
 - c) dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie;
 - d) natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;
 - e) przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;
 - f) posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;
 - g) termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;
 - h) realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 - i) że każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane będzie etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.
 - j) na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym obłożeń operacyjnych będzie podany nr serii oraz data ważności.
 - k) że każdy produkt posiadać będzie wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecnicztwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).
 - l) iż w przypadku nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

§ 2

1. Okres obowiązywania umowy ustala się na 1 rok tj. od dnia do dnia
2. Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień.
3. Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- a) Zamawiający przesyłać będzie Dostawcy zamówienia na piśmie (lub faksem) z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy licząc od dnia złożenia zamówienia,
- b) Realizacja dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia,
- c) Dostawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia na piśmie (lub faksem) otrzymania zamówienia.

§ 3

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:
 - w PAKIECIE NR wynosi zł netto (słownie: zł) zł brutto (słownie:zł)
 - w PAKIECIE NR wynosi zł netto (słownie: zł) zł brutto (słownie:zł)
2. Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.
3. Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
5. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4d) - w wysokości 1% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
 - c) nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w przypadkach innych niż określone w § 4 ust. 2 a), b) - w wysokości 0,2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.
 - d) w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - a) zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, po uprzednim, bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na wykonanie umowy;
 - b) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, a także w przypadku dostarczania produktów, co do których zostanie stwierdzona powtarzająca się co najmniej trzykrotnie ich wadliwość, lub produktów o niskiej jakości.
4. Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu od niej w trybie ust. 3, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Dostawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu zostanie złożone na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
 - zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
 - obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
 - zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie.

- zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
 - działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
 - zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
 - omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
 - mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
 - zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
 - zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu z zachowaniem ceny jednostkowej,
 - sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej – zmiany określone w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
3. Dopuszcza się używanie w fakturach określenia dostarczanego towaru zgodnego z systemem komputerowym Dostawcy, o ile pozwala on na ustalenie zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem i tożsamości produktów.

§ 8

1. Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Dostawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Dostawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową podmiotowi zawodowy trudniącemu się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

§ 9

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonywania przedmiotu umowy:

1. Ze strony Zamawiającego: **Apteka Szpitalna** tel./fax/e-mail: **32/228 19 30 / apteka@zoziemianowice.pl**
2. Ze strony Dostawcy: tel./fax/e-mail

§ 10

Spory wynikłe przy realizacji warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Załącznik:

1. Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ warunki projektu umowy:

.....
(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Katarzyna Dąbek-Krajewska



Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
(stempel firmowy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożenia operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego
użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy)

jako - upoważniony na piśmie* / wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym* / wpisany w ewidencji gospodarczej* **w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:**

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu tj: *

- 1) w okresie ostatnich 3 lat wykonałem: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

Pakiet nr 1

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 2

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 25 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 3

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 6 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 4

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 5

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych każda o wartości nie niższej niż 30 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 6

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 70 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 7

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 40 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 8

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 9

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych, każda o wartości nie niższej niż 2 500,00 PLN brutto

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
miejscowość, data

.....
/podpis Wykonawcy /
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

* - niewłaściwe skreślić, zaznaczyć tylko Pakiety na które składana jest ofert.

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIIE.

Lp.	Nazwa zadania	Przedmiot dostawy	Wartość usługi/ dostawy	Czas realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	UWAGI
				Początek	Zakończenie		

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

.....
(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

.....
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych
jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł ”

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, co Wykonawca

.....
ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów
:

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

“

Miejscowość, Data

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

Miejscowość, Data

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo

*** Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. **Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Załącznik nr 8 do SIWZ

.....
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

.....
miejscowość, data

.....
/podpis Wykonawcy /
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
miejscowość, data

.....
/podpis Wykonawcy /
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

