SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 13.02.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/02/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł – 9 Pakietów.

WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr pozycja 1 zestaw o składzie :
Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów:
a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51 g/m2 o wymiarach min. 200 x 320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6x8cm, otoczony warstwą chłonną, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niż 105g/m2 , łącznie min. 156 g/m2. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep.
b) 1x osłona na kończynę min. 33 x 115 cm
c) min.1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm
d) min.- 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach min.30x34cm
e) 1x osłona na stolik Mayo, 80x140
f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 195cm (± 5 cm)
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający dopuści zestaw o parametrach przedstawionych w pytaniu, jeżeli serweta główna jest nie przemakalna na całej powierzchni ze względu na specyfikę zabiegu artroskopii. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).
Pytanie nr 2 – Pakiet nr 1, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 2 zestaw o składzie :
Zestaw uniwersalny wzmocniony:
1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm
2 ręczniki min. 30 x 34 cm
1 serweta na stolik Mayo min.80 cm x 140 cm
20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG
1 organizator przewodów typu rzep 22 cmx 2 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 160 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej - min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g /m2
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania serwety o wymiarach min. 175x175cm. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).
Pytanie nr 3 – Pakiet nr 1, poz. 3

NIP 6431764082 REGON 000308270
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS Nr 0000490160,
Kapitał zakładowy 26 548 000,00 zł,

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 3 zestaw o składzie :
Zestaw do chirurgii stawu biodrowego:
1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm
2 ręczniki min. 30 x 34 cm
1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) min. 80 cm x 140 cm
3 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę min.33 cm x 116 cm
1 pean 19cm
1 miska 250 ml
30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 cm x 240 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna min.200 cm x 260 cm z wycięciem "U" min. 6 cm x 90 cm
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej – min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g/m2
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).
Pytanie nr 4 – Pakiet nr 1, poz. 4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 4 zestaw o składzie :
Zestaw do zabiegów dłoni/stopy:
1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 200cm
2 ręczniki min. 30 x 34 cm
1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 200cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm (+-0,5 cm),
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej – min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g/m2
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt mały rozmiar serwety głównej. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).
Pytanie nr 5 - Pakiet nr 1, poz. 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 5 zestaw o składzie :
Zestaw do zabiegów na kończynie
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm
2 ręczniki min. 30 cm x 34 cm
1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę min.33 cm x 116 cm
2 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm
1 organizator przewodów typu rzep 22 cm x 2 cm
1 serweta na kończynę min. 200 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6x8 cm i dwoma organizatorami przewodów
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej – min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g/m2
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).
Pytanie nr 6 - Pakiet nr 1, poz. 6
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 6 zestaw o składzie :

Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm
2 ręczniki min. 30cm x 34cm
1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm
1 serweta samoprzylepna min 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna min.200 x 1140/250 cm ze zintegrowanymi osłonami na
kończyny dolne, z otworem na krocze o śr 12 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów o gramaturze min. 59 g/m2
ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany jest większy rozmiar serwety ginekologicznej. Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 1, poz. 7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 7, zestawu :
Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm, wykonana z laminatu min. 59 g/m2
8 ręcznik min. 30 cm x 34 cm
1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość min.130cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura 45 g/m2)
1 serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm
3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.45g/m2)
1 osłona ortopedyczna na kończynę mi.33 cm x116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP)
2 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 butelka Redona min. 200ml
1 dren Redona CH. 14 min. 50cm
1 zestaw do odsysania **z filtrem** i końcówką Yankauer Ch. 30 długość drenu min. 300cm
1 miska niebieska 250ml
1 pojemnik do liczenia igieł
1 strzykawka 100ml
1 pean 19cm
6 ostrze nr 22
1 opaska elastyczna min.15cmx4m
1 opaska podgipsowa min. 15cmx2,7m
2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm
80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm
1 opatrunek pooperacyjny min. 9x30 cm
4 x Serweta sterylna o wymiarach 100 x 150cm,wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), wykonana z laminatu min. 59 g/m2
2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 75x90 cm taśma na krótszym boku,
1 serweta samoprzylepna 90x75cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP), wykonana z laminatu min. 59 g/m2
1 serweta na kończynę min. 200 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6x8 cm,
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej – min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g/m2
ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie pod warunkiem zaoferowania opatrunku pooperacyjnego o wymiarach min. 10x35cm (+/- 5%) oraz butelki Redona płaskiej (harmonijkowej). Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 1, poz. 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 8 , zestaw o składzie :
Zestaw wieloelementowy podstawowy:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm
8 ręczniki min.30 cm x 34 cm
1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość min.130cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP)
1 serweta na stolik Mayo min.80cm x 140 cm
3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość min. 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min)

1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu min.250cm
1 dren silikonowy Ch 14 x 50 cm
1 miska niebieska 250ml
1 pean 19cm
2 ostrza do skalpela nr 22
2 ostrza do skalpela nr 10
50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm
1 opatrunek pooperacyjny min.9x30cm
4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym
1 taśma samoprzylepna 10x50cm
1 rzep min.14 cm x 2 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione min.75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.160 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm
Wymagania:
Gramatura w części podstawowej - min. 51 g/m2
Gramatura w obszarze wzmocnionym – min. 156 g/m2

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania. Wymagana jest serweta wzmocniona o ramiarze podanym w opisie tj: 175x175cm (+/-5%). Jednocześnie Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm).

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 1, poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 9, zestaw o składzie :
Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia
a) 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm
b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. min. 70x80 cm, wykonany z miękkiej bawełny
c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 9x25 cm
d) 1x osłona na stolik Mayo min.80 x 140 cm
e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG
f) 2 serweta gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG
g) 1 x zacisk do pępowiny
h) 1 x opatrunek sterylny min. 9 x25cm
i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 200 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestezjologicznym , w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór o wymiarach min. 18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duży worek przechwytujący płyny . Worek powinien posiadać zawór do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposażona w min. 2 organizatory przewodów .
Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min.56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1)
1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu). 3 fartuchy wzmocnione –rozm. L do XL

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuści proponowany zestaw pod warunkiem posiadania chłonnej podkładki na narzędzia poniżej worka przechwytującego płyny.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 4, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 1,2 serwety wykonane w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min.56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1),

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 4, poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 3, serwetę o wymiarach min.75 x 90 cm, w całości wzmocnioną wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze min105 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy > 970 cm H2O (strefa krytyczna) (badane według EN 20811), odporność na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 160/120 kPa

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 12 - Pakiet nr 4, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 4, Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona

O wymiarach min. 160 x180 cm, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 51 g/m2) oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu 4- warstwowego o gramaturze 105 g/m2 .Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 156 g/m2. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 900 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 50 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 160/120 kPa (strefa krytyczna)

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiaru podanego w SIWZ.

Pytanie nr 13 - Pakiet nr 4, poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 5 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona

O wymiarach 150 x240 cm, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 51 g/m2), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu 4- warstwowego o gramaturze 105 g/m2 .Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 156 g/m2. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 900 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 50 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 160/120 kPa (strefa krytyczna)

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 4, poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 6, Serweta sterylna z wycięciem „U" O wymiarach min. 200 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. min. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 900 cm H2O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 160 /120 kPa (strefa krytyczna)

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 4, poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 7 , Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 6x8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min.56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 4, poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 8, Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 6 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min.56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1),

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 4, poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 9, Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1),

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 18 - Pakiet nr 4, poz. 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 10, Serweta sterylna O wymiarach min.75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 150 kPa (badane według EN ISO 19938-1)

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 19 - Pakiet nr 4, poz. 11,12,13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 11,12,13, serwety sterylne wykonane w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 900 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 1500 kPa (badane według EN ISO 19938-1),

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 20 - Pakiet nr 4, poz. 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 14,serwety sterylnej absobcyjnej min. 40x48cm. 4- warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna o gramaturze 105 gr/m2 wykonanym z folii perforowanej, dwóch warstw włókniny i folii PE o wymiarach 50x50 cm z taśmą samoprzylepna na dłuższym boku . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >900 g/m2)(badane według EN ISO 9073-6).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wykreśla pozycje nr 14 z Pakietu nr 4. Ulegają zmiany w zapisie Załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz w zapisie Załącznika nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy do SIWZ. Poprawne zapisy Pakietu nr 4 w załączeniu do przedmiotowego pisma.

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 4, poz. 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w Pakiecie nr 4, pozycja 14, serwety absobcyjnej . Opisana w pakiecie 6-warstowa serweta nie występuje u innych producentów co może wskazywać na opis jednej firmy a tym samym ograniczać uczciwą konkurencję .

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wykreśla pozycje nr 14 z Pakietu nr 4. Ulegają zmiany w zapisie Załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz w zapisie Załącznika nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy do SIWZ. Poprawne zapisy Pakietu nr 4 w załączeniu do przedmiotowego pisma

Pytanie nr 22 - Pakiet nr 4, poz. 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 16, Sterylna jednorazowa osłona na przewody. Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, o wymiarach min.13 x 244cm, złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z foli PE.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza. Podane wymiary w SIWZ są wymiarami nominalnymi i zgodnie z zapisem pod tabelą Pakietu nr 4 Zamawiający dopuścił tolerancję +/-5% do podanych wymiarów.

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 4, poz. 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 17, Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach min. 30x30cm, wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza. Podane wymiary w SIWZ są wymiarami nominalnymi i zgodnie z zapisem pod tabelą Pakietu nr 4 Zamawiający dopuścił tolerancję +/-5% do podanych wymiarów.

Pytanie nr 24 - Pakiet nr 4, poz. 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 18, Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, żel pakowany osobno (5 g), dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Brak papieru krepowego.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 25 - Pakiet nr 4, poz. 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 19, Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej.

Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość min.12 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła).

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 26 - Pakiet nr 4, poz. 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, pozycja 20, Sterylna osłona na ramię "C"
Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, składający się z:
- osłona na górną część z gumką na obwodzie 100x160 cm – 1 szt.
- Osłona na dolną część z gumką w obwodzie 80x150- 1 szt
- taśma usztywniająca z samoprzylepnymi brzegami 3x100 cm – 3 szt

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Pakiet nr 4, poz. 21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w Pakiecie nr 1, pozycji 21

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wyłącza pozycji 21 z Pakietu.

Pytanie nr 28 - Pakiet nr 1, poz. 1 – 9 i Pakiet nr 4, poz. 15

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1-9 oraz w Pakiecie 4, pozycja 15 serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80-140cm.
Jednocześnie informujemy iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia naruszył regulację art. 29 ust. 2 i 3 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych poprzez wskazanie produktu, którego jedynym producentem/dystrybutorem jest firma KNK sp.z o.o. Konkretnie mowa tu o serwecie Mayo w poniższym rozmiarze, który pomimo różnego opisu jest w stanie spełnić tylko produkt w.wym. firmy tj.:

- **Pakiet 1 pozycja 1-9:** Serweta na stolik Mayo rozmiary: 80(±5 cm) x150 cm (±5 cm), 75 cm x 150 cm oraz 75 x 155 cm (±5cm);
- **Pakiet 4 pozycja 15:** Serweta na stolik Mayo rozmiar 75-80 x1 50-155cm.

Powyższy opis ewidentnie wskazuje preferowanego Wykonawcę, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i rażąco ogranicza dostęp innych Wykonawców do przystąpienia do przetargu.
Zamawiający formułując w ten sposób parametry przedmioty zamówienia ograniczył tym samym krąg potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, oferujących produkty innych marek. Takie opisanie przedmiotu bez wątpienia jest wadliwe gdyż faworyzuje dostawców konkretnej marki.
Prosimy o dopuszczenie w pakietach wyżej wymienionych serwety na stolik Mayo, o którą pytamy lub zmianę opisu w ten sposób by nie było wątpliwości co do kwestii faworyzowania jednego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający ujednolica rozmiar osłony na stolik Mayo w zapisach Pakietu nr 1 pozycja 1 – 9 oraz w Pakiecie nr 4 pozycja 15 do następujących wymiarów 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.

Pytanie nr 29 - Pakiet nr 4, poz. 14

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4 pozycja 14 serwety sterylnej absorpcyjnej min. 40x48cm. 4- warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna o gramaturze 105 gr/m2 wykonanym z folii perforowanej, dwóch warstw włókniny i folii PE o wymiarach 50x50 cm z taśmą samoprzyłepna na dłuższym boku. Serweta charakteryzuje się wysoką absorpcją >900 g/m2 (badane według EN ISO 9073-6).
Jednocześnie informujemy iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia naruszył regulację art. 29 ust. 2 i 3 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych poprzez wskazanie produktu, którego jedynym producentem/dystrybutorem jest firma KNK sp.z o.o. Konkretnie mowa tu o serwecie 6-warstwowej absorpcyjnej o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku. Powyższy opis ewidentnie wskazuje preferowanego Wykonawcę, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i rażąco ogranicza dostęp innych Wykonawców do przystąpienia do przetargu.
Zamawiający formułując w ten sposób parametry przedmioty zamówienia ograniczył tym samym krąg potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, oferujących produkty innych marek. Takie opisanie przedmiotu bez wątpienia jest wadliwe gdyż faworyzuje dostawców konkretnej marki.
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie wyżej wymienionym serwety absorpcyjnej min. 40x48cm. 4- warstwowej, o którą pytamy lub zmianę opisu w ten sposób by nie było wątpliwości co do kwestii faworyzowania jednego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wykreśla pozycje nr 14 z Pakietu nr 4. Ulegają zmiany w zapisie Załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz w zapisie Załącznika nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy do SIWZ. Poprawne zapisy Pakietu nr 4 w załączeniu do przedmiotowego pisma

Pytanie nr 30 - Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań handlowych a'10 szt. z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 31 - Pakiet nr 2, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań handlowych a'50 szt. z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 32 - Pakiet nr 2, poz. 4-7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań handlowych a'100 szt. z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 33 - Pakiet nr 2, poz. 4-7

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 34 - Pakiet nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35 - Pakiet nr 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ (wstawka pochłaniająca pot).

Pytanie nr 36 - Pakiet nr 2, poz. 6

Czy zamawiający oczekuje czepka typu beret czy furażerka?

ODPOWIEDŹ.

Typu furażerka.

Pytanie nr 37 - Pakiet nr 2, poz. 7

Czy zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z włókniny polipropylewnowej bez perforacji?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ (z perforacją).

Pytanie nr 38 - Pakiet nr 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań handlowych a'100 szt. z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 39 - Pakiet nr 1, poz. 1

Pakiet 1 pozycja: 1 Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów

Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych wzmocnionych, samoprzylepnych o gramaturze w obszarze wzmocnionym 119 g/m2

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 40 - Pakiet nr 1, poz. 2

Pakiet 1 pozycja: 2 Zestaw uniwersalny wzmocniony

Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych wzmocnionych, samoprzylepnych o gramaturze w obszarze wzmocnionym 107 g/m2

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 41 - Pakiet nr 1, poz. 3

Pakiet 1 pozycja: 3 Zestaw do chirurgii stawu biodrowego

Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej (ekran anestezjologiczny) 150 x 240 cm o gramaturze w obszarze wzmocnionym 107 g/m2.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 42 - Pakiet nr 1, poz. 8

Pakiet 1 pozycja : 8 Zestaw wieloelementowy podstawowy

Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych wzmocnionych, samoprzylepnych o gramaturze w obszarze wzmocnionym 121 g/m2

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 43 - Pakiet nr 1, poz. 9

Pakiet 1 pozycja : 9 Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego

1. Prosimy o dopuszczenie serwety do zabiegu cięcia cesarskiego w rozmiarze 260/200x305 cm
2. Prosimy o dopuszczenie serwety na stół do instrumentarium w rozmiarze 150 x 200 cm z warstwą chłonną w rozmiarze 66 x 200 cm.

ODPOWIEDŹ.

Ad 1. i Ad 2. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 44 - Pakiet nr 4, poz. 20

Pakiet 4 pozycja : 20 Sterylna osłona na ramię C

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny pokrowiec na ramię C o rozmiarze 104x204cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza osłonę na ramie C w rozmiarze podanym w pytaniu.

Pytanie nr 45 - Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany z włókniny typu SMMS, o gramaturze 35 g/m2, w kolorze turkusowym? Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej min. 123 cm H2O (zgodnie z wymaganiami wysokimi dla powierzchni krytycznej normy 13795), wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 144 kPa (odporność zgodna z wymaganiami wysokimi dla powierzchni krytycznej normy 13795). Rozmiary: L długość 130 cm, XL długość 150 cm, XXL długość 150 cm poszerzony. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 46 - Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany włókniny typu Spunlace, o gramaturze 68 g/m2 w kolorze turkusowym. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. się Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej > 110 cm H2O, odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie mokro / sucho > 153 kPa (odporność zgodna z wymaganiami wysokimi dla powierzchni krytycznej normy 13795). Rozmiary: L długość 130 cm, XL długość 150 cm, XXL długość 150 cm poszerzony. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 47 - Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej o odporności na wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, czystości pod względem cząstek stałych równej <3,4 IPM, pylenie równe 3,2 Log10 dostępnych w rozmiarach XS- XXL? Bluzy bez napy pod szyją, spodnie bez kieszeni bocznej na nogawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 48 - Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:
maska chirurgiczna z poziomym mocowaniem troków o zwiększonej powierzchni maski- odpowiedniej dla osób z zarostem. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Maska zgodna z normą EN 14683, typ II, BFE>/=98%, ciśnienie różnicowe <20.00. Kolor niebieski. Pakowana po 50 sztuk w formie podajnika.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 49 - Pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:
maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki po 25 szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne podane w pytaniu.

Pytanie nr 50 - Pakiet nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 51 - Pakiet nr 2, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie niebieskich ochraniaczy na obuwie wykonanych z włókniny polipropylenowej z dodatkowym antypoślizgowym spodem.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 - Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy :
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100cm2,
- gramatura podstawowa: 295 g/m2
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %
- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową białą serwetą do repozycjonowania i przykrycia pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza – wymaga, aby podkład był paroprzepuszczalny, serweta do przykrycia pacjenta o wymiarach min. 100x200cm.

Pytanie nr 53 - Pakiet nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego prześcieradła ochronnego wykonanego z włókniny polipropylenowej powlekanego folią PE o gramaturze 40g/m^2, które nie jest wyrobem medycznym w związku z czym jest objęte stawką 23% VAT.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54 - Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego w kolorze ciemnoniebieskim, którego długość mankietu wynosi min. 7,5 cm, natomiast długość zapięcia z tyłu na rzep wynosi min. 10cm. Wewnętrzne owinięcie zestawu wykonane jest z włókniny. Wyraźne oznakowanie rozmiaru znajduje się na opakowaniu papier-folia oraz na metce fartucha. Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 150cm H2O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 117 kPa i min.140 kPa w obszarze krytycznym. Rozmiar L długość 130 cm, XL długość 140 cm, XXL 150cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 55 - Pakiet nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego, którego długość mankietu wynosi min. 7 cm. Rękawy łączone za pomocą klejenia. Wewnętrzne owinięcie zestawu wykonane jest z włókniny. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 320 kPa. Rozmiar L długość 120 cm, XL długość 130 cm, XLL długość 150 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 56 - Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny SMMS.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodenek wykonanych z tkaniny SMMS.

Pytanie nr 57 - Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ, lecz o rozmiarach: L – długość 127cm, XL długość 127cm, XLL-L długość 152cm?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 58 - Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ, lecz o rozmiarach: L długość 121cm, XL długość 132cm, XXL-L długość 148cm?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 59 - Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 sterylny fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H_2O, odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho >140 kPA. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001.
Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. W rozmiarach (tolerancja +/- 2cm): M (długość 120cm), L (długość 130cm), XL (długość 140cm), XXL (długość 150cm), XXXL (długość 160cm)

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 60 - Pakiet nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 2 jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace (Sontara) w gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13 795, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 180 cm H_2O, odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym >350 kPA. Wzmocnienie z „oddychającego" laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki. Zapakowany wewnętrznie w serwetę włókninową wraz z 2. wiskozowymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001.

Pakowane po 25 sztuk w opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. W rozmiarach (tolerancja +/- 2cm): M (długość 120cm), L (długość 130cm), XL (długość 140cm), XXL (długość 150cm).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów (długości fartuchów podanych w SIWZ).

Pytanie nr 61 - Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 komplet chirurgiczny z włókniny SMMS. Wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w kolorze zielonym. Komplet jednorazowy. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych).Okres ważności – 5 lat. Bluza i spodnie pakowane razem jako jeden komplet. Posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru na bluzie i na spodniach. Odporność na wypychanie na sucho min. 55 kPa, czystość pod względem cząstek stałych równa 3,0 IPM, pylenie równe 3,8 Log10 (liczba cząstek) badania zgodne z EN 13795:2011+A1:2013

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ – wykonanie z włókniny bawełnopodobnej.

Pytanie nr 62 - Pakiet nr 1, poz. 1,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 1, 4, 5, 6 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert, a postępowanie będzie bardziej konkurencyjne.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 63 - Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep")do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m2

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak warstwy chłonnej w strefie krytycznej w serwecie głównej.

Pytanie nr 64 - Pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 4 zestawu do zabiegów dłoni/stopy w następującym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno ø 3cm na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 65 - Pakiet nr 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 5 zestawu do zabiegów na kończynie w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
• 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
• 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
• 1 osłona na kończynę 35x80cm,
• 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m2
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt mały rozmiar osłony na kończynę.

Pytanie nr 66 - Pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 6 zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych w następującym składzie:
• 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
• serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
• 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
• przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt mały rozmiar otworu w serwecie głównej z workiem do przechwytywania płynów.

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień **15.02.2019 r. do godz. 09:30** oraz termin otwarcia ofert na dzień **15.02.2019 r. godz. 10:00**.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec