Ogłoszenie nr 540028082-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.

Siemianowice Śląskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507504-N-2019

Data: 2019-01-28

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.

Adres strony internetowej (url): www.zozsiemianowiece.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: 2019-02-06, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: 2019-02-15, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1

Punkt: Część nr 1

W ogłoszeniu jest: ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 320 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o

średnicy 6cm, otoczony warstwą chłonną, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niŜ 56g/m2, Serweta jest wyposaŜona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 115 cm (±2 cm) c) min.1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (+/-2cm) d) min.- 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm e) 1x osłona na stolik Mayo, 80(±5 cm) x150 cm (±5 cm) f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 195cm (± 5 cm) Wymagania: Wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2 Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących duŜą ilość płynów) Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG 1 organizator przewodów typu rzep 14 cmx 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do chirurgii stawu biodrowego 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75 cm x 150 cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 cm x 240 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm x 260 cm z wycięciem "U" 6 cm x 90 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220 cm x 325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm (+-0,5 cm) Wymagania:

Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 23 cm x 2,5 cm 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i dwoma Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 260 x 163/280 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 7 cm x 15 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik https://bzp.uzp.gov.pl /ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a284be... 15 instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręcznik 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP) 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 butelka Redona 200ml (harmonijkowa) 1 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania z filtrem i końcówką Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 19cm 6 ostrze nr 22 1 opaska elastyczna 15cmx4m 1 opaska podgipsowa 15cmx2,7m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 10x35cm 4 x Serweta sterylna o wymiarach 100 x

150cm,wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 75x90 cm taśma na krótszym boku 1 serweta samoprzylepna 90x75cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stolik Mayo 75cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu 250cm 1 dren silikonowy Ch 14 x 50 cm 1 miska niebieska 250ml 1 pean 19cm 2 ostrza do skalpela nr 22 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm 1 rzep 14 cm x 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego . Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia a) 1x taśma samoprzylepna 9x51 cm b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. 80x98 cm, wykonany z miękkiej bawełny c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x25 cm d) 1x osłona na stolik Mayo min.75 x 155 cm (±5cm)\ e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG f) 2 serweta gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG g) 1 x zacisk do pępowiny h) 1 x opatrunek sterylny 10 x25cm i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 260/195 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestezjologicznym , w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór

o wymiarach18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duŜy worek przechwytujący płyny (min. 70x85 cm). Worek powinien posiadać 2 zawory do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposaŜona w min. 3 organizatory przewodów typu rzep, poniŜej worka powinna znajdować się chłonna podkładka na narzędzia. Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Papier zabezpieczający powinien posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych, 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu). 3 fartuchy wzmocnione –rozm. L do XL Opakowanie jednostkowe folia / Tyvek, wyposaŜone w min. dwie etykiety samoprzylepne słuŜące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie.

W ogłoszeniu powinno być: ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 320 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6cm, otoczony warstwą chłonną, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niż 56g/m2, Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 115 cm (±2 cm) c) min.1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (+/-2cm) d) min.- 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm e) 1x osłona na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 195cm (± 5 cm) Wymagania: Wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2 Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw uniwersalny wzmocniony (do zabiegów generujących dużą ilość płynów) Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x

140-150(±5cm) 20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG 1 organizator przewodów typu rzep 14 cmx 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do chirurgii stawu biodrowego Zestaw do chirurgii stawu biodrowego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 cm x 240 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm x 260 cm z wycięciem "U" 6 cm x 90 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów dłoni/stopy Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220 cm x 325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm (+-0,5 cm) Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów na kończynie Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1

organizator przewodów typu rzep 23 cm x 2,5 cm 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i dwoma Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 260 x 163/280 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 7 cm x 15 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręcznik 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura) 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP) 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 butelka Redona 200ml (harmonijkowa) 1 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania z filtrem i końcówką Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 19cm 6 ostrze nr 22 1 opaska elastyczna 15cmx4m 1 opaska podgipsowa 15cmx2,7m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 10x35cm 4 x Serweta sterylna o wymiarach 100 x 150cm,wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina

PP) 75x90 cm taśma na krótszym boku 1 serweta samoprzylepna 90x75cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego Zestaw wieloelementowy podstawowy Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 8 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu 250cm 1 dren silikonowy Ch 14 x 50 cm 1 miska niebieska 250ml 1 pean 19cm 2 ostrza do skalpela nr 22 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm 1 rzep 14 cm x 2,5 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (125g/m2 - 145g/m2) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego . Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia a) 1x taśma samoprzylepna 9x51 cm b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. 80x98 cm, wykonany z miękkiej bawełny c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x25 cm d) 1x osłona na stolik Mayo o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG f) 2 serweta gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG g) 1 x zacisk do pępowiny h) 1 x

opatrunek sterylny 10 x25cm i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 260/195 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestezjologicznym , w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór o wymiarach18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duży worek przechwytujący płyny (min. 70x85 cm). Worek powinien posiadać 2 zawory do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposażona w min. 3 organizatory przewodów typu rzep, poniżej worka powinna znajdować się chłonna podkładka na narzędzia. Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Papier zabezpieczający powinien posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych, 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu). 3 fartuchy wzmocnione –rozm. L do XL Opakowanie jednostkowe folia / Tyvek, wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie. UWAGA: Zamawiający w opisie każdego zestawu przedstawia MINIMALNY SKŁAD ZESTAWU. Pozycje 2-8 – tolerancja +/-5% do podanych wymiarów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1

Punkt: Część nr 4

W ogłoszeniu jest: 1 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej

długości serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 2 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 100 x 150 cm, wykonana w całości z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości dłuższego boku serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 3 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do

protokołu medycznego. 4 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 175 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 5 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 240 x 150 cm, wykonana w całości nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie

na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 6 Serweta sterylna z wycięciem „U" O wymiarach 220 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 270 cm H2O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 220 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >300 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 7 Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do

wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 8 Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 9 Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 10 Serweta sterylna O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 11 Serweta sterylna O wymiarach 100 x 150cm,wykonana w całości z laminatu

dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 12 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 200 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 13 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 240 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 14 Sterylna serweta absorpcyjna O wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >440

g/m2)(badane według EN ISO 9073-6). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) Wymaga się załączenia karty technicznej wyrobu. 15 Sterylna osłona na stolik Mayo, o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) wzmocniona chłonną włókniną na całej długości. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) 16 Sterylna jednorazowa osłona na przewody Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, o wymiarach 13 x 244cm), złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z foli PE. 17 Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach 30x30cm , wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne. 18 Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użycia na bloku operacyjnym Wyrób medyczny klasy I sterylny 19 Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o

grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). Wymaga się dostarczenia 1 szt. próbki sterylnej, gotowej do użycia na bloku operacyjnym. 20 Sterylna osłona na ramię "C" Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, wyposażony w zintegrowane taśmy (min. 3 sztuki) samoprzylepne do mocowania. Wymiary osłony 107x188 cm. 21 Sterylny zarękawek chirurgiczny wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m2, min. nieprzemakalności >160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 175 Kpa zakończony mankietem z włókna syntetycznego.
W ogłoszeniu powinno być: 1 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 2 Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 100 x 150 cm, wykonana w

całości z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości dłuższego boku serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 3 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO

9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 4 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 175 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 5 Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 240 x 150 cm, wykonana w

całości nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2)(poliester + folia PE) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 6 Serweta sterylna z wycięciem „U" O wymiarach 220 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik

pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 270 cm H2O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 220 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >300 g/m2)(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. 7 Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 8

Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 9 Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 10 Serweta sterylna O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen,

polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 11 Serweta sterylna O wymiarach 100 x 150cm,wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 12 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 200 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811)

,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 13 Serweta sterylna O wymiarach 150 x 240 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie 15 Sterylna osłona na stolik Mayo, o rozmiarach 80 (±5 cm) x 140-150(±5cm) wzmocniona chłonną włókniną na całej długości. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) 16 Sterylna jednorazowa osłona na przewody

Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, o wymiarach 13 x 244cm), złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z foli PE. 17 Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach 30x30cm , wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne. 18 Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użycia na bloku operacyjnym Wyrób medyczny klasy I sterylny 19 Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa

sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). Wymaga się dostarczenia 1 szt. próbki sterylnej, gotowej do użycia na bloku operacyjnym. 20 Sterylna osłona na ramię "C" Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, wyposażony w zintegrowane taśmy (min. 3 sztuki) samoprzylepne do mocowania. Wymiary osłony 107x188 cm. 21 Sterylny zarękawek chirurgiczny wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m2, min. nieprzemakalności >160 cm H2O i wytrzymałości na

rozrywanie na sucho min. 175 Kpa zakończony mankietem z włókna syntetycznego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1
Punkt: Część nr 8
W ogłoszeniu jest: Flizelinowe spodenki do kolonoskopii zapewniają pacjentowi poczucie większego komfortu psychicznego podczas badania i transportu. Rozmiar uniwersalny.
W ogłoszeniu powinno być: 1 Flizelinowe spodenki do kolonoskopii zapewniają pacjentowi poczucie większego komfortu psychicznego podczas badania i transportu. Rozmiar uniwersalny. – Dopuszczono włókninę SMMS.