SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 15.02.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/04/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dostawy sprzętu medycznego do rehabilitacji: Rower stacjonarny treningowy, urządzenie do treningu biofeedback"

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1
Dot. pakietu 1
Czy Zamawiający dopuści rower treningowy o poniższych parametrach:
Cykloergometr
Łatwe i precyzyjne zadawanie obciążenia w czasie wykonywania badań wysiłkowych, prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej oraz wykonywania innych ćwiczeń,
automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia,
obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania (w zakresie 30÷160 obr/min),
pomiar częstości akcji serca wraz z nadzorowaniem zdefiniowanej uprzednio wartości granicznej,
wbudowany automatyczny miernik ciśnienia krwi (opcjonalnie),
czytnik kart chipowych umożliwiający łatwą i szybką identyfikację pacjenta,
automatyczna kalibracja systemu pomiarowego,
3" wyświetlacz LCD z regulacją jasności prezentujący wartości: wybrany program badania, moc, obroty, numer fazy, czas do końca fazy, czas trwania badania, HR, pomiar ciśnienia krwi, komunikaty dla pacjenta – zwolnij/przyspiesz oraz komunikaty o alarmach i awariach,
Dane techniczne:

- hamulec ergometru: bezstykowy hamulec elektromagnetyczny, sterowany
- elektronicznie pomiarem mocy chwilowej
- zakres obciążenia: 10 – 999 W co 1 W
- dokładność obciążenia: 5 % ± 5 W, w zależności od obciążenia
- zakres obrotów: 30 – 160 obr/min
- zakres pomiaru HR: 20 – 255 ud./min
- pomiary ciśnienia: skurczowe: 40 do 260 mmHg
- rozkurczowe: 25 do 200 mmHg
- programy obciążeń: 13 programów standardowych w tym: 2 ręczne,
- Bruce, WHO, program z liniowym narastaniem mocy,
- trening interwałowy, trening impulsowy, 2 protokoły
- sterowania zewnętrznego przez RS-232, program
- komunikacji Bluetooth z systemem Peleton Plus,
- 6 programów projektowanych przez użytkownika
- za pomocą klawiatury
- czas fazy: 1 - 99 min
- ilość faz: elastyczny algorytm zapamiętywania pozwalający
- na zaprogramowanie do kilkudziesięciu faz
- kalibracja: automatyczna (po włączeniu cykloergometru)
- alarmy: świetlne i dźwiękowe
- sterowanie: zewnętrzne za pomocą złącza RS-232 lub Bluetooth
- (Peleton plus)
- regulacja siodełka: 78,5 – 107,5 cm w pionie
- wymiary (dł x szer x wys): 107 x 57 x 116 cm
- masa: <48 kg

NIP 6431764082 REGON 000308270
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS Nr 0000490160,
Kapitał zakładowy 26 548 000,00 zł.

- dopuszczalna masa pacjenta: 150 kg
- zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60 VA

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania o parametrach opisanych w pytaniu, równoważne do opisanego urządzenia w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rower stacjonarny treningowy o wymiarach 128 x 62 x 146 cm?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza wymiary podane w pytaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec