Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9
www.zozsiemianowice.pl | sekretariat@zozsiemianowice.pl

Siemianowice Śląskie 13.07.2021 r.

Znak sprawy SZM/DZ/341/18/2021

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg w trybie podstawowym na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy zestawu holterowskiego – systemu analizy holterowskiej EKG i ciśnienia.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1
Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
L.p. II REJESTRATOR HOLTEROWSKI 12-KANAŁOWY , pkt 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator EKG o wymiarach 64 mm x 98 mm x 25 mm?
Pozostałe wymagania bez zmian.
ODPOWIEDŹ.
Podane wymiary są wymiarami maksymalnymi. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rejestrator o podanych w pytaniu wymiarach.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Sikora Kałużna