

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

www.zozsiemianowice.pl | sekretariat@zozsiemianowice.pl

Znak sprawy SZM/DZ/340/01/2021

Siemianowice Śląskie 29.07.2021 r.

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 52, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach: powłoką 210x160, powłoczka 80x70 cm, prześcieradło 210x160cm?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 74

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'200 sztuk z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ

Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 74

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G 1,8mm i 21G 2,4mm?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 91

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce 50x50 x80 sztuk.

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 91

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by podkłady były testowane dermatologicznie.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 3

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 3, poz. 10 i 11 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 10 igieł o parametrach 0,33x12mm?
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 11 igieł o parametrach 0,25x6mm?
3. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

ODPOWIEDŹ

AD 1. Tak. Zamawiający dopuszcza.



centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

NIP 643-176-40-82, REGON 000308270



Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gosp. KRS, 0000490160, Kapitał Zakładowy 30 191 000,00zł

AD 2. Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 3. Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 74

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 74 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy jednorazowego użytku o parametrach 21Gx1,8mm?
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy jednorazowego użytku o parametrach 21Gx2,4mm?
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 200 szt./op., oraz przeliczenie na odpowiednia ilość opakowań?

ODPOWIEDŹ

AD 1. Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 3. Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 43

Z uwagi na wycofanie ze sprzedaży i niedostępność od kilku lat klipsownicy HX-5L/Q i klipsów HX-600/135 czy Zamawiający w Pakiecie 43 dopuści i będzie wymagał klipsów HX-610-135 do posiadanej klipsownicy OLYMPUS HX-110UR?

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 43 w celu poszerzenia możliwości terapeutycznych dopuści zaoferowanie klipsów o długościach ramion 6-7,5 i 9 mm oraz kątach zagięcia klipsa 90 i 135 stopni (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia)?

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 77

Czy w Pakiecie 77 pozycja 1 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z pełną rotacją 360 stopni, rotacja możliwa w obie strony?

ODPOWIEDŹ

Tak. Winno być z pełną rotacją 360 stopni, rotacja możliwa w obie strony

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 94

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 94 dopuści siatkę bezbarwną, dzianą z włókien polipropylenowych, monofilamentową, do naprawy ubytków powięzi ściany jamy brzusznej, posiadającą dwukierunkową elastyczność w wyniku przeplatania włókien siatki w procesie produkcji. Może być docinana do kształtu. Waga siatki 80-85 g/m². Grubość siatki 0,5 mm, w rozmiarze 10-15 cm x 15 cm oraz stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych 5 mm, zawierający 25 zszywek syntetycznych wchłanianych o dwóch miejscach przyczepnych do tkanki zawierający wskaźnik zużycia zszywek ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 76, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 25 mm, 29 mm, 33 mm, średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,5 mm i 24,8 mm, obrotowe ostrze, sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).

ODPOWIEDŹ

Tak jest opisane w SWZ z tolerancją. Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25-26 / 29-30 / 33-34

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dookreśli w §1 ust. 5 lit. d, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 13 - Umowa

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego, aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

ODPOWIEDŹ

Zapis nie wymaga doprecyzowania. Zapis §8 ust. 1 dotyczy wszystkich warunków umowy, nie tylko zapłaty.

Pytanie nr 14 - Umowa

Czy Zamawiający w §2 ust. 3 lit b dopuści, iż w przypadku złożenia zamówienia po godz. 12 potwierdzenie otrzymania zamówienia i realizacja zamówienia będzie liczona od następnego dnia roboczego?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 73

Czy Zamawiający w zad. 73, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik Foley. Możliwość utrzymania do 12 tyg. Wykonany z medycznej odmiany 100% silikon. Atraumatyczna końcówka. Wyposażony w boczny otwór o łagodnie wyoblonionych krawędziach. Pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką. Całkowicie transparentny. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne. Długość = 410mm, balon 10ml?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 78, poz. 1

Czy Zamawiający w zad. 78, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, w rozmiarze ML, obrotowa o średnicy \varnothing 10 mm i długości roboczej 330 mm z portem luer-lock do mycia. Zewnętrzna część rękojeści ruchoma, wewnętrzna nieruchoma. Część robocza z wewnętrzną mikrostrukturą zapewniającą stabilne trzymanie klipsa w klipsownicy. Kompatybilna z klipsami tytanowymi w rozmiarze ML typu Vclip?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 78, poz.2

Czy Zamawiający w zad. 78, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Klips tytanowy kompatybilny z klipsownicą w poz. 1 w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 6 szt.?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 78

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów

medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 78 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głównowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie ma oddziału kardiologicznego.

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 78

Zwracamy się z prośbą w zad. 78, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje, zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 71

Dotyczy Pakietu nr 71, pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompletu elektrod przysawkowych – 6 sztuk.

ODPOWIEDŹ

Pomyłka pisarska. Winno być 6 sztuk

Dotyczy Pakietu nr 71, pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej przeznaczenia elektrod przysawkowych tj. dla dorosłych czy pediatryczne.

ODPOWIEDŹ

Dla dorosłych.

Dotyczy Pakietu nr 71, pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji dotyczącej rodzaju sprężyny elektrod kończynowych tj. metalowa czy plastikowa.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie określa.

Pytanie nr 21 – Pakiet nr 82

Dotyczy Pakietu nr 82, pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarze 27 – 35 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 82, pozycji nr 2 Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarze 34 – 43 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 82, pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 27-35 cm oraz 34 – 43 cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – Pakiet nr 89

Dotyczy Pakietu nr 89, pozycji nr 1

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-80% +/-3, w zestawie z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 89, pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania czujników jednorazowych pakowanych po 24 sztuki.

ODPOWIEDŹ

Tak jest opisane.

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 3 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozm. 0,33 x 12,5 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - Pakiet Nr 4 poz. 20:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra w rozmiarze 9-18CH, tak jak obecnie stosowane.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - Pakiet nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów w rozm.: 8CH – 18CH o dł. 500 mm i od 10CH-18CH o dł. 750 mm.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Pakiet nr 39

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową czyli lepą i powierzchnię całkowitą (lepą powiększoną o paski do aplikacji) prosimy o potwierdzenie, że podane w SWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni lepnej folii?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podał w opisie całkowite wymiary z tolerancją.

Pytanie nr 27 - Pakiet nr 52, Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze min. 18g o następujących wymiarach: prześcieradło długość: 210 cm szerokość: 140 cm, poszwa na kołdrę długość: 200 cm szerokość: 140 cm poszewka na poduszkę długość: 80 cm szerokość: 80 cm.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 28 - Pakiet nr 55 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta mają być hipoałergiczne, wykonane z jednej strony z tkaniny bawełnianej (np. biało-niebieskie paski) dwustronnie

drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, a z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu

Pytanie nr 29 - Pakiet nr 57 i 58

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opisane produkty o działaniu antybakteryjnym mają mieć zarejestrowane właściwości bakteriobójcze?

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie nr 30 - Pakiet nr 73 poz. 1-3:

1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik posiadał w zestawie fabrycznie dołączoną (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawkę wypełnioną 10% roztworem gliceryny?

2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik posiadała możliwość stosowania do 80 dni, potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta?

3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 40cm spełniającego pozostałe SIWZ?

ODPOWIEDŹ

AD 1 - Nie.

AD 2 - Tak. Dopuszcza.

AD 3 - Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 31 - Pakiet nr 100

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkowa patką pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami: EN 14126:2003+AC:2004 EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B - ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na splukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu) EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B - ochrona przed cząstkami stałymi EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B - ochrona przed działaniem substancji chemicznych

Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami: EN 14126:2003+AC:2004 PN-EN ISO 13688:2013-12 EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B EN 14325:2018 Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający oczekuje, aby kombinezon w celu prawidłowego uszczelnienia maski ochronnej posiadał dodatkową patkę na podbródek oraz pętle na kciuk utrzymującą rękawy w stałej pozycji bez ryzyka zsunięcia się rękawic.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga, aby kombinezon był wyposażony w podwójny zapięcie, umożliwiające zamykanie od górnego i od dołu zamka błyskawicznego?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy materiał kombinezonów ma być paroprzepuszczalny?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kombinezony mają posiadać rękawy z pętlą na kciuk chroniącą przed rozszczelnieniem się z rękawicą?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje kombinezonu będącego środkiem ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, oraz zapewniającego ochronę przed czynnikami biologicznym zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 - Pakiet nr 63

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody owalnej, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm² o wymiarach 164x117mm, dzielonej, REM .

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 - Pakiet nr 64

Prosimy o informację z jaką diatermią mają współpracować elektrody – prosimy o podanie modelu?

ODPOWIEDŹ

Z diatermią – EMED ES 350, ES 400

Pytanie nr 34 - Pakiet 66

Poz. 1, 2, 3, 5 – czy chodzi o kable rozłączne (z możliwością wypinanie odprowadzeń pacjenta) czy nierozłączne (odprowadzenia zintegrowane z kablem głównym)?

Poz. 4 czy chodzi o przewody pacjenta wpinane do kabla głównego typu Multimed Pod ?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Kable rozłączne

AD 2. -Tak

Pytanie nr 35 - Pakiet 68

Poz. 2 - prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3m

Poz 3 i 4 - czy chodzi o czujniki wpinane do przewodu przedłużającego SpO₂?

Poz. 1, 2, 5, 6 - Czy chodzi o czujniki wpinane bezpośrednio do monitora?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. – Tak.

AD 3. – Tak.

Pytanie nr 36 - Pakiet 71

Poz. 2-prosimy i informację czy chodzi o komplet 6 szt?

ODPOWIEDŹ

Tak. Pomyłka pisarska – winno być 6 sztuk.

Pytanie nr 37 - Pakiet nr 82

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie przewodów jednowężykowych

ODPOWIEDŹ

Poz. 2 – Tak.


Poz. 3 – Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 38 - Pakiet nr 84


Poz. 1-4 - Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o elektrody jednorazowego użytku

Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o uchwyt wielorazowego użytku z możliwością wielokrotnej sterylizacji (z gwarancją na 300 cykli)?

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga uchwytu bez przycisków (do obsługi nożnej) czy uchwytu z przyciskami do obsługi ręcznej?



Prosimy o dopuszczenie uchwytu z kablem 4 m zakończonym wtykiem 6 pin, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu adaptera 6pin na 3 pin umożliwiającego podłączenie go do generatora VAPR3 z zachowaniem pełnej kompatybilności pracy. W przypadku dopuszczenia tego rozwiązania prosimy o określenie liczby szt. adapterów, które należy zaferować w kpl.



ODPOWIEDŹ

Tak. Jednorazowe.

Tak. Na 300 sterylizacji. Przyciski w uchwycie. Dopuszcza zaferowanie - kabel 4m, 2 adaptery.

Pytanie nr 39 - Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy



Pytanie 1

Wnosimy o wykreślenie §4 ust. 2 c). z projektu umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 2 a i b do 0,2%?

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu §8 ust. 3 i 4 na: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

ODPOWIEDŹ

AD 1.– Nie. Zgodnie z zapisami.

AD 2. - Nie. Zgodnie z zapisami.

AD 3. - Nie. Zgodnie z zapisami.

Pytanie nr 40 - Pakiet nr 1, pozycja 1-4

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające pojedyncze zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka ?

Pakiet 1, pozycja 1-4

2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Pakiet 1, pozycja 1-4

3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające przedłużoną skalę o min. 10%?

Pakiet 1, pozycja 1-4

4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające biały kontrastujący tłok?

Pakiet 1, pozycja 4

5. Czy Zamawiający dopuści wycenę w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ

AD 1. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. - Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

AD 3. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 4. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 5. – Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 41 - Pakiet nr 5, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadający igłę biorczą dwukanałową posiadającą zmatowioną powierzchnię gwarantującą szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami?

Pakiet 5, pozycja 1

2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV? Wymóg samej komory wolnej od PCV nie ma żadnego zastosowania praktycznego. Dlaczego komora ma pozostać wolna od PCV skoro dren, może już owe PCV zawierać?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 2. - Zamawiający dopuszcza komorę kroplową i dren wykonany z medycznego PCV.

Pytanie nr 42 - Pakiet nr 7, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, koreczek standardowy?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 43 - Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC, z drenem o długości 145cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 44 - Pakiet nr 26, pozycja 1-6

1. Czy Zamawiający dopuści dreny Redona posiadające krzyżową perforację na długości 14 lub 15cm o takiej samej średnicy otworów?

Pakiet 26, pozycja 1-6

2. Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w opakowaniu papier-folia?

Pakiet 26, pozycja 6a

3. Czy Zamawiający dopuści dreny Redona 18 długość 800 mm?

ODPOWIEDŹ

AD 1. - NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 2. – TAK. Zamawiający dopuszcza.

AD 3. – TAK. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45 - Pakiet nr 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne do mycia rąk z możliwością resterylizacji 100 razy?

ODPOWIEDŹ

NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 46 - Pakiet 52 poz. 1, 3

1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Pakiet 52 poz. 2

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Pakiet 52 poz. 4

3. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej, złożony z trzech części (bez podkładu) o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm

Pakiet 52 poz. 4

4. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie j.w. z podkładem dołączonym osobno?

Pakiet 52 poz. 4

5. Prosimy o doprecyzowanie jakiego podkładu oczekuje Zamawiający.

ODPOWIEDŹ

AD 1. – TAK. Z przeliczeniem.

AD 2. – TAK. Z przeliczeniem.

AD 3. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 4. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 5. - Standardowy podkład chłonny. Zamawiający nie określa parametrów chłonności.

Pytanie nr 47 - Pakiet nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę?

ODPOWIEDŹ

Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 48 - Pakiet nr 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nie antybakteryjny. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz splukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz diocan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia. Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny.

ODPOWIEDŹ

NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 49 - Pakiet nr 58 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające splukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce

(60 sek. w 800W), nie antybakteryjne. Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowana instrukcja użycia, ilość, skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny.

Pakiet 58 poz. 1

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODPOWEIDŹ

AD 1. – NIE. Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 2. – TAK. Z przeliczenie

Pytanie nr 50 - Pakiet nr 98 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści maty absorpcyjne o parametrach:

- maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny,
- warstwy wchłaniające gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine,
- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów,
- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia,
- laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam,
- maty eliminują koszty prania zabrudzonych ręczników oraz prześcieradeł,
- bezlateksowe,

Dla pozycji 1 rozmiar 117 cm x 102 cm o absorpcji wody w litrach – 2,5

Dla pozycji nr 2 i 3 rozmiar 117 cm x 183 cm o absorpcji wody w litrach – 4,5

ODPOWEIDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 51 - Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 52 – Pakiet nr 44

1. Czy Zamawiający wymaga aby ustniki endoskopowe jednorazowego użytku były wolne od lateksu oraz DEHP (ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia większej ochrony, ustniki endoskopowe jednorazowego użytku posiadały od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta, stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – Pakiet nr 45

1. Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczki były pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie a każde pojedyncze opakowanie szczoteczki posiadało oznaczeniem nazwy producenta, numeru serii i data produkcji oraz terminu przydatności?
2. Czy Zamawiający wymaga aby szczotki były zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby każde pojedyncze opakowanie szczoteczki posiadało na zewnętrznym opakowaniu odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii, które można wkleić do dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. – Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – Umowa

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 1 ust. 5 pkt. d projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia złożenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”
2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust. 2 pkt., a), b), c):
 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto części dostawy wykonanej ze zwłoką za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy wykonanej z opóźnieniem;
 - b) za zwłokę w realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu niezrealizowanej reklamacji;
 - c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto za każde uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODPOWIEDŹ

AD 1. – Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 2. – Nie.

AD 3. - Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 4. – Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 55 – Pakiet nr 95, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 95 poz.1** - zestaw do nakłucia jamy opłucnowej z trzema igłami długości 80mm 14G, 16G, 18G pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 56 – Pakiet nr 88, poz. 1 chyba (Pakiet nr 76, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 88 poz.1** stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z płynnie regulowaną skalą docisku tkanki w zakresie grubości tkanki 1mm-2,5mm w rozmiarach do wyboru: 24, 25, 28, 29, 31mm?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 57 – pakiet nr 90, poz. 2 chyba (Pakiet nr 78, poz. 2)

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 90 poz.2 wymaga**, aby klipsy tytanowe w rozmiarze ML spełniały następujące wymogi: Klips tytanowy do klipsownicy endoskopowej z poz.1 w rozmiarze ML (średnio-duże) dł.8,10 x 9,10mm w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylne magazynki po 6szt. Opakowanie zawiera 20 magazynków po 6 sztuk klipsów. Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia. W opakowaniu – wymagane min. 2 samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejenia w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego badaniu MRI do 3 Tesli i TK.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58 – Pakiet nr 80, poz. 1 chyba (Pakiet nr 76, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 80 poz.1** stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z płynnie regulowaną skalą docisku tkanki w zakresie grubości tkanki 1mm-2,5mm w rozmiarach do wyboru: 25, 29, 31 i 34mm?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 59 – Pakiet nr 82, poz.2

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 82 poz.2** klips tytanowy w rozm.ML kompatybilne z klipsownicą z poz.1 jako **jednostka miary** oczekuje opakowania z 20 magazynkami po 6sztuk klipsów w magazynku = (**opakowanie 120klipsów**) ?

ODPOWIEDŹ

OPAK - 1 magazynek a' 6 klipsów x 20 magazynków = opakowanie. Tak Zamawiający przyjął do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 60 – Pakiet nr 33

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 33** Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 25 i 29mm o wys. zszywki 5,3mm z ergonomijnym uchwytem pokrytym antypoślizgową strukturą (nie gumową) spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie właściwe - Pakiet nr 33 - Maski twarzowe do tlenu wielorazowego użytku o zmiennym ciśnieniu

Pytanie nr 61 – Pakiet nr 36, poz. 1 -3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 36 poz.1-3** jednorazowe wkłady workowe posiadające w pokrywie port (schodkowy, obrotowy) do podłączenia pacjenta, port do połączeń szeregowych/tandem, pobierania próbek oraz wysypywania proszku żelującego zebraną wydzielinę? Port do podłączenia próżni/ssania znajduje się na kanistrze wielorazowym?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie właściwe - Pakiet nr 36 - Ostrza do skalpela

Pytanie nr 62 – Pakiet nr 36, poz. 1 -3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 36 poz.1-3** jednorazowe wkłady workowe gdzie pokrywa uszczelnia się przez zasysanie a w miejsce filtrów i zastawek, wbudowany jest w standardzie filtr antybakteryjny oraz zastawka hydrofobowa, która automatycznie odcina ssanie po napełnieniu worka wydzieliną i całkowicie wyklucza przedostanie się odessanej treści na zewnątrz?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie właściwe - Pakiet nr 36 - Ostrza do skalpela

Pytanie nr 63 – Pakiet nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 36 poz.1** wymaga wkładów workowych **1 litrowych** w kształcie owalnych pasujących do owalnych kanistrów wielorazowych z **poz.1**?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie właściwe - Pakiet nr 36 - Ostrza do skalpela

Pytanie nr 64 - SWZ

Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

ODPOWIEDŹ

Tak

Pytanie nr 65 - Umowa

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

ODPOWIEDŹ

Tak. Umowa obowiązuje od dnia wyznaczonego na podpisanie Umowy.

Pytanie nr 66 - Pakiet nr 8, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem w kształcie beczułki, o objętości wypełnienia 16ml +/- 10%, z komorą kroplową wykonaną z PCV bez zawartości DEHP, z instrukcją użycia dołączoną osobno?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 - Pakiet nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania – Yankner o średnicy CH24 i długości ok. 25cm?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 - Pakiet nr 18, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające niewielką ilość ftalanów (nieprzekraczającą ilości dozwolonej w wyrobach medycznych), z mankietem w kształcie stożka, z oznaczeniem głębokości w postaci 2 półpierścieni (dla wszystkich rozmiarów), z oznaczeniem rozmiaru na korpusie oraz łączniku, z drenem w takim samym kolorze jak korpus rurki?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 69 - Pakiet nr 18, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści łącznik z dodatkowymi pierścieniami wykonanymi z materiału typu chemigum, z zatyczką portu do bronchoskopii o średnicy 9 mm, piktoqram z opisami rozmiarów złączy na dołączonej ulotce?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 70 - Pakiet nr 18, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści łącznik z uchwytem zatyczki w osi poziomej?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 71 - Pakiet nr 18, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 72 - Pakiet nr 18, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe składające się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych (maska, korpus, mankiet), z wbudowanym w mankiet drenem do napełnienia mankieta, rozmiar kodowany wyłącznie numerem na korpusie i na baloniku (bez kolorystycznego oznaczenia), pakowane w opakowanie papierowo-foliowe?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 73 - Pakiet nr 18, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,83 m i wadze 170g +/-10%?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 74 - Pakiet nr 18, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 1,2m?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 75 - Pakiet nr 18, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS, z osłoniętym światłowodem, pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, o wymiarach odpowiednio długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej dla rozmiaru 2: 120/104/12 mm, dla rozmiaru 3: 140/121/17 mm, dla rozmiaru 4: 160/140/17 mm?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 76 - Pakiet nr 55, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowe suche myjki jednostronnie nasączone środkiem myjącym ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 - Pakiet nr 58, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści chusteczki antybakteryjne pakowane po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ

Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 78 - Pakiet nr 91, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści podkład w rolce podfoliowany 50 cm x 50 m (ilość listków w rolce ok. 131), składający się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem. Mamy 500 sztuk x 80 listków = 40000 listków. Do wyceny $40000/131 = 305,34$ sztuk

Pytanie nr 79 - Pakiet nr 91, pozycja nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by podkłady były testowane dermatologicznie?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 80 - Pakiet nr 2, poz. 3,5-6,

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 - Pakiet nr 5, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opakowanie papier – folia. Przyrzędy do przetaczania bez ftalanów, informacja na etykiecie – dopuszcza.

Pytanie nr 82 - Pakiet nr 52, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ

Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 83 - Pakiet nr 52, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ

Tak. Z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 84 - Pakiet nr 100

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m²; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Sikora-Kaluźna

