

Ogłoszenie nr 373967 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.

A A A

Siemianowice Śląskie: Dostawa aparatu KTG i bioptron. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 344883 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::**

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 30827000000, ul. ul. 1-go Maja 9, 41100 Siemianowice Śląskie, państwo Polska, woj.
śląskie, tel. 322 281 930, faks 322 281 498, e-mail spzoz@zosiemianowice.pl
Adres strony internetowej (URL): ww.zoziemianowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa aparatu KTG i bioptron.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załączniku nr 1 do SIWZ Paiet nr 1. 1 7"
kolorowy wyświetlacz TFT (800 X 480) typ LCD obrotowy ekran 2 Pamięć: bardzo wydajna 450
godzin zarejestrowanych badań 3 Wysoce wrażliwe sondy 9 elementów krystalicznych o częstotliwości
0,985 MHz 4 Wodoodporne sondy 5 Przystosowane do włączenia do centralnej stacji monitoringu PC
(RS-232 albo Bluetooth) 6 W zestawie sondy no monitorowania ciąży bliźniaczej i pojedynczej, sondy,

marker, pasy, żel USG oraz papier termiczny 7 7" kolorowy wyświetlacz TFT (800 X 480) typ LCD obrotowy ekran Wyświetlacz 1 3 kanałowy (FHR I, FHR II, UC) 2 7" kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 800x480 Monitorowanie ultradźwiękowe doppler FHR: 1 FHR zakres BPM: 30 ~ 240 2 FHR dokładność : ±2% 3 natężenie: 10mW/cm² 4 częstotliwość ultradźwięków: 0,985MHz 5 przenikanie: <10uA 6 izolacja: >4kV RMS Wykrywanie ruchów płodu FM auto detekcja ruchów płodu Monitorowanie skurczów macicy TOCO (UC) 1 Rozdzielczość: 1 2 Dokładność: +-1% 3 Przenikanie <10uA DRUKARKA 1 Termiczna, ustawienie typ rolkowy array (szerokość: 150mm) 2 Prędkość rejestracji: tryb normalny – 1, 2 lub 3cm/min +-1%; tryb wysoka prędkość – 10cm/min 3 Kontrast zapisu: tryb 3 zakresowy 1, 2, 3 4 Automatem okres rejestracji : Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min Ustawienia 1 Alarmy wysokich/niskich wartości 2 Czas i data 3 Kontrast wydruków 1, 2, 3 4 Prędkość wydruku i zoom 5 ustawienia FHR Funkcje 1 Funkcja zaznaczania 2 Automatem wydruku 3 Wielojęzycznego i szybkiego przewodnika wyświetlanego na LCD 4 offset FHR II 5 wydruk FM 6 Referencje UC 7 Zoom Moduły komunikacji: 1 RS-232 2 Bluetooth (Opcjonalny) Pakiet nr 2 Lampa do naświetleń światłem spolaryzowanym BIOPTRON 1 Lampa do naświetleń światłem spolaryzowanym 2 Lampa na statywie stołowym 3 Średnica filtra ok. 11 cm 4 Zasilanie 230V/50Hz 5 Moc żarówki halogenowej 50W 6 Ciężar ze statywem 3,4 kg 7 Długość fali 480-3400 nm 8 Stopień polaryzacji 590-1550 nm 9 Gęstość mocy ok. 40mW/cm² 10 Energia światła na minutę ok. 2,4 J/cm² 11 Gwarancja minimum 24 miesiące

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Aparat KTG

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4700

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

F.H.U. MEDICAL , , Ul. Nad Markiem 5, 34-300, Żywiec, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5076

Oferta z najniższą ceną/kosztym 5076
> Oferta z najwyższą ceną/kosztym 5076
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa aparatu
 bioptron

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
 postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT6470

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 nie

HAS-MED. Sp. z o.o. , , Ul. Młyńska 20, 43-300, Bielsko Biala, kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6987.60

Oferta z najniższą ceną/kosztym 6987.60

> Oferta z najwyższą ceną/kosztym 6987.60

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.