

Siemianowice Śląskie 19.12.2016 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/37/2016

**Wszyscy Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do RTG..

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w związku z zaprzestaniem produkcji błon mammograficznych o kontraście nie mniejszym niż 3,10, które obecnie Państwo stosujecie, możemy zaproponować błony o podwyższonym kontraście nie mniejszym niż 4,65 i lepszej wizualizacji linii skóry?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania błony o większym kontraście.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie odczynników ( wywoływacz i utrwalacz ) w opakowaniach 2 x 20l roztworu roboczego z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Pakietu nr 1: - 70op. utrwalacz 2 x 20l i 70 op. wywoływacz 2 x 20l.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań 2 x 20l roztworu roboczego wraz z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości.

