

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/35/2016

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaofiarowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 249 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 274 kPa, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie fartucha chirurgicznego dostępnego w rozmiarach M/L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga zaofiarowania przedmiotu zamówienia zgodnego z zapisami SIWZ. Zamawiający do wykonywania zabiegów potrzebuje również fartuchów operacyjnych przedłużonych.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie fartucha chirurgicznego, który posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, dostępnego w rozmiarach S/M, L, XL, XXL i XLL? Opakowanie papier- folia, nie pakowany próżniowo. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej o odporności na wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, czystości pod względem cząstek stałych równej $\leq 3,5$ IPM, pylenie równe $\leq 4,0$ Log10 dostępnych w rozmiarach XS- XXL? Bluzy bez napy pod szyją, spodnie bez kieszeni bocznej na nogawicy.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5 - Pakiet Nr 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 30 x 80cm, o gramaturze 56g/m², nieprzemakalności 188 cm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie na mokro 95 Kpa, w komplecie z 1 taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10x 50 cm?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet Nr 3 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120cm, o gramaturze 56g/m², nieprzemakalności 188 cm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie na mokro 95 Kpa, w komplecie z 1 taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10x 50 cm?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 - Pakiet 6 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet 6 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany w opakowanie folia-papier, z klejonymi rękawami na wysokości wstawki, w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9 - Pakiet 6 pozycja 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu pakowania próżniowego fartuchów.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10 - Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do zabiegu artroskopii o gramaturze w części podstawowej- 64g/m²? Zestaw o następującym składzie:

- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego 230x315cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów
- serweta na stolik 150x190cm, z warstwą chłonna 75x190cm
- osłona na kończynę 22x75cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9x49cm
- 4 ręczniki celulozowe 18x25cm
- wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm
- wzmocniona serweta na stolik 150x190cm, z warstwą chłonną 75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11 - Pakiet 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano sterylny pokrowiec 100x120cm, na ramię C zakończony elastyczną gumką? W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 – zmiana odpowiedzi na Pytanie nr 1 w przesłanych wyjaśnieniach l z dnia 13.12.2016 r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 jednego z niżej opisanych zestawów?

(zestaw nr I)

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)


Laminat trzywarstwowy - gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa


Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O



LUB (zestaw nr II)

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75cm wykonana z kratonu
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy - gramatura w części podstawowej 75g/m²

Odporność na rozierwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa

Odporność na rozierwanie na sucho, obszar krytyczny 188 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza do zaofiarowania ww. zestawów.

[Podpis]

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

[Podpis]
Krzysztof Kot

[Podpis]