

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/35/2016

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw obłożenia operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł


W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 jednego z niżej opisanych zestawów?

(zestaw nr I)

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy - gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA


Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O

LUB (zestaw nr II)

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75cm wykonana z kratonu
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płynie 230 x 320 cm (torba na płynie trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy - gramatura w części podstawowej 75g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 188 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw nr II o parametrach opisanych w pytaniu.

22'

Pytanie nr 2

Pakiet 6 - Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów operacyjnych w rozmiarach L, XL, XXL spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Podane przez Państwa rozmiary posiada w swojej ofercie tylko jedna firma.

Prosimy również o dopuszczenie fartuchów z oznakowanym rozmiarem na fartuchu. Rodzaj fartucha i jego rozmiar jest również oznaczony na etykiecie i pozwala na identyfikację przed rozłożeniem.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z zapisami SIWZ. Zamawiający do wykonywania zabiegów potrzebuje również fartuchów operacyjnych przedłużonych.

Pytanie nr 3

Pakiet 6 - Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 z pakietu 6 i utworzenie osobnego pakietu.

Zmiana ta pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty na poz. 1

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłóżek chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.