

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/04/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dostawy aparatury medycznej - defibrylator z kardiowersją i stymulacją oraz pulsoksymetru dla oddziału neonatologicznego.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator wyposażony w algorytm AED wykrywający rytm do defibrylacji oraz nie podlegający defibrylacji? Algorytm AED zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC nie musi wykrywać ruchów pacjenta

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuści defibrylator o parametrze podanym w pytaniu.

Pytanie nr 2

dot. pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator o masie 7,2kg?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza wagę 7,2kg.

Pytanie nr 3

dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator z funkcją autotestu bez udziału użytkownika przy wyłączonym defibrylatorze w trybie pracy akumulatorowej i przy podłączeniu do sieci elektrycznej? Defibrylator testujący urządzenie na akumulatorze powoduje jego rozładowanie, a w następstwie brak możliwości wykonania defibrylacji.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 4

dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł CO2?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5

dot. pkt. 2 – parametry oceniane. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator z ilością poziomów ≤ 23 i z punktacją 0 (zero)?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Parametr oceniany.

Pytanie nr 6

dot. pkt. 3 – parametry oceniane. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania defibrylator z ilością poziomów wzmocnienia ≤ 7 i punktacją 0 (zero)?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Parametr oceniany.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. J. ...'. The stamp contains some illegible text and a date '06.03.2016'.Handwritten initials 'KK' in black ink.