

Ogłoszenie nr 98371 - 2017 z dnia 2017-06-20 r.



Siemianowice Śląskie: Dostawa sprzętu medycznego – aparatu do elektrochirurgii z funkcją zamykania naczyń OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 68852

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzili przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30827000000, ul. ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 322 281 930, faks 322 281 498, e-mail spzoz@zozsiemianowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zozsiemianowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego – aparatu do elektrochirurgii z funkcją zamykania naczyń

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SZM/DN/DZ/341/10/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: aparat do elektrochirurgii z funkcją zamykania naczyń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z automatycznym

dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek 2. Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej 3. Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego w zabiegach chirurgii otwartej i w zabiegach laparoskopowych. 4. Możliwość utworzenia min. 80 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza 5. Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem 6. Odporność urządzenia na impuls defibrylacji 7. Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym lub cyfrowym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody 8. Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim 9. Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: monopolarne – 2 [szt.], bipolarne –2 [szt.] lub bipolarne + gniazdo wielofunkcyjne (także z funkcją bipolarną i monopolarną) elektrody neutralnej – 1 [szt.]. 10. Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym oraz trzypinowym Możliwość podłączenia instrumentów (narzędzi) posiadanych przez Szpital – do aparatów f-my ERBE i BOWA / lub zaferowanie złączek (prześciówek łączących instrumenty firmy ERBE i BOWA). 11. Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego 12. Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego min. 300 - 350W 13. Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia. 14. Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i/ lub przycisk na uchwycie 15. Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200W 16. Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym natryskowa 17. Aktywacja funkcji koagulacji monopolarnej przez włącznik nożny i /lub przycisk na uchwycie 18. Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów 19. Max. moc znamionowa cięcia bipolarnego min. 100W 20. Max. moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 100W 21. Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 1[W] –50 [W] 22. Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start 23. Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start. 24. Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop) 25. Możliwość preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 [mm]. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie 26. Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy. Wyposażenie dodatkowe 1. Uchwyt monopolarny wielorazowy (min 200 sterylizacji) z dwoma przyciskami :żółtym i niebieskim z kablem o dł. 4 -5m,, wejście na elektrody Ø4 mm - 1 szt. 2. Kabel do penset bipolarnych dł. min. 4 - 5m, - 1 szt. 3. Bipolarny klem do zamykania naczyń z równoczesnym cięciem ,wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doбором właściwego programu. (min. 50 sterylizacji), Możliwość aktywacji prądu przyciskiem umieszczonym na ręczce i włącznikiem nożnym . bez elementów jednorazowych (za wyjątkiem nożyka), prowadnica śr. 5 mm, dł. 37 +/-3 [cm] – 1 szt. lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] 4. Jednorazowe, wymienne ostrze do klemu do zamykania naczyń o śr. 5 mm i dł. 37 cm - 50 szt. 5. Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, kabel dł. min.5 m szczelność klasy AP & IPX8 . 1 szt. 6. Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. min. 4 – 5 m - 1 szt. 7. Elektroda neutralna dzielona j. użyciu dla dorosłych i dla dzieci - 50 szt. 8. Wózek pod aparat

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-0

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

Postępowanie/część zostało unieważnione
nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

NAZWA: Dostawa sprzętu medycznego – aparatu do elektrokirurgii z funkcją zamykania naczyń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT60140

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Mediom Sp. z o.o., , ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819, Zabrze, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 64951,20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 63708,12

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64951,20

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.