

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/05/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 (49) - Pakiet nr 26 pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli spodenki do kolonoskopii?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Spodenki dla chorych na sale operacyjną.

Pytanie nr 2 (50) - Pakiet nr 26 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki (majtki) pakowane a'10szt?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym (Zał. Nr 5 do SIWZ)

Pytanie nr 3 (51) - Pakiet nr 49 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpydrowe trójwarstwowe: polimer-lateks-polimer ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 4 (52) - Pakiet nr 49 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne w 100% nitylowe chlorowane obustronnie?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 5 (53) - Pakiet nr 59 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszewka, poszwa i prześcieradło bez dodatkowego podkładu?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6 (54)- Pakiet nr 59 pozycja 1

Prosimy o określenie jakiego typu podkładu oczekuje Zamawiający w komplecie pościeli? Czy ma to być dodatkowe prześcieradło czy podkład chłonny?

ODPOWIEDŹ.

Podkład chłonny.

Pytanie nr 7 (55) - Pakiet nr 59 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie podkładu pakowanego osobno.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (56) - Pakiet nr 61 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza myjki pakowane a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 9 (57) - Pakiet nr 61 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza myjki pakowane a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu asortymentowo – cenowym. Ilość opakowań po przeliczeniu należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, w celu zachowania porównywalności złożonych ofert.

Pytanie nr 10 (58) - Pakiet nr 61 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanej w 100% z włókien poliestrowych?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11 (59) - Pakiet nr 61 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje myjek w opakowaniu jednostkowym z graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12 (60) - Pakiet nr 66 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz diocetan glutaminianu tetrasodowego. Nie antybakteryjny. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy.. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13 (61) - Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dokładniejszych 3-częściowych?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14 (62) - Pakiet nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki zawierające ftalany?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15 (63) - Pakiet nr 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z plastikowym zatrzaskiem wewnątrz nasadki igły, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16 (64) - Pakiet nr 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarach:

30G ½" (0,3 x 12,5 mm)

27G ½" (0,4 x 12,5 mm)

27G ¾" (0,4 x 18,5 mm)

27G 1 ½" (0,4 x 40 mm)

25G 5/8" (0,5 x 16 mm)

25G 1" (0,5 x 25 mm)

23G 1" (0,6 x 25 mm)

23G 1 ¼" (0,6 x 32 mm)

22G 1 ¼" (0,7 x 32 mm)

21G 1" (0,8 x 25 mm)

21G 1 ½" (0,8 x 40 mm)

20G 1" (0,9 x 25 mm)

20G 1 ½" (0,9 x 40 mm)

18G 1 ½" (1,2 x 40 mm)

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaferowania igły o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 17 (65) - Pakiet nr 4, pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 (66) - Pakiet nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 (67) - Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o Ø48mm?

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 20 (68) - Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z rączką ok. 245mm, średnica wew. 4,45, zew. 6,5mm, pakowany podwójnie w worek foliowe i zewnętrznie opakowanie folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 (69) - Pakiet nr 5, pozycja 10,11

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 22 (70) - Pakiet nr 5, poz. 19, 20, 26, 27, 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19, 20, 26, 27, 37 z zadania 5 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 23 (71) - Pakiet nr 5, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dreny Kera 6-18 o długości ramion 450x180mm?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 70(118).

Pytanie nr 24 (72) - Pakiet nr 5, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz z podziałem chłopczy, dziewczynki?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 (73) - Pakiet nr 5, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zestaw ortopedyczny z jedną końcówką o długości 230mm oraz z drenem o długości 250cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 26 (74) - Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przygotowywania i pobierania roztworów z zatyczką samozatraskową, filtr powietrza 1,2µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 27 (75) - Pakiet nr 12, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, koreczek standardowy, 2 paski?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 28 (76) - Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę nr 22G bez prowadnicy?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 29 (77) - Pakiet nr 27, pozycja 1-12

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z podwójnym znacznik głębokości umożliwiającą kontrolę położenia rurki, skalowana co 1cm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 30 (78) - Pakiet nr 27, poz. 5-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-9 z zadania 27 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 31 (79) - Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z jednym mankietem uszczelniającym?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 32 (80) - Pakiet nr 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dzieci 2 rury o długości 160cm, trzecia 100cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 33 (81) - Pakiet nr 39, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych 2 rury o długości 160cm, trzecia 100cm, worek oddechowy o poj. 3l, spełniający pozostałe wymagani SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 34 (82) - Pakiet nr 42, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona posiadające krzyżową perforację na długości 14 lub 15cm o takiej samej średnicy?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35 (83) - Pakiet nr 42, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane papier-folia?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 36 (84) - Pakiet nr 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z PCV?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 37 (85) - Pakiet nr 77, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy infuzyjne z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczutki ze skalą pomiarową w zakresie 5-250ml/h, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza skalę pomiarową w zakresie podanym w pytaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Pytanie nr 38 (86) - Pakiet nr 82, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nerki o dł. 28cm?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 39 (87) – Pakiet nr 31

Dot. Części 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny ze szpatułką ok 17,5 cm?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu ze szpatułką o dł. ok.17,5cm.

Pytanie nr 40 (88) - Pakiet nr 65 poz.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płynu do mycia noworodków o pojemności 300ml z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynu do mycia noworodków o pojemności 300ml z przeliczeniem zaoferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym (Zał. nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 41 (89) - Pakiet nr 65 poz.5:

Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki były oddychające?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42 (90)

Dot. SIWZ:

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że do oferty wymaga dołączenia:

Załącznika nr 2, Załącznika nr 5, JEDZ- a do pozostałych dokumentach wymienionych w SIWZ: wykaz dostaw (zał. nr 7), dokumenty opisane w pkt. 7.1 SIWZ – Zamawiający wezwie wykonawcę, który zaferuje ofertę z najniższą ceną?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z pkt 6 i 7.1. SIWZ.

Pytanie nr 43 (91)

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 44 (92)

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno

zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie deklaruje. Z uwagi na profil działalności Zamawiający nie może zagwarantować minimalnej ilości zamawianego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 45 (93)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „nie może być krótszy niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy”?

Zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a) wzoru umowy termin dostawy określa Zamawiający w zamówieniu. Brak jednak określenia w umowie minimalnego terminu dostawy (nie wiadomo czy Zamawiający będzie w zamówieniach wskazywał termin dostawy wynoszący np. 3 dni robocze czy np. 2 godziny). Uniemożliwia to należyte skalkulowanie kosztów logistycznej obsługi dostaw, a tym samym uniemożliwia należyte skalkulowanie ceny oferty, utrudniając wykonawcom ubieganie się o zamówienie publiczne. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawca powinien móc możliwie najpełniej oznaczyć i wycenić ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (por. wyrok z dnia 25 czerwca 2012 r. KIO 1202/12).

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający będzie wskazywał termin dostawy zgodny z deklarowanym w ofercie. Termin dostawy jest parametrem ocenianym i powinien mieścić się w widełkach 3 - 7 dni. Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni i mniej otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Pytanie nr 46 (94)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przestanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 47 (95)

W jakich przypadkach znajdzie zastosowanie § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy? Czy w razie opóźnienia w dostawie lub w realizacji reklamacji kara umowna będzie naliczana według § 4 ust. 2 lit. c) czy według § 4 ust. 2 lit. a) i lit. b)?

Zakres zastosowania § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy jest niezrozumiały i wymaga doprecyzowania.

ODPOWIEDŹ.

Opóźnienia w dostawie reguluje zapis § 4 ust. 2a, dotyczące opóźnienia w realizacji reklamacji w zapis § 4 ust. 2b, inne przypadki w zapisie § 4 ust. 2c, kary się nie kumulują.

Pytanie nr 48 (96)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „0,2% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za naruszenie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, jeżeli uchybienie dotyczyłoby tylko nieznaczącej części dostaw, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 2 lit. c). Przyjmuje on następujące brzmienie: „2% wartości brutto niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie części umowy”

Pytanie nr 49 (97)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 2 lit. d). Przyjmuje on następujące brzmienie: „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Pytanie nr 50 (98) - Pakiet nr 23

Prosimy o podanie z jaką diatermią mają być kompatybilne akcesoria

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Poz. 8

- A. Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej o długości 15 cm, 0,5 mm
- B. Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej o długości 18 cm, 2,0 mm
- C. Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej o długości 20 cm, 2,0 mm
- D. Prosimy o dopuszczenie pincety bipolarnej o długości 22 cm, 2,0 mm

ODPOWIEDŹ.

Diatermia EMED – ES 350 i ES 400. Zamawiający nie wydziela – musi być zachowana kompatybilność – urządzenie-instrument – narzędzie. Zamawiający dopuszcza rozmiary pincet podane w pytaniu.

Pytanie nr 51 (99) - Pakiet nr 90

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje kabli głównych wraz z odprowadzeniami pacjenta czy tylko odprowadzeń pacjenta?

Poz. 4

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje przewodów dołączeniowych wpinanych do MultimedPod?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje kabla głównego wraz z odprowadzeniami do pacjenta. Poz. Nr 4 - wpinanych do MultimedPod.

Pytanie nr 52 (100) - Pakiet nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że czujniki mają być wielorazowe, dla dorosłych.

Czy czujniki mają być wpinane do kabla przedłużającego?

Poz. 1

Prosimy o podanie czy w kardiomonitorze Goldway UT4000 Zamawiający posiada moduł BCI, czy Nellcor Oximax?

Poz. 2, 4

Prosimy o podanie w jakiej technologii mają pracować czujniki (Nellcor, Nellcor Oximax, czy Massimo)?

Poz. 4

Prosimy o podanie w jakiej technologii mają pracować czujniki (Nellcor, Nellcor Oximax, czy Massimo)?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje czujników wielorazowych dla dorosłych. Wpinane do kabla. Czujniki pracują w technologii Nellcor.

Pytanie nr 53 (101) - Pakiet nr 1 POZ. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem 2 ml/3 ml, 5 ml/6 ml,

10 ml/12 ml, 20/24 ml, posiadających tłok kontrastujący, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, sterylne.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Pytanie nr 54 (102) - Pakiet nr 1 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o braku zawartości latex i PVC, z numerem serii, data ważności, nr kat. Oznaczone CE. Proponowany przez Państwa opis nie daje możliwości złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom, a co za tym idzie przyczynia się do nierównego traktowania pozostałych producentów strzykawek.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza wraz ze spełnieniem pozostałych wymogów w SIWZ.

Pytanie nr 55 (103) - Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu

asortymentowo- cenowym.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań po 80szt. z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 56 (104) - PAKIET nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Ekstra Spike posiadającym filtr bakteryjny w rozmiarze 0,1 um z zatyczka domykana ręcznie w kolorze zielonym, pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na opisany asortyment.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza wraz ze spełnieniem pozostałych wymogów w SIWZ.

Pytanie nr 57 (105) - Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z dodatkowymi skrzydełkami, które ułatwiają wbicie do butelki

ODPOWIEDŹ.

Nie wymaga.

Pytanie nr 58 (106) - Pakiet nr 7 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, w celu lepszej, łatwiejszej identyfikacji przyrządu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Nie wymaga.

Pytanie nr 59 (107) - Pakiet nr 7 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga podania długości drenu na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ.

Nie wymaga.

Pytanie nr 60 (108) - Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużacz do pomp infuzyjnych tylko w rozmiarze 1,5 m?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 61 (109) - Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużacz do pomp infuzyjnych w rozmiarze 2,0 m?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 62 (110) - PAKIET nr 12

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli z koreczkiem samodomykającym się typu „CLIK”.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 63 (111) - PAKIET nr 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule, których cewnik wykonany jest z PTFE, z 2 paskami widocznymi w promieniach RTG. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający dopuszcza kaniule z 2 paskami.

Pytanie nr 64 (112)

Pakiet nr 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt - okulary ochronne jednorazowe składające się z oprawy okularowej z wymiennymi osłonkami, przeznaczone również do zastosowania na bloku operacyjnym, wygodne, dopasowane do twarzy użytkownika z szerokim polem widzenia, zapewniające ochronę przed zachlapaniem oczu od górnej i bocznej części okularów, wykonane z poliestru, pokryte powłoką Anti-Fog, dzięki czemu nie ulegają zaparowaniu oraz zapobiegają odbłaskom, można stosować na okulary korekcyjne, łatwe do założenia, poprzez przełożenie oprawy przez specjalne otwory w górnej części osłony, zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC dla środków ochrony osobistej kategorii I? Zaproponowany przez Zamawiającego opis oprawy okularowej w znaczący sposób ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu w zakresie Pakietu 3 innym Wykonawcom. Norma OSHA dotyczy zagadnień, które odpowiadają za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, podobnie dyrektywa 89/686/EEC reguluje kwestie dotyczące środków ochrony osobistej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o jej rozwinięcie oraz podanie powodów takiej decyzji.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 65 (113)

Pakiet nr 77 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra, ze skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h, długość zestawu 180 cm, komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP, ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską kłapką, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP, łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y, pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu, sterylny - EO, opakowanie papier/folia, z datą ważności i numerem serii?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkt o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 66 (114) - Pakiet nr 1, poz. 1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem renomowanej firmy Becton Dickinson, z wyraźnym oznaczeniem cyfrowym pojemności na opakowaniu strzykawki, bez zawartości ftalanów (bez informacji o braku ftalanów na opakowaniu – wynika to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonej w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polska norma to norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku zawartości ftalanów, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości).

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać skalę oryginalnie nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki -bez rozszerzenia- tj dla strzykawk o poj. 2ml – do 2ml, dla strzykawk o poj.5ml – do 5ml, dla strzykawk o poj.10ml – do 10ml, dla strzykawk o poj.20ml – do 20ml, co zapewnia precyzyjne dawkowanie leków?

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie strzykawk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań, lub możliwością podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

ODPOWIEDŹ.

1/ Zamawiający dopuszcza. 2/Zgodnie z zapisami w SIWZ. 3/Zamawiający dopuszcza podania ceny za opakowanie strzykawk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 67 (115) - Pakiet nr 4, poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł do pena kompatybilnych z penami wszystkich producentów insuliny w rozmiarze 0,3 x 8mm, co daje to możliwość Zamawiającemu dokonania bezpiecznej iniekcji u wszystkich pacjentów oraz pozwala zmniejszyć ryzyko niezamierzonej iniekcji domięśniowej.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 68 (116) - Pakiet nr 4, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarze 0,25 x 5mm

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 (117) - Pakiet nr 4, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 1,2 mm x 40 mm sterylizowanych ETO, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 (118) - Pakiet nr 5, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra w rozmiarze 9-18CH i długości 800mm.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza dreny o długości 800mm.

Pytanie nr 71 (119) - Pakiet nr 5, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw do cystostomii ma posiadać w zestawie worek 2l na mocz, tak jak dotychczas dostarczany do Państwa szpitala?

ODPOWIEDŹ.

Tak – worek 2 litrowy.

Pytanie nr 72 (120) - Pakiet nr 61

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki jednostronnie impregnowanej mydłem, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie myjek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

ODPOWIEDŹ.

1/Zgodnie z zapisami SIWZ. 2/ Tak z jednoczesnym przeliczeniem oferowanych opakowań w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 73 (121) - Dotyczy Pakietu nr 94 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń

Jako wieloletni dystrybutor oryginalnych akcesoriów marki GE Healthcare w tym czujników tlenu do aparatów do znieczuleń Datex-Ohmeda Aspire 7200 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą by w ramach zasady uczciwej konkurencji wydzielił z pakietu nr 94 pozycję nr 2 i utworzył z niej osobny pakiet. Obecny kształt pakietu uniemożliwia złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wydziela poz. Nr 2 z Pakietu nr 94 i tworzy Pakiet nr 94A. Ulega zmianie wartość wadium dla Pakietu nr 94. Dla Pakietu nr 94 – wadium wynosi 38,88 zł, dla Pakietu nr 94A – wadium wynosi 38,88 zł. Zmieniony zapis Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 74 (122) - Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Wnosimy o wykreślenie §4 ust. 1 c). z projektu umowy.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 75 (123) - Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 2 a i b do 0,2%?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 76 (124) - Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu §8 ust. 3 i 4 na: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie jest szpitalem Uniwersyteckim.

Pytanie nr 77 (125) - Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej naliczanej na podstawie §4 ust. d) od wartości umowy pozostałej do realizacji.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 2 lit. d). Przyjmuje on następujące brzmienie: „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Pytanie nr 78 (126) - Pakiet nr 27, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rur karbowanych z workiem, mikrobiologicznie czystych, jednorazowego użytku o długości 180 cm?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rur karbowanych czystych mikrobiologicznie o długości 180cm.

Pytanie nr 79 (127) - Pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę – venflon wykonaną z FEP, ze standardowym koreczkiem, z dwoma paskami

RTG jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający dopuszcza kaniule z 2 paskami.

Pytanie nr 80 (128) - Pakiet nr 66

Czy zamawiający dopuści do zaferowania czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką nie będący wyrobem medycznym?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 81 (129) - Dotyczy Pakiet nr 11.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje drenu tlenowego zakończonego obustronnie końcówkami prostymi o przekroju gwiazdkowym, dł. 2,1m.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje drenu tlenowego o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 82 (130) - Dotyczy pakiet nr 39, poz. 1.

Prosimy o podanie rodzaju końcówek w linii próbkowania.

ODPOWIEDŹ.

Końcówka męska.

Pytanie nr 83 (131) - Dotyczy pakiet nr 39, poz. 2 i 3.

Prosimy o informacje, czy obwód oddechowy ma współpracować z respiratorem, czy aparatem do znieczulania.

ODPOWIEDŹ.

Z aparatami do znieczulenia.

Pytanie nr 84 (132) - Dotyczy pakiet nr 39, poz. 4.

Prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający oczekuje samego łącznika, czy też łącznika z przestrzenią martwą.

ODPOWIEDŹ.

Sam łącznik.

Pytanie nr 85 (133) - Dotyczy pakiet nr 48.


Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk – co ułatwia docisk maski do twarzy pacjenta. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Oferowana maska wykonana jest z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, nie posiada lateksu ani DEHP, wyposażona jest w łącza 22MM, może być sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C; występuje w różnych rozmiarach do wyboru: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, gdzie rozmiary 00-2 mają okrągły kształt, natomiast 3-5- są anatomicznie uformowane w kształcie kropli.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza zaferowanie maski o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 86 (134) - Dotyczy pakiet nr 54.

Prosimy o dopuszczenie - Wysokiej klasy maska do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczystą pokrywą, przeznaczoną do użytku dla jednego pacjenta, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, obejmującym standardowy, pełny zakres rozmiaru pacjenta > 30 kg, zaopatrzona w obrotowe, kątowe złącze, w mankiet wypełniony powietrzem z zaworem umożliwiającym modyfikowanie jego objętości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Utrzymanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej powietrznej poduszki) oraz dopinana uprzęź na głowę. Ramię łączące maskę z podporą czołową posiada możliwość regulacji, do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski.



ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza zaferowanie maski o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 87 (135) - Dotyczy pakiet nr 12 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału (PUR), z którego została wykonana kaniula dożylna. Wymóg raportu badań klinicznych daje Zamawiającemu informacje o produktach sprawdzonych oraz przebadanych pod kątem wpływu rodzaju materiału na ryzyko

powstania zakrzepowego zapalenia żył. „Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku definiuje badanie kliniczne w art. 2 ust. 1 pkt 4 jako zaprojektowane i zaplanowane systematyczne badanie prowadzone na ludziach, podjęte w celu weryfikacji bezpieczeństwa lub działania określonego wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego albo aktywnego wyrobu medycznego do implantacji”.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 88 (136) - Dotyczy pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-look, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 550 ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 300 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Wszystkie materiały są odporne na promienie gamma, zgodne z normą ISO 10993, nie zawierające wolnych rodników DEHP i nie są wykonane z lateksu

Zgoda Zamawiającego na powyższe pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaferowania produktów równoważnych, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród większej ilości, wykonawców co będzie korzystne ze względów ekonomicznych jak również pozwoli zachować uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 89 (137) - Dotyczy pakiet nr 13 poz. 3

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji.

Zgoda Zamawiającego na powyższe pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaferowania produktów równoważnych, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród większej ilości wykonawców co będzie korzystne ze względów ekonomicznych i pozwoli zachować uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wydziela poz. nr 3 z Pakietu nr 13. Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje Pakietu ze względu na fakt kompatybilności przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w ww. Pakiecie.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.05.2017 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 04.05.2017 r. godz. 10:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wniesienia wadium.

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Iwona Wołowicz

