SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 27.07.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/22/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawa sprzętu medycznego – stoły do badań diagnostycznych i kardiomonitory.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach.
Jednocześnie zgodnie z zapisami art.38 ust. 4 w powiązaniu z art. 38 ust 4a pkt 1 i ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **zmienia treść zapisów w SIWZ**. Powyższe zmiany zostaną równocześnie przesłane do Biuletynu zamówień publicznych.

Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne podanie, którymi kryteriami będą oceniane oferty, gdyż w punkcie 14.1 SIWZ wymienione są tylko: cena, termin zapłaty i okres gwarancji, a w punkcie 14.2 SIWZ wyszczególniono także „Termin dostawy".
2. Wnosimy o zmianę definicji współczynników zawartych we wzorze kryterium „Termin płatności" na następujące:
$TZ= (TZ_B / TZ_{max}) \times 20$ pkt.,

gdzie: TZ – liczba uzyskanych punktów

TZ_B – termin zapłaty w ocenianej ofercie

TZ_{max} – najdłuższy termin zaoferowany w złożonych ofertach.

3. Wnosimy o zmianę definicji współczynników zawartych we wzorze kryterium „Okres gwarancji" na następujące:
$OG= (OG_B / OG_{max}) \times 10$ pkt.,

gdzie: OG – liczba uzyskanych punktów

OG_B – okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

OG_{max} – najdłuższy okres udzielonej gwarancji, zaoferowany w złożonych ofertach.

Oferta z udzielonym okresem gwarancji 24 miesiące otrzyma 0 pkt.

4. Jeśli Zamawiający będzie stosował przy ocenie ofert także kryterium „Termin dostawy", wnosimy o zmianę definicji współczynników zawartych we wzorze kryterium „Termin dostawy" na następujące:
$TD= (TD_n / TD_B) \times 10$ pkt.,
gdzie: TD – liczba uzyskanych punktów

TD_n – najkrótszy termin dostawy zaoferowany w złożonych ofertach

TD_B – termin dostawy zaoferowany w ocenianej ofercie.

ODPOWIEDŹ.

Ad 2. Zgodnie z zapisami w SIWZ.
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
Ad 3. Tak. Oferta z udzielonym okresem gwarancji 24 miesiące otrzyma 0 pkt.
Zgodnie zapisami w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 24.

24.	Gwarancja minimum 24 miesiące **OCENIANE** 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy i więcej - 10 pkt	Tak	Podać .....

Ad 3. Tak. W zawiązku z błędna definicja współczynników w kryterium „Termin dostawy" Zamawiający dokonuje zmiany definicji współczynników zawartych we wzorze kryterium „Termin dostawy" na następujący:

Kryterium „Termin dostawy" (maksimum: 14 dni)

a) znaczenie kryterium – 10% (10 pkt)

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy"

TD= (TDmin/ TD b.of.) x 10 pkt

gdzie:

TD- liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy" ocenianej oferty

TDmin – najkrótszy termin dostawy zaoferowany w złożonych ofertach

TD b.of. – termin dostawy zaoferowany w ocenianej ofercie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pod L.p 2 w Tabeli Wymagań na następujący:

Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h, w dni robocze, od momentu zgłoszenia.?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, wnosimy o adekwatne skorygowanie zapisu zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ, w części **WARUNKI GWARANCJI I SERWIS**, punkt 1.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 1 – Stół o nośności min. 180 kg

1. Czy Zamawiający dopuści stół pokryty lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002?
2. Czy Zamawiający dopuści stół o całkowitej szerokości bez poręczy bocznych wynoszącej 680 mm i całkowitej szerokości z poręczami wynoszącej 750 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści stół z opuszczanymi poręczami bocznymi, których długość wynosi 55% długości wewnętrznej leża?
4. Czy Zamawiający dopuści stół z wieszakiem kroplówki chromowanym, posiadającym regulację wysokości oraz 4 haczyki?
5. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., wyroby medyczne **klasy I** nie wymagają przeprowadzania oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną i związku z tym przeprowadza ją sam producent. W wyniku tego producent wystawia deklarację zgodności zgodną z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, która w tym przypadku jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że wyrób medyczny **klasy I** jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i może być sprzedawany i użytkowany w naszym kraju.

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, o którym to wymogu mowa w Tabeli Parametrów pod Lp.18.

ODPOWIEDŹ.

Ad 1. Tak. Zamawiający dopuszcza lakier proszkowy w kolorze RAL 9002.

Ad 2. Tak.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Tak.

Ad 5. Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 1 – Stół o nośności min. 230 kg

1. Czy Zamawiający dopuści stół pokryty lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002?
2. Czy Zamawiający dopuści stół o całkowitej szerokości bez poręczy bocznych wynoszącej 680 mm i całkowitej szerokości z poręczami wynoszącej 750 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści stół z opuszczanymi poręczami bocznymi, których długość wynosi 55% długości wewnętrznej leża?
4. Czy Zamawiający dopuści stół z wieszakiem kroplówki chromowanym, posiadającym regulację wysokości oraz 4 haczyki?
5. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., wyroby medyczne **klasy I** nie wymagają przeprowadzania oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną i związku z tym przeprowadza ją sam producent. W wyniku tego producent wystawia deklarację zgodności zgodną z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, która w tym przypadku jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że wyrób medyczny **klasy I** jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i może być sprzedawany i użytkowany w naszym kraju.

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, o którym to wymogu mowa w Tabeli Parametrów pod Lp.18.

ODPOWIEDŹ.

Ad 1. Tak. Zamawiający dopuszcza lakier proszkowy w kolorze RAL 9002.
Ad 2. Tak.
Ad 3. Tak.
Ad 4. Tak.
Ad 5. Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1: Stoły do badań diagnostycznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły do badań diagnostycznych o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze odcieni bieli?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Spełniający pozostałe wymogi.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1: Stoły do badań diagnostycznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły do badań diagnostycznych z regulacją wysokości leża w zakresie 490 – 870mm? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1: Stoły do badań diagnostycznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły do badań diagnostycznych bez funkcji anty – Trendelenburga?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1: Stoły do badań diagnostycznych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły do badań diagnostycznych z funkcją Trendelenburga regulowana w zakresie 0 do 18°?

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 2

Dot. Pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z chłodzeniem standardowym z wiatraczka?

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 2

Dot. Pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 5 poziomów głośności alarmów. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie 1,2,3 minut lub na stałe.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 2

Dot. Pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z Pomiarem HR w zakresie 30-300 uderzeń /min. Oraz z Pomiarem częstości oddechu w zakresie 0-120 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund.

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 2

Dot. Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowy tętna 30-250 /min. z czujnikiem dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec w jednej całości bez kabla połączeniowego.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 2

Dot. Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z pomiarem nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy 40-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu

między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie 1-960 minut. Bez możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. Zintegrowana z monitorem osłona suwakowa chroniąca przed dostawaniem się kurzu. Min. 1 mankiet w rozmiarze średnim na każdy monitor oraz wąż łączący.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec

Adwokat Katarzyna Dworska-Olejnik
Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców 15/28, 40-039 Katowice
tel. 605-855-066,
email: k.dworska@op.pl