



**SZPITAL MIEJSKI  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 15.01.2018 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/01/2018

**Wszyscy Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do RTG.

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1**

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy oczekuje błon i odczynników tego samego producenta?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z ZO. Utrwalacze i wywoływacze mają być kompatybilne z błonami rentgenowskimi.

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w przypadku zaoferowania innych błon niż obecnie używane, Zamawiający będzie wymagał optymalizacji ciemni i rekalkibracji aparatu RTG na koszt oferenta?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z ZO. W wypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferuje inne błony i odczynniki niż obecnie stosowane, Zamawiający wymaga wykonania przez niego lub pokrycia kosztów: czyszczenia chemicznego wywoływarek automatycznych, kalibracji i optymalizacji ciemni do błon zaoferowanych przez Wykonawcę.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Agnieszka Wołowicz