SZPITAL MIEJSKI
w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
ul. 1-go Maja 9 ; 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (32) 228 30 30 fax (32) 228 14 98 tel./fax (32) 228 18 86
NIP 6431764082 REGON 000308270

Znak sprawy. SZM/DN/DZ/340/1/2015

Siemianowice Śląskie 13.02.2015r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie 1 Rozdz. VIII pkt 1.1 ppkt b SIWZ

Czy nie zaszła omyłka w ww. zapisie poprzez postawienie wymogu wykazania dostaw samych endoprotez, tj. endoprotezy całkowite cementowe, bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy całkowite cementowe stawu kolanowego, zestawy do próżniowego mieszania cementu? Postępowanie poza endoprotezami obejmuje swym zakresem również zestawy ortopedyczne oraz inne materiały do rekonstrukcji kości, których dostawy należałoby uwzględnić w wykazie.

ODPOWIEDŹ

Zaszła omyłka pisarska. Została skorygowana pismem z dnia 28.01.2015r.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 21

Czy Zamawiający ujednolici termin dostaw dla pakietu nr 21 zgodnie z zapisem w §1 ust. 4 pkt a tiret 5 oraz ust. 5 pkt. d) umowy oraz Załącznika Nr 2 pkt 2 ppkt 2 lit a) tiret 5 z 48 godzin na maksymalnie 7 dni. Zapis pozostający w obecnej formie jest sprzeczny z zapisami umowy i Formularza ofertowego.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 Pakiet nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i elementów blokujących na statywach **w osobnych** kuwetach sterylizacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Tak

Pytanie nr 4 Pakiet nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu w Formularzu ofertowym w pakiecie nr 21 myślnik pierwszy, iż Wykonawca nieodpłatnie zapewnia Zamawiającemu: *„zestaw do zabiegów (w uzgodnionych przed zabiegiem rozmiarach) wraz z instrumentarium ...”*?

ODPOWIEDŹ

Tak

Pytanie nr 5

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy:

Prosimy o potwierdzenie, iż umowa na utworzenie depozytu (załącznik nr 8) nie dotyczy pakietu nr 21.

ODPOWIEDŹ

W zakresie Pakietu nr 21 nie należy utworzyć mini banku

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć jakich pacjentów będzie przyjmował na oddziały i z jakimi schorzeniami. W związku z tym nie jest w stanie określić jaki będzie potrzebny sprzęt i w jakiej ilości. Może to być 1% sprzętu jak również 100% sprzętu zgodnego z umową.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

a) §1 ust. 4 lit. b „5 godzin” na „1 dzień roboczy”,

b) §2 ust. 3 lit. b „5 godzin” na „1 dzień roboczy”

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

ODPOWIEDŹ

a), b) zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dookreśli w §1 ust. 4 lit. c, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis §1 ust.1 lit. c

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w §3 ust. 4 zmieni zapis na „cena netto pozostanie bez zmian w przypadku zmiany wysokości podatku VAT"?

Zamawiający przewidział zmiany stawki VAT, oraz wykorzystując silniejszą pozycję określił zmiany cen w zależności od wzrostu, bądź też obniżenia stawki podatku przenosząc cały ciężar na dostawcę. Z uwagi na sprzeczność powyższego rozwiązania, w szczególności z ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego dotyczącego równości stron umowy wnosimy jak powyżej.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4:

a) **Ust. 2 lit. c – usunięcie zapisu z uwagi na brak dookreślenia przypadków w jakich może zostać naliczona kara umowna oraz w związku z możliwością powstania nadużycia w stosowaniu tego zapisu, w przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego zapisu wnosimy o dodanie zapisu, iż naliczenie kary umownej będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,**

b) **Ust. 3 z 1000zł na 50zł?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353^1k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

ODPOWIEDŹ

a) Zgodnie z SIWZ. Przypadki „niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy" dookreśla KC.
b) Zgodnie z SIWZ. Nie dotyczy Pakietów gdzie nie należy utworzyć minibanku i przeszkolić personelu.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rodzajów oraz ilości wkrętów i płyt jakie należy zaoferować w zakresie Pakietu nr 4 i 7.

ODPOWIEDŹ

Pakiet 4 wkrętów 170 szt. płyt 30 szt. Jeśli chodzi o rodzaj to nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakich pacjentów będziemy hospitalizowali.

Pakiet 7 wkrętów 17 szt. płyt 3 szt. Jeśli chodzi o rodzaj to nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakich pacjentów będziemy hospitalizowali.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego rekonstrukcyjnego o średnicy 6-9 mm ze skokiem co 1 mm, oraz o długości 150, 220 i 250 mm?

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści

Pytanie nr 14
Dotyczy § 1 ust. 4b projektu umowy: Z uwagi na znaczną odległość między siedziba Zamawiającego a Dostawcą, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „cito" w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – z 5 godzin na dostawę następnego dnia od chwili złożenia zamówienia.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ gdyż dostaw na CITO jest bardzo mało a wręcz ich nie ma.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający odstąpi od kar umownych § 4 ust. 3 a,b,c projektu umowy i wyrazi zgodę na skreślenie tego zapisu z umowy?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16
Pakiet nr 17 – Zestaw do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza (PRP).
Różne wskazania wymagają różnych ilości osocza bogatopłytkowego. Standardowo do łokcia tenisisty/golfisty używa się 3 ml PRP, do rozcięgna podeszwowego lub ścięgna Achillesa około 6 ml PRP, a do braku zrostu kości udowej nawet do 12 ml PRP – w związku z tym uprzejmie **prosimy Zamawiającego, celem zapewnienia optymalnych parametrów,** o określenie minimalnej ilości uzyskiwanego PRP przy zachowaniu wymaganej w SIWZ ośmiokrotnej koncentracji?
ODPOWIEDŹ
Minimum 10 ml

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, wymaga aby system do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza - czynników wzrostu pozwalał na przygotowanie w jednej cenie zestawu produkującego od 4 do 12 ml PRP (niezależnie od ilości uzyskiwanego PRP)?
ODPOWIEDŹ
Nie

Pytanie nr 18
W zabiegach śródoperacyjnych (np. brak zrostu) ogromną rolę pełni aktywator w postaci trombiny, który uwalnia czynniki wzrostu z płytek krwi i nadaje żelową konsystencję PRP (zbędny przy zabiegach iniekcyjnych – entezopatiach) – w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego **z pytaniem czy Zamawiający wymaga** urządzenia do produkcji autologicznej trombiny z PPP - sterylny zestaw do separowania min. 5 ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s.
ODPOWIEDŹ
Tak

Pytanie nr 19 dot. terminu dostaw
Czy Zamawiający wyrazi zgody na wydłużenie terminu dostaw „cito" do 24 godzin.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ gdyż dostaw na CITO jest bardzo mało a wręcz ich nie ma.

Pytanie nr 20, dotyczy pakietu nr 19
„Czy w Pakiecie 19 Zamawiający dopuści również:
- mocowanie udowe typu endobutton -tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE, jako opcja ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Jeden z końców płytki ostro zakończony.
- mocowanie piszczelowe - śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste, drut prowadzący zakończony oczkiem?"
ODPOWIEDŹ
Tak

Pytanie nr 21, dotyczy pakietu nr 19
„Czy w Pakiecie 19 Zamawiający dopuści również:
- mocowanie udowe typu endobutton -tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE, jako opcja ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Jeden z końców płytki ostro zakończony.
- mocowanie piszczelowe - śruby interferencyjne, osteokondukcyjne - wykonane z 40% PLDLA i 60% TCP (beta Tri-Calcium Phosphate) i 70% PLDLA (Poly L/D-lactide Acid) i 30% TCP z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 0,9-1.1mm Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 11x35 mm, drut prowadzący zakończony oczkiem?"
ODPOWIEDŹ
Tak

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Bolesław Gebarski