	dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).		
8	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.	Szt	180
9	Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.	Szt.	300
10	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora.	Szt.	180

Pakiet nr 23 - Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi		
1	Nr 7	szt.	5
2	Nr 7,5	szt.	5
3	Nr 8	szt.	18
4	Nr 8,5	szt.	5
5	Nr 9	szt.	13
6	Nr 10	szt.	3

Pakiet nr 24 - Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC (PCV), z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 6 do 10 co pół.	szt.	45

Pakiet nr 25 - Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu		
	Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych		

wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.			
1	Nr 7,5	szt.	50
2	Nr 8,0	szt.	60
3	Nr 8,5	szt.	60
4	Nr 9,0	szt.	30

Pakiet nr 26 - Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym		
	Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa.		
1	Nr 7,0	Szt.	10
2	Nr 7,5	szt.	50
3	Nr 8,0	szt.	50
4	Nr 8,5	szt.	50
5	Nr 9,0	szt.	30

Pakiet nr 27 - Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch		
	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.		
1	9Ch	szt.	15
2	12Ch	szt.	15

Pakiet nr 28 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza		
	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu.		
1	Nr 7,0	szt.	4
2	Nr 8,0	szt.	4
3	Nr 9,0	szt.	4

Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankietem, z mankietem typu Aire- Cuf zbrojona					
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. , długości i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, ((o parametrach średnica wew.(mm) / średnica wew.(mm), długość (mm0.))					
1	Nr 6,0 ((6,0	8,7,	110))	szt.	2
2	Nr 7,0 ((7,0	10,0,	120))	szt.	2
3	Nr 8,0 ((8,0	11,0,	130))	szt.	2
4	Nr 9,0 ((9,0	12,3,	140))	szt.	2

Pakiet nr 29 – Prowadnica intubacyjna i Zestaw do przezskórnej tracheotomii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm	szt.	6
2	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	5

Pakiet nr 30 – Prowadnice intubacyjne i uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch	szt.	5
2	Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch	szt.	5
3	Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch	szt.	5
4	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	30

Pakiet nr 31 – Linia do próbek gazu do kapnografii –i obwody oddechowe

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Linia do próbek gazu do kapnografu - męska	szt.	150
2	Obwód oddechowy dla dzieci obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 150 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 1 litr / 2 rury dł. 160 cm, trzecia 100 cm	szt.	5
3	Obwód oddechowy dla dorosłych obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 180 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 2 litrów /	szt.	20
4	Łącznik podwójnie obrotowy kątowy / tylko łącznik	szt.	100

Pakiet nr 32 – Dreny Redona

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej			

długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne			
1	Dreny Redona 8	szt.	100
2	Dreny Redona 10	szt.	400
3	Dreny Redona 12	szt.	300
4	Dreny Redona 14	szt.	600
5	Dreny Redona 16	szt.	100
6	Dreny Redona 18	szt.	100

Pakiet nr 33 – Cewnik do odsysania

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Cewnik podwójny dwukanałowy do odsysania o dł. 500 mm rozmiar 28-30 – sterylny	szt.	600

Pakiet nr 34 - Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6mm	szt.	5

Pakiet nr 35 - Dreny z trokarami

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Dreny z trokarem		
1	Dren z trokarem ostry – Roz 16 –do 32	Szt.	60
2	Dren z trokarem tępy– Roz 12 - do 32	Szt.	60

Pakiet nr 36 - Zestaw Flocare Jejuniostomii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestaw Flocare Jejuniostomia		
1	Zestaw Flocare Jejuniostomii umożliwiający chirurgiczne założenie zgłębnika służącego do żywienia bezpośrednio do jelita składającego się z 2 igieł prowadzących z kaniulami rozdzielanymi CH 10, strzykawka 2 x 3 ml w rozmiarze Ch 80/80 cm	szt.	120

Pakiet nr 37 - Worek resuscytacyjny

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji (komplet)	Kpl.	20

Pakiet nr 38 - Maska twarzowa do tlenu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych	szt.	100

Pakiet nr 39 - Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda.	szt.	20

Pakiet nr 40 - Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych – Maska	szt.	10

	z mankietem uszczelniającym z możliwością pompowania (zmiana ciśnienia w mankiecie)		

Pakiet nr 41 - Mankiet do krwawego pomiaru RR

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy	szt.	5

Pakiet nr 42 - Opaski uciskowe i staza gumowa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm / 120x13,5cm	szt.	5
2	Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm	szt.	2
3	Staza gumowa 5m x 6cm	szt.	10

Pakiet nr 43 - Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami – okulary ochronne na blok operacyjny Wygodne, przylegające okulary ochronne, wykonane w technologii UltraClear zapobiega odblaskom, zaparowaniu soczewek oraz energii statycznej, Oprawka dopasowana jest do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegają szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane, samozamykające się otwory, zgodne z normą OSHA, można stosować na okulary korekcyjne. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania, bez pozostawiania odcisków palców.			
1	Oprawa okularowa	szt.	100
2	Wymienne osłonki (soczewki)	szt.	1000

Pakiet nr 44 - Ostrza do skalpela

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Ostrza do skalpela			
1	10	op.	70
2	11	op.	40
3	15	op.	40
4	22	op.	80
5	24	op.	20

Pakiet nr 45 - Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30	szt.	20

Pakiet nr 46 - Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15	szt.	150

Pakiet nr 47 - Beznapięciowa taśma

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Bez napięciowa taśma przez otwory zasłonowe (stosowana przy wysiłkowym nieotrzymaniu moczu). - atraumatyczne brzegi nie wymagające koszulek plastikowych - długości bez uchwytów 45cm +/- 3 - pakowanej a'1 szt.	szt.	20

	- o sile zrywania min. 90 N - porowatości 67% - o średniej powierzchni porów 0,38mm2 - grubości ok. 0,54 mm - grubości przędzy 0,16 mm - gramaturze 64 g/m2 - 73 g/m2 - całkowicie niewchłanianej - uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT **Na czas Umowy – do nieodpłatnego użyczenia komplet wielorazowych aplikatorów**		

Pakiet nr 48 - Folia operacyjna

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm)	szt.	500
2	Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm)	szt.	120
3	Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm)	szt.	100

Pakiet nr 49 – Igły do akupunktury

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt.	Op.	20
2	Igły do akupunktury 0,20x40 – pozłacana, opak.= 100 szt.	Op.	20

Pakiet nr 50 - Dreny do arthropompy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Dreny do arthropompy	szt.	30

Pakiet nr 51 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3		
1	Elektroda 3,5mm, boczna , sztywna, (kolano/bark)	szt.	5
2	Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark)	szt.	5
3	Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano)	szt.	5
4	Elektroda z odsysaniem (kolano/bark)	szt.	5
5	Rękojeść VARPR3	szt.	2

Pakiet nr 52 - Ostrza do piły

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap - Acculan) dł. Ramienia 90mm, szerokość 25mm, grubość 1,27mm	szt.	10

Pakiet nr 53 - Ostrza do piły STRYKER

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Ostrza do piły STRYKER		
1	**Ostrze endoprotezoplastycze** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 18x0.89x75	Szt.	60
2	**Ostrze endoprotezoplastycze**	Szt.	60

	Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 25x1.27x90		
3	**Ostrze krótkie** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.76x24.5	Szt.	5
4	**Ostrze krótkie** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.58x22.5	Szt.	5
5	**Ostrze endoprotezoplastycze** Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 13x0.89x90	Szt.	60

Pakiet nr 54 - Końcówki do Shavera

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Końcówki do Shavera		
1	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
2	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
3	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o średnicy 5,5 mm	Szt.	5
4	Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt różyczka o średnicy 5,5mm	Szt.	5

Pakiet nr 55 - Akcesoria do diatermii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do diatermii		
1	Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym	szt.	30
2	Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm	szt.	20
3	Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05	szt.	5
4	Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm	szt.	20
5	Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05	szt.	5
6	Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm	szt.	10
7	Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05	szt.	3
8	**Penseta bipolarna prosta**		
A	110 – 145 mm (0,5mm)	szt.	2
B	155 – 170 mm (2mm)	szt.	10
C	180 – 200 mm (2mm)	szt.	7
D	220 - 230 mm (2mm)	szt.	1

Pakiet nr 56 - Staplery jednorazowe

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25 / 26	szt.	30
2	Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od	szt.	20

	1mm do 2,5mm; rozmiar 29		

Pakiet nr 57 - ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH I ONKOLOGICZNYCH

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH I ONKOLOGICZNYCH		
1	Stapler endoskopowy - opis Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm.	szt.	24
2	Wkłady do staplera – opis Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)	szt.	144
3	Trokar bezostrzowy – 12mm, rowkowany, dl. 100 lub 150mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)	szt.	72
4	Trokar bezostrzowy – 15mm, rowkowany, dl. 100mm	szt.	24

Pakiet nr 58 - Klipsy tytanowe do laparoskopii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Klipsy tytanowe do laparoskopii – średnio duże. Zamawiający posiada klipsownicę PL 503R firmy Aesculap	Op.	15

Pakiet nr 59 - Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135	szt.	200

Pakiet nr 60 - Ustniki do endoskopii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką	szt.	300

Pakiet nr 61 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm		
1	Dł. 5 – 5,5cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400 mm	szt.	3
2	Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400mm	szt.	3
3	Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm	szt.	3
4	Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 - 1950 mm	szt.	3

Pakiet nr 62 - Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull" i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y", pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy.		

1	Ø 20	szt.	4
2	Ø 24	szt.	16

Pakiet nr 63 - Dren do pompy płuczącej f-my OLYMPUS

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Dren do pompy płuczącej f-my OLYMPUS Typ – MAJ 1607 Dren do pompy płuczącej kolonoskopu kompatybilny do pracy ze sprzętem firmy Olympus (typu dren MAJ 1607) doprowadzający wodę do kanału biopsyjnego gastroskopu, podczas hamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego A'1szt	szt.	50

Pakiet nr 64 - Uszczelki silikonowe do troakarów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø 5 wielorazowe	szt.	40
2	Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø10 wielorazowe	szt.	40

Pakiet nr 65 - Szczotki chirurgiczne do mycia rąk

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja)	szt.	100

Pakiet nr 66 – Papiery do EKG i videoprintera

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
Papier EKG – z nadrukiem			
1	Papier EKG 112 x 25	rol.	360
2	Papier EKG 210 x 25	rol.	150
3	Papier EKG do defibrylatora ZOOL	rol.	15
4	Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel - Green		150
5	Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD	rol.	10

Pakiet nr 67 – Intraductory i elektrody do czasowej stymulacji serca

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych)	szt.	20
2	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą	szt.	15
3	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą	szt.	15
4	Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą	szt.	15

Pakiet nr 68 - Zestaw do pompy infuzyjnej i Zestaw do krwawego pomiaru RR

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat	szt.	50
2	Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans	szt.	300

Pakiet nr 69 - Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare	szt.	500

Pakiet nr 70 - Wyroby jednorazowe z flizeliny

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby jednorazowe z flizeliny		
1	Fartuchy jednorazowe flizelinowe	szt.	4 000
2	Beret flizelinowy	szt.	2 000
3	Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe	szt	3 000

Pakiet nr 71 - Pościel flizelinowa

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Pościel jednorazowego użytku		
1	Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) Wymiary – powłoka - 200 x 150cm, powłoczka - 90 x 75cm, prześcieradło - 210 x 150cm (+/- 10%)	szt.	200

Pakiet nr 72 - Folia termoizolacyjna - koc

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Folia termoizolacyjna - koc	szt.	1 200

Pakiet nr 73 - Zestaw przeznaczony do zbierania wymiocin

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin.	szt.	1200

Pakiet nr 74 - Jednorazowe suche myjki do mycia

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach rękawicy	Szt.	500

Pakiet nr 75 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby do pielęgnacji niemowląt		
1	Płyn do mycia Noworodków 500 ml	szt.	100
2	Oliwka dla noworodków	Szt.	10
3	Patyczki higieniczne do uszu	Szt.	4 000
4	Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg	szt.	6 000
5	Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL	szt.	7200
6	Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków	szt.	17 000

Pakiet nr 76 - Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką	szt.	500

Pakiet nr 77 - Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10 szt.) inne opakowanie - odpowiednie przeliczenie)	Szt.	10000

Pakiet nr 78 - Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących		
1	Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm	szt.	45 000
2	Flaczarka poj. 500 ml	szt.	45 000
3	Łyżki jednorazowe duże	szt.	7 000
4	Widelce jednorazowe	szt.	7 000
5	Nóż jednorazowy	szt.	3 000
6	Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm	szt.	50 000

Pakiet nr 79 - Wyroby z tworzywa sztucznego

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Wyroby z tworzywa sztucznego		
1	Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji	Szt.	50
2	Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji	Szt.	50
3	Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 28cm - 30cm – do sterylizacji	Szt.	200

Pakiet nr 80 – Rękawice chirurgiczne

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	par	15 000
2	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	par	12 000
3	Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z	Par	2000

	wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.		
4	Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.	Par	500

Pakiet nr 81 – Próżnociąg położniczy

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu" (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka" Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru przez Zamawiającego.	Szt.	70

Pakiet nr 82 - Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia metoda pomiaru - Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mm Hg, puls: 30÷200 bpm , dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mm Hg, mankiet - obwód ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% , transport i przechowywanie - temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% , w zestawie - ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia	Szt.	50

Pakiet nr 83 - Elektroda neutralna

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektroda neutralna 90cm2 jednorazowa , dzielona używana przy zabiegach elektrochirurgicznych (polipektomi a) (opakowanie = 100 szt.)	Op..	5

Pakiet nr 84 - Elektroda do elektroterapii

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym gniazdem na wtyk 2 i 4 mm przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy	szt.	100

Pakiet nr 85 - Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350 i ES 400. Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack"- duży".	szt.	10

Pakiet nr 86 - Kabel do elektrody biernej do aparatu ES 350.

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Kabel do elektrody biernej do aparatu ES 350. Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack"- duży". Do elektrod jednorazowych.	szt	10

Pakiet nr 87 - Kable pacjenta do stymatów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Kable pacjenta do stymatów		
A	ST 210	szt.	4
B	ST 110	szt.	4
C	ST 200	szt.	4

Pakiet nr 88 - Kable EKG do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Kable EKG do kardiomonitorów		
1	Kabel pacjenta - 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora STAR 800,COMEN	szt.	6
2	Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia , zatrzask, do kardiomonitora Philips - komplet	szt.	8
3	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Goldway UT 4000F	szt.	4
4	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora GAMMA XL(Draeger)	szt.	4
5	kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Emtel FX 2000	szt.	4

Pakiet nr 89 - Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów wraz z wężykami, rozmiar średni 20-35cm, wężyk 1 sztuka do każdego monitora, 5 szt. z jednym wężykiem, 5 szt. z dwoma wężykami		
1	Kardiomonitor EMTEL(FX 2000, FX 2000F)	szt.	4
2	Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger)	szt.	4

Pakiet nr 90 - Czujnik SPO2 do kardiomonitorów

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujnik SPO2 do kardiomonitorów		
1	Kardiomonitor Walmed (STAR 800,COMEN) kompletny, wtyczka do monitora pin 7	szt.	4
2	Kardiomonitor Philips (kabel kompletny 1,5m)	szt.	6
3	Kardiomonitor EMTEL(FX 2000	szt.	2
4	Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger)	szt.	2
5	Kardiomonitor Walmed (Goldway UT 4000) – kompletny, wtyczka pin 5	szt.	4

Pakiet nr 91 - Czujnik O2 do respiratora

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujnik O2 do respiratora		
1	Respirator NBP840(Medtronic)		4
2	Respirator Vello Viassys (Dutchmed)		4

Pakiet nr 92 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń		

1	Aparatu do znieczulenia Fabius CE i PRIMUS(Dreager)	Szt.	4

Pakiet nr 93 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń		
1	Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire	Szt.	2

Pakiet nr 94 - Akumulatory do pompy infuzyjnej

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do pompy infuzyjnej		
1	do pomp strzykawkowych Ascot (Sep 11 , AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh)	szt.	10

Pakiet nr 95 - Akumulatory do piły i wiertarki

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do piły i wiertarki		
1	do piły i wiertarki Aesculap(GA626 9,6 V O,8Ah)	szt.	2

Pakiet nr 96 - Akumulatory piły i wiertarki

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory piły i wiertarki		
1	do piły i wiertarki STRYKER	szt.	2

Pakiet nr 97 - Akumulatory do UPS

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akumulatory do UPS		
1	Akumulator typ Europower – 12V 7 – 7,2Ah	szt.	20

Pakiet nr 98 - Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu		
1	Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W	szt.	10
2	Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną (halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W)	szt.	10
3	Żarówka do mikroskopu – (6V , 20W)	szt.	10

Pakiet nr 99 - Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)	szt.	4

Pakiet nr 100 - Sensor przepływu do respiratora NBP 840

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
1	Sensor przepływu do respiratora NBP 840	szt.	4

Pakiet nr 101 - Pułapki wodne do kapnografu

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie

			śr/rok
	Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia		
1	FABIUS CE	szt.	20

Pakiet nr 102 - Pułapki wodne do kapnografu

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
	Pułapki wodne do kapnografu		
1	FX 2000 EMTEL	szt.	20

Pakiet nr 103 - Pułapki wodne do kapnografu

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
	Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora		
1	DAMECA	szt.	20

Pakiet nr 104 - Pułapki wodne do kapnografu

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
	Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora		
1	WALMED (UT 4000, M800,COMEN)	szt.	25

Pakiet nr 105 - Pułapki wodne do respiratora DRAEGER

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
	Pułapki wodne do respiratora DRAEGER		
1	Typu – Water Lock2	szt.	25

Pakiet nr 106 - Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840		
1	Filtr jednorazowy do systemu drenażu RE/X800 i D/X 800 respiratorów serii 800	szt.	150

Pakiet nr 107 - Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna)

Poz.	**Nazwa sprzętu**	**j.m.**	**Zapotrzebowanie śr/rok**
1	Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna) - opak 40 szt.	Szt.	40

Pakiet nr 108 - Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel

Poz.	Nazwa sprzętu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/rok
	Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel		
1	Kabel pacjenta do aparatu EKG kompletny – 12 odprowadzeń	szt.	10
2	Komplet elektrod przyssawkowych - 8 sztuk	Komp.	10
3	Komplet elektrod kończynowych dla dorosłych - 4 sztuki	Komp.	10

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości oraz jej zaznaczenie w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa drobnego sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail : ..... Osoba do kontaktu: .....

Nazwa banku .....

Nr rachunku bankowego .....

Osoba upoważniona do podpisania umowy.....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1*
(wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....zł
(słownie: .....)
podatek VAT (.....%) tj. .....zł*/ .....% tj. ..... zł.*
Wartość ogólna brutto.....zł
(słownie: .....)

Pakiet Nr 2*
(wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....zł
(słownie: .....)
podatek VAT (.....%) tj. .....zł*/ .....% tj. ..... zł.*
Wartość ogólna brutto.....zł
(słownie: .....)

*** NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.**

Oświadczamy, że:

1. Zobowiązujemy się dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.
2. Gwarantujemy:
   a. terminowość dostaw: deklarujemy ..... (od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu).
   b. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ,
   c. realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
4. Deklaruję termin płatności: ..... dni licząc od dnia otrzymania faktury.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6. Wadium o wartości ..... zł. wnieśliśmy w dniu ..... 2018r. w formie .....
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;
9. Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11. **Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:**
    .....
    .....
    .....
12. **Podwykonawstwo**
    Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
    ....., siedziba ....., KRS.....,
    w zakresie .....
13. **Zastrzeżenie Wykonawcy**
    Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
    .....
    .....
14. **Inne informacje Wykonawcy:**
    .....
    .....

(podpis, pieczęć imienna uprawionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/..... / 2018 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ..... 2018 r. pomiędzy:
Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9
NIP: 6431764082; REGON: 000308270
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec
zwanym w umowie **ZAMAWIAJĄCYM**

a firmą:
.....
z siedzibą w (kod miejscowości: .....)..... przy ul. .....
NIP: ..... , **REGON**: .....
zarejestrowaną w .....
w ..... pod Nr ..... o kapitale zakładowym w wysokości .....zł.
w imieniu której działa :
.....
zwaną w umowie **DOSTAWCĄ**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DN/DZ/340/15/2018 z dnia ..... 2018 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw **sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.**
Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w **PAKIECIE NR .....** oraz bez odrębnego wynagrodzenia realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ..... 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Dostawca gwarantuje:
   a) terminowość dostaw: .... dni robocze licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,
   b) zgodność serii i dat ważności z fakturą,
   c) termin ważności: minimum 14 miesięcy,
   d) realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu,
   e) posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów puszczających te produkty do obrotu i stosowania,
   f) transporty i rozładunek towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – do pomieszczeń magazynu.

§ 2

1. Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia ..... do dnia .....
2. Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.
3. Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:
   a) Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,
   b) Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu, potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:
   - w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie: .....zł)
   - *w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie: .....zł)
   - *w PAKIECIE NR ..... wynosi ..... zł netto (słownie: ..... zł) ..... zł brutto (słownie:.....zł)
2. Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.
3. Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
5. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie .....(mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Dostawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
   b) za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
   c) niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.
   d) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Kary umowne wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
   1) zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,
   2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Wykonawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.
4. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
b) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
g) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
h) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
i) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
j) zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,
k) zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.
l) stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;
m) zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

1. Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.
2. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.
4. Dostawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2015,poz. 2164 – z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:

1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ warunki projektu umowy:

.....

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
.....

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku"
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2018

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1.przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca .....
ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :
.....
.....
I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:
- .....
- .....

Miejscowość, Data .....

.....
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

.....

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

Miejscowość, Data .....

.....
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

*** Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. **Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku".
Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2018

Nazwa i adres składającego informację: .....
.....

Składając ofertę:

1. Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.
2. Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. .....(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła ..... (4* złotych.

Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić

1) W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.
2) W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1
3) Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4) Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

....., dnia ..... 2018 r.
(miejscowość)

(podpis, pieczęć imienna uprawionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat* / okres prowadzonej działalności* dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość DOSTAWY	Czas realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	Uwagi
			Początek	Zakończenie		

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom w SIWZ.

Miejscowość ....., data .....2018 r.

.....

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić