SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 06.09.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/29/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy mebli medycznych.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie zapytania ofertowego w temacie jak wyżej w celu zachowania przejrzystości informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Dotyczy punktu „e" załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprzętu medycznego (tj: szafy endoskopowe, wózki medyczne oraz stół roboczy) posiadający deklarację zgodności producenta, bez znaku CE?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dla Pakietu nr 2 – wózki medyczne wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia posiadającego znak CE.

Dla Pakietu nr 1 – Szafy endoskopowe i Pakietu nr 3 – meble medyczne dopuszcza meble nie posiadające oznaczenia CE.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec

SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 06.09.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/29/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy mebli medycznych.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie zapytania ofertowego w temacie jak wyżej w celu zachowania przejrzystości informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pakiet nr 2 – Wózki medyczne

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 punkcie 1 dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy, w którym górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wykonany jest ze stali kwasoodpornej?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 punkcie 1 dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy, w którym górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wykonany jest z corianu?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 2 punkcie 2 dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, w którym górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wykonany jest ze stali kwasoodpornej?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 2 punkcie 2 dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, w którym górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wykonany jest z corianu?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 2 w punkcie 1 i 2, Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis wysokości minimalnej (tj. 200mm) podniesionej krawędzi górnego blatu z 3 stron, a prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wysokość minimalna. 60mm".

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Winno być - „Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z 3 stron, wysokość minimalna. 20mm"

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy i anestezjologiczny (poz. 1 i 2) wyposażony w blat górny z podniesioną krawędzią z 3 stron o wysokości 35mm?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy i anestezjologiczny (poz. 1 i 2) z szufladami wyposażonymi w szczelne wkłady z tworzywa sztucznego, łatwe do dezynfekcji?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (poz. 3) wyposażony w trzy blaty w całości wykonane z blachy nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o parametrze opisanym w pytaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Wołowiec