SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 13.11.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/32/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w zestawie do przedniej resekcji odbytnicy pod pojęciem „stapler okrężny średnicy 29 lub 25" rozumie i będzie wymagał jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 25, 29, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, co umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia ?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Dopuszcza zestaw o parametrach opisanych w pytaniu.
Pytanie nr 2 – Pakiet nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w zestawie do przedniej resekcji odbytnicy pod pojęciem „stapler prosty do zamknięcia kikuta odbytnicy" rozumie i będzie wymagał stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm w przestrzeni 30mm, zawierający ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszwyki 1,44mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00mm), Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia ?
ODPOWIEDŹ.
Tak. Dopuszcza zestaw o parametrach opisanych w pytaniu.
Jednocześnie Zamawiający poprawia mylna odpowiedź udzielona w Wyjaśnieniach II w Pytaniu nr 47 przesłanych w dniu 09.11.2017 r.
Winno być – Oczekuje rozmiarów 25 – 29 dla staplera okrężnego. Stapler prosty – 38 - 42mm.
Pytanie nr 3 – Pakiet nr 80, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie strzygarki z nieruchomą głowica umożliwia usuwanie każdego rodzaju owłosienia na sucho i na mokro, oraz łatwą i bezpieczną wymianę ostrzy, posiada zasilanie bateryjne (wbudowana bateria NiMH odporna na przeładowanie).Pełne naładowanie baterii umożliwia 60-90 min ciągłej pracy strzygarki, na korpusie strzygrki znajduje się wskaźnik ładowania baterii. Możliwość dezynfekcji strzygarki przez zanurzenie – odporność na zanurzenie przez minimum 30 minut.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 – Pakiet nr 80, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie ładowarki elektromagnetycznej (indukcyjna) do wyżej wymienionej strzygarki, ładowarka przeznaczona do postawienia na stole lub zawieszenia na ścianie.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 80, poz. 3-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o szerokości ostrza ok. 4,5cm i szerokość cięcia 31,3m przeznaczonych do usuwania wszystkich typów owłosienia.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22.11.2017 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 22.11.2017 r. godz. 10:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wniesienia wadium.

Z poważaniem

PROKURENT

Joanna Bon-Balazińska